



FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F. D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA
Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Slovenská republika

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/☎

Banská Bystrica

FNsP FDR/RVO/1103/2020/55032

Mgr. Anna Špitalská
+421 48 441 3240

30.12.2020

Vec : Zmena v súťažných podkladoch k predmetu zákazky „**Ultrazvukové sonografické prístroje – Projekt**“

Na základe verejnému obstarávateľovi doručenej žiadosti o nápravu proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na vyhlásenú verejnú súťaž na predmet zákazky „**Ultrazvukové sonografické prístroje – Projekt**“, ktorá bola vyhlásená v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2020/S 247-610690 zo dňa 18.12.2020 a vo Vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 267/2020 zo dňa 21.12.2020 s ozn. 45311-MST, verejný obstarávateľ podľa § 165 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyhovuje žiadosti o nápravu a predkladá nasledovnú zmenu informácií v súťažných podkladoch:

Zmena informácií v súťažných podkladoch:

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v časti „**C. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**“ upravuje:

- *požadovaný parameter s p.č. 1.11. pre časť č. 2 „USG prístroje v počte 10 ks vrátane súvisiacich služieb pre lôžkové oddelenia a ambulancie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica“:*

Výškovo nastaviteľný ovládací panel v rozsahu: min. 25 cm

nasledovne:

Výškovo nastaviteľný ovládací panel v rozsahu: min. 20 cm.

Na základe uvedeného dochádza k zmene v súťažných podkladoch a to v časti:

C. Opis predmetu zákazky – v tabuľke s požadovanou technickou a funkčnou špecifikáciou pre časť č. 2.

A tiež v editovateľnej podobe Opisu predmetu zákazky pre časť č. 2.

Uvedená zmena je vyznačená v súťažných podkladoch a tiež v editovateľnej podobe opisu predmetu zákazky pre časť č. 2 (zmena ja označená žltým podfarbením).

Odôvodnenie:

Verejný obstarávateľ v Opise predmetu zákazky pre časť č. 2 v technickej špecifikácii požaduje, aby USG prístroj disponoval výškovo nastaviteľným ovládacím panelom, nakoľko táto

funkcionalita má podstatný význam pre vyšetrujúceho lekára pri diagnostike pacientov, ktorých je potrebné vyšetrovať ako v sede, tak aj v stoji. Verejný obstarávateľ zbral do úvahy, že zmenšenie rozsahu o 5 cm neovplyvní naplnenie požadovaného účelu použitia obstarávaných USG prístrojov