



V Trenčíne, dňa 17.2.2021

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 1

Označenie verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Predmet zákazky:	Nasal High Flow systém pre deti a dospelých
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup:	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO s použitím elektronickej aukcie
Vyhlásené a publikované	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ zo dňa 05.02.2021, pod č. 2021/S 025-058560 a vo Vestníku VO č. 40/2021 zo dňa 08.02.2021 pod. sp. zn. č. 11298 - MST

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie.

Otázka 1-1

V technickej špecifikácii na prístroj "Nasal High Flow systém pre deti a dospelých", je v bode 10. uvedené: "automatické kontrolovanie dezinfekčných cyklov"

Otázka: Je možné ponúknuť prístroj, ktorý má inú konštrukciu, bez nutnosti samotných dezinfekčných cyklov?

Vysvetlenie: Uvedené dezinfekčné cykly sú pre prístroje, ktoré majú zvlhčovacie komory s výstupom zvlhčenej zmesi späť do prístroja a následne z prístroja je konektor na dýchaciu vyhrievanú hadicu. Z toho dôvodu potrebujú dezinfekčný cyklus, keďže tam dochádza k prietoku vysoko zvlhčeného a ohriateho vzduchu. My však vieme ponúknuť prístroj, ktorý má priame napojenie vyhrievanej dýchacej hadice na komoru a následne k pacientovi, teda už neprechádza opäť do prístroja a teda nie je potrebné robiť dezinfekciu ako u požadovaných prístrojov. Samozrejme bežná údržba a čistenie tak ako pri akomkoľvek prístroji je požadovaná

Odpoveď 1-1:

Áno, verejný obstarávateľ akceptuje možnosť ponúknuť prístroj inej konštrukcie bez nutnosti samostatných dezinfekčných cyklov v prípade ak prístroj ponúka priame napojenie vyhrievanej dýchacej hadice na komoru a následne k pacientovi.

Upravená technická špecifikácia tvorí Prílohu č. 1 tohto Vysvetlenia.

S pozdravom,

Ing. Michal Plesník
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa

Príloha: 1_Uprava TŠ_FNTN-2021-20-ŠF-NZ-NHF systém-SP-p2-TŠ