



V Trenčíne, dňa 10.03.2021

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 4

Označenie verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Predmet zákazky:	Operačná lampa
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup:	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO s použitím elektronickej aukcie
Vyhlásené a publikované	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ zo dňa 12.02.2021, pod č. 2021/S 030-071846 a vo Vestníku VO č. 47/2021 zo dňa 15.02.2021 pod. sp. zn. č. 13198 - MST

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie.

Otázka 4-1

Deklarovaná životnosť LED zdrojov min. 60 000 hod.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať hodnotu 50 000 hodín? Nakoľko životnosť každého LED svetla sa udáva na úrovni 50 000 hodín a nie je v schopnostiach žiadneho výrobcu garantovať 60 000 hodín nakoľko to nie je možné vyskúšať pred uvedením danej lampy na trh. Táto hodnota vyplýva jedine z dlhšej životnosti LED svietidla a nie z reálnych štúdií a praktických testov. 60 000 hodín je v reálnom živote 6,8 roka kontinuálneho svietenia- čo je životnosť priemernej lampy. Nakoľko žiadna operačná sála nepoužíva lampu 24/7 je tento parameter absolútne neodpodstatnený a zvyhodňuje konkrétneho výrobcu. Žiadame upraviť parameter na 50 000 hodín.

Odpoveď 4-1:

Verejný obstarávateľ informuje, že predmetný parameter bol na základe predchádzajúcej žiadosti o vysvetlenie upravený. Aktualizovaná (upravená) Príloha č. 2 – Technická špecifikácia bola dňa 4.3.2021 doručená prostredníctvom komunikácie všetkým známym záujemcom a zároveň bola zverejnená v rámci dokumentov k verejnemu obstarávaniu v systéme JOSEPHINE.

S pozdravom,

Ing. Michal Plesník
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa