



V Trenčíne, dňa 14.03.2021

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 2

**Označenie verejného obstarávania:**

Verejný obstarávateľ	<b>Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín</b>
Predmet zákazky:	<b>Anestéziologický prístroj s modulárnym monitorom hemodynamických funkcií</b>
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie
Vyhlásené a publikované	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ zo dňa 12.02.2021, pod č. 2021/S 030-071845 a vo Vestníku VO č. 47/2021 dňa 15.02.2021 pod sp.zn.č. 13196-MST

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie.

**Otázka 2-1**

Bod 12 TŠ

Požadovaná hodnota : Nastaviteľná inspiračná pauza v rozsahu ... min. 3 - 30 %

Otázka: Je možné ponúknuť prístroj s rozsahom nastaviteľnej inspiračnej pauzy v rozsahu ... min. 5 – 60% ?

Vysvetlenie: Spodná hodnota 3% je extrémne krátka a z fyziologického hľadiska nemá veľké opodstatnenie.

**Odpoď 2-1:**

Verejný obstarávateľ bude akceptovať takúto hodnotu, ktorá je pre potreby verejného obstarávateľa plne uspokojivá.

**Otázka 2-2**

Bod 18 TŠ

Požadovaná hodnota : Dávkovače anestetika s elektronickou kontrolou. Musia umožňovať doplnenie anestetika aj počas anestéziologického výkonu. V dodaní dávkovač Sevoflurane. .... áno

Otázka: Je možné ponúknuť prístroj, ktorý má elektronickú kontrolu dávkovača zabudovanú v analyzátoře plynov, ktorý na základe detekcie anestetika vyhodnocuje jeho pripojenie a koncentráciu?

Vysvetlenie: Výsledný efekt je pre danú kategóriu prístroja identický.

**Odpoď 1-2:**

Požadovaná technická špecifikácia nešpecifikuje konkrétny systém analýzy a detekcie anestetických plynov. Predmetný bod technickej špecifikácie sa týka iba požiadavky elektronickej kontroly nastavenia koncentrácie anestetika. (vyžaduje sa nie manuálne nastavenie na odparovači, ale elektronicke).



### Otázka 2-3

Bod 19 TŠ

Požadovaná hodnota : Dotykový ovládací panel anesteziologického prístroja s možnosťou jeho jednoduchého polohovania/sklápania ... áno

Otázka: Je možné ponúknuť anesteziologický prístroj so zabudovaným dotykovým ovládacím panelom s vysokým kontrastom, bez potreby jeho polohovania/sklápania?

Vysvetlenie: Polohovanie a sklápanie je využívané najmä u prístrojov nemobilných resp. väčších rozmerov. Nami ponúkaný prístroj bude kompaktných rozmerov na mobilnom podvozku, t.j. jeho polohovanie je možné ako celku.?

### Odpoveď 2-3:

Áno, je možné ponúknuť anesteziologický prístroj so zabudovaným dotykovým ovládacím panelom s vysokým kontrastom, bez potreby jeho polohovania/sklápania.

Upravenú technickú špecifikáciu verejný obstarávateľ prikladá k vysvetleniu súťažných podkladov 2 a zároveň zverejňuje v rámci dokumentov k verejnému obstarávaniu v systéme JOSEPHINE.

S pozdravom,

Ing. Michal Plesník  
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa

Prílohy: 2\_Uprava\_FNTN-2021-10-ŠF-NZ-Anestéza-SP-p2-TŠ