



V Trenčíne, dňa 05.03.2021

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 2

Označenie verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Predmet zákazky:	Automatický dezinfektor na endoskopy
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie
Vyhlásené a publikované	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ zo dňa 15.02.2021, pod č. 2021/S 031-076620 a vo Vestníku VO č. 48/2021 dňa 16.02.2021 pod sp.zn.č. 13346-MST

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie.

Otázka 2-1

Zodpovednosť za vady a záručná doba

Osoba podľa § 8 zákona v návrhu kúpnej zmluvy v článku IV. Zodpovednosť za vady a záručná doba požaduje „Počas záručnej doby sa predávajúci, resp. ním poverený servisný technik v prípade vady/poruchy tovaru dostaví fyzicky na opravu maximálne do 12 hodín od nahlásenia vady/poruchy tovaru počas pracovných dní. Predávajúci je povinný odstrániť vady/poruchy tovaru alebo zabezpečiť opravu vadného tovaru, t.j. zabezpečiť jeho plné sfunkčnenie najneskôr do dvoch (2) pracovných dní od nahlásenia vady/poruchy bez potreby náhradných dielov potrebných pre uvedenie tovaru do prevádzky, do siedmich (7) pracovných dní od nahlásenia vady/ poruchy pri potrebe dodania náhradných dielov zo Slovenska potrebných pre uvedenie tovaru do prevádzky a do pätnástich (15) pracovných dní od nahlásenia vady/poruchy pri potrebe dodania náhradných dielov zo zahraničia, potrebných pre uvedenie tovaru do prevádzky.“

Požiadavka „Počas záručnej doby sa predávajúci, resp. ním poverený servisný technik v prípade vady/poruchy tovaru dostaví fyzicky na opravu maximálne do 12 hodín od nahlásenia vady/poruchy tovaru počas pracovných dní.“ je z praktického hľadiska málokedy riešiteľná a realizovateľná. Bežne sa požaduje 24 — 48hod v súlade s možnosťami a fungovaním spoločností a servisných oddelení.

Bude osoba podľa § 8 zákona akceptovať návrh zmeny podmienky na „Počas záručnej doby sa predávajúci, resp. ním poverený servisný technik v prípade vady/poruchy tovaru dostaví fyzicky na opravu maximálne do 24 hodín od nahlásenia vady/poruchy tovaru počas pracovných dní?“

Odpoveď 2-1:

Áno, verejný obstarávateľ akceptuje návrh zmeny v kúpnej zmluvy a upravuje článok IV. V bode 4 nasledovne:



„Počas záručnej doby sa predávajúci, resp. ním poverený servisný technik v prípade vady/poruchy tovaru dostaví fyzicky na opravu maximálne do 24 hodín od nahlásenia vady/poruchy tovaru počas pracovných dní.“

Upravenú kúpnu zmluvu verejný obstarávateľ prikladá k vysvetleniu súťažných podkladov 2 a zároveň zverejňuje v rámci dokumentov k verejnému obstarávaniu v systéme JOSEPHINE.

S pozdravom,

Ing. Michal Plesník
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa

Príloha: 1_Uprava_FNTN-2021-16-ŠF-NZ-Dezinfektor na endoskopy-SP-p5-Zmluva