



Legenda :

- - vývod z káblového kanála v podlahe - otvor bez veka
- - vývod z káblového kanála medzi miestnosťami je potrebné spraviť v podlahe prierez cez stenu
- 1,4,5,6 - vývod z káblového kanála v podlahe 200/100 mm pre komponenty litotriptora
- HRT - vývod z káblového kanála 150/100 mm pre prívod káblov do HRT

Dodávka stavby :

- 15-98 - káblový kanál v podlahe, šírka 100 resp. 200 mm, čistá hĺbka kanála 100 mm (min. 80 mm) so snímateľným krytom, v čase montáže otvorený. Kryt spravte tak, aby ho bolo možné po zakábovaní zaskrutkovať do bočného lemu kanála
- 15-98 - káblový kanál v podlahe, v uvedenej dĺžke 210 cm so zavareným krytom

Záťaž na podlahu :

- celková hmotnosť litotriptora vrátane hmotnosti pacienta: 1600 kg (inštalovaný na montážnom ráme)
- Podlahu pod modulom litotriptora a patientskym stolom v prípade podlahy spevnite - posúdi statik.
- Kóty sú udané v mm od čistých stien, alebo podláh.

POZN.
 VŠETKY ROZMERY PRED ZAČATÍM REALIZAČNÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!
 ZÁSADNE ROZDELY V ROZMEROCH, NEJASNOSTI V KONŠTRUKČIÁCH A V POUŽITÝCH MATERIÁLOCH
 KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.

HOSPING spol. s r.o.
 Bajkalská 29F
 821 05 Bratislava
 tel. 02/43427653, 0905 424 914
 mail : hlavata@hosping.sk

REKONŠTRUKČIA PRIESTOROV PRE INŠTALACIU ZDRAVOTNICEKHO ZARIADENIA LITOTRIPTORA		C.PARSA
STUPEN	REALIZAČNÝ PROJEKT	
CASŤ	ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIA	
VYKRES	PÓDORYS - ÚPRAVY V PODLAHE	C.VYKRESU
INVESTOR	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA, Pazdíkova 4, 821 01 Bratislava	4820-2
MESTO STAVBY	NEMOCNICA RUŽINOV, Ružinovská 4810/6, 821 01 Bratislava	
AUTOR PROJEKTU	ATAQ s.r.o., Ing. arch. ANGELA HORNICKÁ autORIZOVANÝ ARCHITEKT, REG.Č. 1527AA	DATUM
HL. PROJEKTANT	ATAQ s.r.o., Ing. arch. ANGELA HORNICKÁ autORIZOVANÝ ARCHITEKT, REG.Č. 1527AA	FORMÁT
VYPRACOVAL	Ing. EVA HLAVATA	MERKA
		1:50

