



• Všetkým záujemcom •

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/☎

Košice

VZ/ /OVO/2021

Mgr. Dana Kapáková  
055/789 1625

08.12.2021

Vec:

**Odpoveď - žiadosť o vysvetlenie**

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. ako verejný obstarávateľ vyhlásil v Európskom vestníku č. 2021/S 206-536128 zo dňa 22.10.2021 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 240/2021 zo dňa 25.10.2021 pod označením 49045-MST verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky zadávanej postupom reverznej verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom sú „Zdravotné pomôcky a osobné ochranné pracovné prostriedky“.

Verejnému obstarávateľovi bola doručená žiadosť o vysvetlenie, na ktorú verejný obstarávateľ podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v zákonnej lehote poskytuje nasledovnú odpoveď.

**Otázka č. 1**

Vo verejnom obstarávaní s názvom: „Zdravotné pomôcky a osobné ochranné pracovné prostriedky“ obstarávateľ požaduje v rámci technickej špecifikácie splnenie normy ASTM F1671 avšak podľa dostupných internetových zdrojov je ekvivalentným riešením splnenie normy EN 374-5 VIRUS, resp. Phi-XL74 Bacteriophage. Bude obstarávateľ akceptovať splnenie EN 374-5 VIRUS ako ekvivalent. Navrhujeme ASTM F1670, alebo EN 374-5 VIRUS (Phi-X174 Bacteriophage).

**Odpoveď na otázku č. 1**

Verejný obstarávateľ akceptuje normu EN 374-5 VIRUS ako ekvivalent pre splnenie normy ASTM F1671- Norma na prienik krvných patogénov.

Verejný obstarávateľ v rámci predkladania ponúk požaduje do Prílohy č. 4 – Špecifikácia predmetu zákazky, požadovaná hodnota bod 17.5 ASTM F1671 – uviesť ako hodnotu ponúkaného produktu uchádzača - ekvivalent norma EN 374-5 VIRUS.