



V Trenčíne, dňa 26.08.2021

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 2

**Označenie verejného obstarávania:**

Verejný obstarávateľ	<b>Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín</b>
Predmet zákazky:	<b>USG prístroj premium triedy pre kliniku gynekológie a pôrodnictva</b>
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie
Vyhlásené a publikované	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ zo dňa 09.08.2021, pod č. 2021/S 152-404108 a vo Vestníku VO č. 187/2021 dňa 10.08.2021 pod sp.zn.č. 40684-MST

Verejný obstarávateľ na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie.

**Otázka 2-1**

Bude verejný obstarávateľ akceptovať lineárnu sondu s počtom elementov 256?

Odôvodnenie: 256 elementov je štandardom pre lineárne sondy k prístrojom najvyššej triedy všetkých renomovaných výrobcov USG prístrojov. Uvedený počet je dostatočný pre zobrazenie v najvyššej kvalite.

**Odpoveď 2-1:**

Verejný obstarávateľ trvá na minimálnom počte elementov 288. Vyšší počet elementov znamená vyššiu kvalitu zobrazenia. Na trhu je niekoľko výrobcov lineárnych sond s násobkom požadovaného minimálneho počtu elementov.

S pozdravom,

Ing. Michal Plesník  
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa