



V Trenčíne, dňa 29.09.2021

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 3

Označenie verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Predmet zákazky:	Terapeutický RTG prístroj na ortovoltážnu terapiu
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie
Vyhlásené a publikované	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ zo dňa 17.08.2021, pod č. 2021/S 158-417746 a vo Vestníku VO č. 193/2021 dňa 18.08.2021 pod sp.zn.č. 41188-MST

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie.

Otázka 3-1

- Pre potreby stavebného projektu a teda jeho nacenenia je potrebné zadefinovať rozsah stavebných prác na rekonštrukcii dotknutých priestorov, napr. výmena antistatických podláh, okien, povrchové úpravy, znížené stropy, sadrokartónové obklady stien, zrušenie pozorovacieho okna ožarovňa/ovladovňa
- Požadujeme dokumentovať materiály stien a stropu a zabezpečiť výkresy – rezy stavby dotknutých priestorov (kvôli ukotveniu nosnej konštrukcie koľajníc stropného závesu)
- Požadujeme projekt elektroinštalácie z poslednej známej rekonštrukcie priestorov a zadefinovanie bodu napojenia technológie na el.energiu s týmito elektrickými údajmi:
 - hlavný prívod: L1/PE 230V +/-10%, 50/60Hz
 - istenie :2x 40A
 - prúdový chránič : 2 x x40A/30 mA
 - inštalovaný príkon : 4,5 VA
 - expozícia : 4kVA
 - stadby : 1 kVA
- požadujeme projekt radiačnej ochrany z poslednej rekonštrukcie predmetných priestorov – pokiaľ je k dispozícii

Odpoveď 3-1:

Verejný obstarávateľ požaduje v rámci stavebného projektu zapracovať minimálne:

- Antistatické podlahy, výmena podľa zamerania
- Výmena okien bude prispôbená podľa projektu ako aj strop, steny
- Rezmi stavby verejný obstarávateľ nedisponuje
- Projekt ELI a hlavný bod pripojenia bude zabezpečený



- Pozorovacie okienko medzi obsluhovňou a ožarovňou bude potrebné zamurovať .
Obsluhovňu a ožarovňu bude potrebné vybaviť obojstranným akustickým dorozumievacím zariadením a zariadením na vizuálne sledovanie pacienta počas ožarovania. (kamera+monitor)

Verejný obstarávateľ ako prílohu tohto vysvetlenia prikladá a zároveň v rámci dokumentov k verejnému obstarávaniu v systéme Josephine zverejňuje: projekt radiačnej ochrany na RTG terapeutický prístroj TUR 250, Monitorovací plán - Onkologické oddelenie, pracovisko – TUR 250 a dokument spracovaný v rámci „Prevádzkových pokynov na bezpečnú prevádzku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia – informácie ohľadne zloženia stien, dverí a stropu.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že údaje, ktoré boli ku dňu 29.09.2021 poskytnuté týmto oznámením, musia byť zohľadnené v relevantných dokumentoch predložených ponúk, ktorých sa to v zmysle Súťažných podkladov týka, v súlade s informáciami uvedenými v tomto oznámení.

S pozdravom,

Ing. Michal Plesník
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa

Prílohy:

1. Projekt RO na RTG terapeutický prístroj TUR 250
2. Monitorovací plán-TUR250
3. dokument z prevádzkových pokynov