

- **všetkým záujemcom**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
R1-7 /191-11 / 2021

Vybavuje/linka
Ing. Ján Mlynarčík
02/48234088
jan.mlynarcik@unb.sk


Bratislava
21.12.2021

Vec: Vysvetľovanie súťažných podkladov 3 – predloženie

V súlade so žiadosťou záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a bodom 15. časti: „A. Pokyny na vypracovanie ponuky“ súťažných podkladov č. R1-7/191-03/2021 verejnej súťaže, vyhlásenej verejným obstarávateľom - Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie pod. zn. 2021/S 238-626678 z 08.12.2021 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 283/2021 z 09.12.2021 pod zn. 58232-MST, realizovanej postupom zadávania podlimitnej zákazky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, na predmet zákazky „**DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY**“ pre zdravotnícke zariadenia UNB, predkladám nasledovné vysvetlenie.

S úctou

Ing. Ján Mlynarčík, v.r.



VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY Č.: R1-7 / 191-03 / 2021.

B. Opis predmetu zákazky

Otázka:

B. Opis predmetu zákazky: V tabuľke časti I. a II. obstarávateľ udáva, že bude akceptovať aj dvojzložkový dezinfekčný prostriedok spĺňajúci podmienky antimikrobiálnej účinnosti a expozičnej doby (možnosť zmesi), preto prosím o potvrdenie, že sa môže jednať o prostriedok na báze etanolu a isopropanolu.

Odpoveď:

verejný obstarávateľ bude akceptovať aj prostriedok na báze etanolu a isopropanolu pri zachovaní požadovanej antimikrobiálnej účinnosti, výhradne len pre dezinfekčné prípravky požadované v časti II., ale nie dezinfekčné prípravky požadované v časti I.. Zdravotnícke zariadenia potrebujú aj alkoholový prípravok na dezinfekciu rúk čisto na báze etanolu z dôvodu preukázanej lepšej účinnosti na malé neobalené vírusy.

..

Otázka:

1. B. Opis predmetu zákazky: II. Podmienky a požiadavky súvisiace s dodaním predmetu zákazky , ako aj Príloha č. 1 k časti Opis predmetu zákazky :

Pri každej z účinností a každom účele použitia (ruky, nástroje, plochy) je uvedená jedna alebo viac európskych noriem. Ak sa pri danej účinnosti a účele použitia uvádzajú dve európske normy a ešte napr. ďalšia nemecká norma, bude verejný obstarávateľ akceptovať aj jednu z nich ?

Napríklad v Časti III - Dezinfekčný prípravok na rýchlu dezinfekciu povrchov a malých plôch postrekom v tekutej forme, je požadovaná účinnosť A, (B), T, (V) do 60 sekúnd.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať pre splnenie účinnosti (B) - virucidna účinnosť proti obaleným vírusom predloženie testov podľa EN 14476+A1 ?

Odpoveď:

Áno, verejný obstarávateľ bude akceptovať aj jednu z noriem.

Otázka:

2. B. Opis predmetu zákazky - Časť VII. Dezinfekčný prostriedok na rýchlu dezinfekciu malých plôch - napustené utierky:


Ak by mal byť vyžadovaný test podľa normy EN16777 pre virucidnu účinnosť proti obaleným vírusom, tak by sa nemala vzťahovať pre túto konkrétnu časť, nakoľko daná norma EN16777 sa vzťahuje na dezinfekčné prípravky používané v humánnej medicíne na nepórovité povrchy bez mechanického účinku. Norma hovorí o minimálnych požiadavkách na chemické dezinfekčné prípravky, ktoré sa riedia s vodou alebo sú už pripravené na použitie (tzn. Prípravky v tekutej forme). Keďže v tejto časti sú požadované napustené utierky na rýchlu dezinfekciu malých plôch, považujeme túto požiadavku za diskriminačnú, a verejný obstarávateľ by mal pre túto (Časť VII.) a pre virucidnu účinnosť proti obaleným vírusom (B), požadovať od uchádzačov iba normu EN 14476.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ pripomienku akceptuje v tejto časti, ale na spektre požadovanej účinnosti trvá.

Otázka:

3. B. Opis predmetu zákazky - Časť IX. Suché utierky určené do uzavretého systému na dezinfekciu malých plôch



vrátene vedierok :

Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj väčší rozmer utierky, ako je požadovaný so stanovenou toleranciou? Máme za to, že väčší rozmer utierky môže mať pre verejného obstarávateľa väčšiu ekonomickú výhodu, nakoľko s väčším rozmerom môže dezinfikovať väčšiu plochu, nakoľko každá utierka má v sebe vsiaknuté väčšie množstvo dezinfekčného prípravku ako má menší rozmer utierky.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ požaduje určité rozmery utierok: 20x20 cm +/- 3 cm.

Otázka:

4. B. Opis predmetu zákazky - Časť XII - Čistiaci a dezinfekčný prípravok na nástroje, anesteziologické príslušenstvo a zdravotnícke pomôcky na báze kyseliny peroxyoctovej (aj na Cl. Difficile) :

Výrobca nami ponúkaného čistiacieho a dezinfekčného prípravku na nástroje momentálne nemá k dispozícii test sporicídnej účinnosti podľa normy EN 17126, nakoľko je jeho prípravok momentálne podrobovaný skúškam pre splnenie tejto normy. Predpokladaný čas vyhotovenie výsledku tohto testu by mal byť v priebehu januára 2022. Momentálne má výrobca k dispozícii test podľa normy EN 13704.

Na základe tejto skutočnosti by sme chceli požiadať verejného obstarávateľa, či bude akceptovať zatiaľ predloženie testu podľa normy EN 13704 aj s Prehlásením výrobcu, že dezinfekčný prípravok je momentálne v procese skúšky pre splnenie normy EN 17126, ktorý bude hotový v priebehu 01/2022, a následne bude verejného obstarávateľovi predložený?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ takúto požiadavku nebude akceptovať.

Otázka:

5. B. Opis predmetu zákazky -Časť XVIII - Alkoholový dezinfekčný prípravok na kožu bez obsahu PVP-jódu NEFAREBNÝ :

Požadovaná expozičná doba 15 sekúnd je veľmi krátka na splnenie účinnosti požadovaného spektra. Mnohí výrobcovia takéhoto prípravku deklarujú aj takéto krátky čas, ale len pre vybraný druh účinnosti napr. baktericídnu alebo levurocídnu účinnosť. Pre splnenie celkového požadovaného spektra budú mať pravdepodobne tiež dlhší kontaktný čas. Taktiež tento čas je veľmi krátky na to, aby sa alkoholový prípravok po zvlhčení pokožky tampónom odparil/vyschol pred samotným vpichom. Pokožka by mala byť suchá pre vpichom, z tohto dôvodu navrhujeme, aby verejný obstarávateľ zmenil požiadavku z „15 s pred vpichom" **na „30 s pred vpichom"**, čo zabezpečí, že pokožka bude suchá a bude to tiež dostatočný čas na splnenie požadovaného spektra.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ uvedený návrh neakceptuje a na svojich požiadavkách trvá.