



TATRA TENDER

[všetkým známym záujemcom]

V Bratislave, dňa 21.01.2022

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1

Verejný obstarávateľ **Nemocnica Poprad a. s., Banická 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 36513458** (ďalej len „**Verejný obstarávateľ**“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „**Zákon**“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie zo dňa 14.01.2022 pod zn. 2022/S 010-017947 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 10/2022 zo dňa 16.01.2022 pod značkou 2043 - MST (obe oznámenia ďalej spoločne ako „**Oznámenie**“) verejnú súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s názvom „**Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - Medicínske prístroje a zariadenia**“ (ďalej len „**Verejná súťaž**“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú Verejnú súťaž a na základe jeho poverenia vykonáva v jeho mene niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Dňa 19.01.2022 a 20.01.2022 boli Verejnému obstarávateľovi záujemcami doručené žiadosti o vysvetlenie podmienok uvedených v súťažných podkladoch. V súlade s ust. § 48 Zákona Vám týmto v mene Verejného obstarávateľa poskytujeme nižšie uvedené vysvetlenie.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	<p>Otázka:</p> <p>V prílohe B.1 „Podrobná špecifikácia predmetu zákazky_Časť VI.“ je uvedené, že požadujete kompatibilitu „s existujúcou technikou od spoločnosti BBraun“, v opačnom prípade musí úspešný uchádzač na vlastné náklady zabezpečiť kompletnú výmenu existujúcej techniky. Keďže s infúznou technikou BBraun je kompatibilná iba infúzna technika BBraun a každý uchádzač musí pri výpočte ponúkanej ceny zvážiť všetky parametre vstupujúce do tvorby ceny, žiadame špecifikovať:</p> <ul style="list-style-type: none">- presné funkčné vlastnosti existujúcej techniky, ktorú bude musieť úspešný uchádzač vymeniť,- presný rozsah, resp. počet a druh existujúcej techniky, ktorú bude musieť úspešný uchádzač vymeniť. <p>Požiadavka na kompatibilitu ponúkanej infúznej techniky s infúznou technikou BBraun v konečnom dôsledku môže znamenať, že ponuku bude predkladať iba zástupca spol. BBraun na Slovensku.</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Funkčné vlastnosti požadovanej techniky sú v uvedené opise predmetu zákazky k časti č. 6: Infúzna technika , ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov.</p>



TATRA TENDER

	<p>Oddelenie OAIM momentálne disponuje výhradne technikou B.Braun Space (14 ks infúzných dávkovačov Infusomat Space s modalitou TCI, 38 ks injekčných dávkovačov Perfusor Spaces modalitou TCI a 12 ks dokovacích staníc Space Station). Keďže Nemocnica Poprad a.s. rozšírila kapacitu ventilovaných OAIM lôžok z dôvodu pandémie Covid 19 o 8 ks lôžok, Verejný obstarávateľ požaduje rozšírenie techniky kompatibilnej s už existujúcou, prípadne kompletnú výmenu existujúcej techniky.</p>
2	<p>Otázka:</p> <p>V prílohe B.1 „Podrobná špecifikácia predmetu zákazky_Časť VI.“ je v stĺpci „Požadovaný parameter“ pri niektorých parametroch uvedený text „bez preferencie“. Znamená to, že tieto parametre nemusí ponúkaná technika spĺňať?</p> <p>Odpoveď:</p> <p>V prípade ak sa pri niektorých parametroch uvádza text „bez preferencie“, znamená to, že tieto parametre nemusí ponúkaná technika spĺňať.</p>
3	<p>Otázka:</p> <p>Prosím o objasnenie pre časť VIII - Mobilná vyšetrovacia lampa - 2ks Obstarávateľ v technickej špecifikácii požaduje podľa bodu č. 3 Index podania farieb Ra min.170</p> <p>Prosím o objasnenie, aké Ra vlastne obstarávateľ požaduje, nakoľko Index podania farieb Ra (CRI) slúži na vyhodnotenie umelých svetelných zdrojov. Tento index ukazuje, nakoľko je verný prírodným farbám, ktoré sú pod daným zdrojom svetla v porovnaní s farbou vykresľovanie pod prirodzeným svetlom. Najvyššia hodnota Ra je 100. Ra 100 znamená, že všetky farby objektu možno rozpoznať ako pri optimálnom dennom svetle.</p> <p>Obstarávateľ požaduje Ra 170, kde takýto parameter z fyzikálneho hľadiska ani neexistuje. Štandardná hodnota, ktorá sa udáva pri týchto svietidlách je Ra 95.</p> <p>Prosím teda o vyjadrenie, či bude akceptovať obstarávateľ hodnotu Ra 95, namiesto nereálnej hodnoty Ra 170</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Pri príprave špecifikácie predmetu zákazky došlo k zadaniu chybné hodnoty pre daný parameter. Verejný obstarávateľ bude akceptovať hodnotu Ra min. 95. Verejný obstarávateľ vykonaná zmenu súťažných podkladov, resp. Prílohy č. B.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky pre časť VIII. formou samostatného úkonu.</p>

S pozdravom,



TATRA TENDER
Tatra Tender s.r.o.
Křmčmýho 16
811 04 Bratislava

Mgr. Lucia Štrbová
Tatra Tender s.r.o.