



# TATRA TENDER

[všetkým známym záujemcom]

V Bratislave, dňa 16.02.2022

## VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4

Verejný obstarávateľ **Nemocnica Poprad a. s., Banická 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 36513458** (ďalej len „**Verejný obstarávateľ**“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „**Zákon**“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie zo dňa 14.01.2022 pod zn. 2022/S 010-017947 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 10/2022 zo dňa 16.01.2022 pod značkou 2043 - MST (obe oznámenia ďalej spoločne ako „**Oznámenie**“) verejnú súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s názvom „**Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - Medicínske prístroje a zariadenia**“ (ďalej len „**Verejná súťaž**“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú Verejnú súťaž a na základe jeho poverenia vykonáva v jeho mene niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Dňa 02.02.2022 boli Verejnému obstarávateľovi záujemcami doručené žiadosti o vysvetlenie podmienok uvedených v súťažných podkladoch, **konkrétne požiadaviek uvedených v Prílohe B.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky pre Časť VII. predmetu zákazky a v Prílohe E.2 Návrh zmluvy pre Časť VI. predmetu zákazky**. V súlade s ust. § 48 Zákona Vám týmto v mene Verejného obstarávateľa poskytujeme nižšie uvedené vysvetlenie.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	<p><b>Otázka:</b></p> <p>Verejný obstarávateľ požaduje v zákazke Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - Medicínske prístroje a zariadenia v časti VII. Lôžko el. polohovateľné, RTG ložné plocha, aktívny antidekub. matrac, vrátane príslušenstva v Technických špecifikáciách v bode 30. Zabudované patientské ovládače v postraniaciach, v bode 31. Zabudované sesterské ovládače v postraniaciach a v bode 32. Externý patientský a sesterský ovládač.</p> <p>Z uvedeného vyplýva, že verejný obstarávateľ požaduje až 6 rôznych ovládačov lôžka (dva zabudované patientské ovládače v pravej a ľavej postranici, dva zabudované sesterské ovládače v pravej a ľavej postranici, jeden externý patientsky ovládač a jeden externý sesterský ovládač). Takáto kombinácia ovládačov sa neinštaluje ani do lôžok najvyššej kategórie určenej pre ARO a OAIM.</p> <p>Vychádzajúc z praxe sa domnievame, že pre bezproblémovú funkčnosť lôžka a z hľadiska jednoduchosti obsluhy je plne dostačujúca kombinácia jedného typu patientskeho a jedného typu sesterského ovládača - či už sú na postraniaciach, alebo ako externé ovládače. Pôvodná požiadavka znamená zdvojenie ovládačov, čo môže mať vplyv: na vyššiu cenu lôžka (viac elektroniky) s tým súvisiacu väčšiu náročnosť na servisné diely a v neposlednom na náročnejšiu obsluhu lôžka.</p>




## TATRATENDER

	<p>Preto navrhujeme upraviť a zosúladiť body 30., 31. a 32. technickej špecifikácie tak, aby bolo uchádzačom umožnené ponúknuť kombináciu dvoch ovládačov: jedného typu patientskeho ovládača (buď na postraniaciach, alebo ako externého ovládača) a jedného typu sesterského ovládača (buď na postraniaciach, alebo ako externého ovládača).</p> <p><b>Odpoveď:</b></p> <p>Verejný obstarávateľ trvá na požiadavke uvedenej pod p.č. 30 a 31, pričom upraví znenie požiadavky uvedenej pod p.č. 32 nasledovne: „<i>Externý patientský a sesterský ovládač - voliteľné</i>“, čo znamená, že ide o fakultatívnu požiadavku, ktorú ponúkané zariadenie spĺňať nemusí, ale môže.</p> <p>Verejný obstarávateľ vykoná zmenu predmetného parametra zmenou súťažných podkladov, resp. Prílohy č. B.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky pre časť VII. formou samostatného úkonu.</p>
2	<p><b>Otázka:</b></p> <p>V Príloha E.2 Návrh zmluvy_Časť II. až IX. je v čl. 4 ods. 9 uvedené: Predávajúci je povinný odstrániť vady, resp. poruchy Predmetu kúpy, t. j. uvedenie Predmetu kúpy do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom na mieste, resp. v lehote najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa doručenia uplatnenia záruky v zmysle bodu 4.4 vyššie.</p> <p>Navrhujeme predĺžiť lehotu odstránenia vady, resp. poruchy zo 7 na 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia uplatnenia záruky. Nemocnica disponuje desiatkami prístrojov, výpadok niekoľkých kusov by tak nemal mať zásadný vplyv na chod prevádzky.</p>
	<p><b>Odpoveď:</b></p> <p>Verejný obstarávateľ trvá na stanovenej požiadavke. Nemocnica disponuje počtom prístrojov, ktoré sú plne využívané a výpadok je značne citelný v prevádzke Nemocnice Poprad, a.s., preto Verejný obstarávateľ trvá na lehote odstránenia vady, resp. poruchy do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia uplatnenia záruky.</p>
3	<p><b>Otázka:</b></p> <p>V Príloha E.2 Návrh zmluvy_Časť II. až IX. je v čl. 4 ods. 14 uvedené: Predávajúci sa zaväzuje najneskôr 14 dní pred uplynutím záručnej doby vykonať bezplatnú bezpečnostno-technickú prehliadku Predmetu kúpy a bezplatné odstránenie všetkých zistených vád, resp. porúch na Predmete kúpy.</p> <p>Na základe informácií od nášho výrobcu infúznej techniky je prvá bezpečnostno-technická prehliadka realizovaná až po uplynutí záruky, je teda pozáručná a hrazená. Vykonáva sa na požiadavku zákazníka, pretože na Slovensku nie je legislatívne povinná. Navrhujeme preto nasledovnú úpravu čl. 4 ods. 14: Predávajúci sa zaväzuje vykonať bezpečnostno-technickú prehliadku (ďalej BTP) na základe vyžiadania Kupujúceho. Prvá BTP bude vykonaná po uplynutí záručnej doby. Každá BTP je hrazená Kupujúcim.</p>
	<p><b>Odpoveď:</b></p> <p>Verejný obstarávateľ trvá na stanovenej požiadavke, a teda požaduje, aby predávajúci najneskôr 14 dní pred uplynutím záručnej doby vykonal bezplatnú bezpečnostno-technickú prehliadku Predmetu kúpy a bezplatné odstránenie všetkých zistených vád, resp. porúch na Predmete kúpy.</p>



**TATRATENDER**

S pozdravom,

  
  
**TATRATENDER**  
Tatra Tender s.r.o.  
Krčméryho 16  
811 04 Bratislava  
Mgr. Lucia Štrbová  
Tatra Tender s.r.o.