



všetkým záujemcom

Váš list zn./ zo dňa:

Naša značka:
GR-2642/OVO-1065/22/Ca

v Martine, dňa:
05.08.2022

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov

Vážený záujemca,

na základe žiadosti jedného zo záujemcov o vysvetlenie k zákazke „**Lôžka na intenzívnu starostlivosť s antidekubitnými matracmi**“ v rámci zriadeného dynamického nákupného systému s názvom „Vybavenie Spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM – zdravotnícke vybavenie“, uverejnenej v Dodatku k úradnému vestníku EÚ zo dňa 11.03.2022 pod číslom 2022/S 050-127341 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 68/2022 zo dňa 14.03.2022 pod označením 16347-MUT, Vám v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) podávame nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

Verejný obstarávateľ uvádza v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky bod 1.8 nasledovné:

Delete plastové sklápacie bočnice (min. 2 bočnice po každej strane) po celej dĺžke s dovetkom min. výška 45 cm

V ďalších bodoch obstarávateľ požaduje nasledovné: bod 1.21 Lôžko spĺňajúce bezpečnostnú normu EN 60601-2-52 a bod 2.3 Vonkajšie rozmery: výška matraca min. 14cm.

Nami ponúkaná posteľ má bočnice o výške 42cm, zároveň spĺňa požadovanú normu EN 60601-2-52 pričom výška ponúkaného pasívneho matraca je 14cm. Na základe uvedeného máme za to, že naša posteľ plne vyhovuje potrebám obstarávateľa rešpektujúc aj bezpečnostnú normu EN 60601-2-52 a daný parameter "min. výška bočníc 45cm" vnímame ako diskriminačný.

Na základe nami uvedených skutočností a z dôvodu umožnenia účasti v súťaži viacerým uchádzačom žiadame verejného obstarávateľa o úpravu parametra a to nasledovne:

"Delete plastové sklápacie bočnice (min. 2 bočnice po každej strane) po celej dĺžke s dovetkom min. výška 42 cm"

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ akceptuje navrhovanú úpravu parametra, t.j. výšku bočníc min. 42cm. V uvedenej súvislosti verejný obstarávateľ upravuje pôvodné znenie v minimálnej technickej špecifikácii: Delené plastové sklápacie bočnice (min. 2 bočnice na každej strane) po celej dĺžke: áno, min. výška 45 cm na nové znenie nasledovne: Delené plastové sklápacie bočnice (min. 2 bočnice na každej strane) po celej dĺžke: áno, min. výška 42 cm.

V uvedenej súvislosti Univerzitná nemocnica Martin v zmysle § 21 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 18.08.2022 do 10:00 hod. Otváranie ponúk sa uskutoční 18.08.2022 o 13:00 hod.

S pozdravom

.....
Doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., MHA
medicínsky riaditeľ UNM

.....
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA
generálny riaditeľ UNM