



všetkým záujemcom

Váš list zn./ zo dňa:

Naša značka:
GR-2698/OVO-1079/22/Ca

v Martine, dňa:
10.08.2022

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov 2

Vážený záujemca,

na základe žiadosti jedného zo záujemcov o vysvetlenie k zákazke „**Lôžka na intenzívnu starostlivosť s antidekubitnými matracmi**“ v rámci zriadeného dynamického nákupného systému s názvom „Vybavenie Spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM – zdravotnícke vybavenie“, uverejnenej v Dodatku k úradnému vestníku EÚ zo dňa 11.03.2022 pod číslom 2022/S 050-127341 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 68/2022 zo dňa 14.03.2022 pod označením 16347-MUT, Vám v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) podávame nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

Prosím o vysvetlenie, či bude obstarávateľ akceptovať pre požiadavku Pár bočných líšt na drobné príslušenstvo aj Bočné háčiky na drobné príslušenstvo. Z praxe je zjavné a odskúšané, že háčiky sú komfortnejšie na používanie, pretože netreba žiadne ďalšie upínacie svorky ako je tomu pri bočných líštách.

Odpoveď č. 1:

Áno, pre verejného obstarávateľa budú akceptovateľné aj bočné háčiky na drobné príslušenstvo. V uvedenej súvislosti verejný obstarávateľ upravuje pôvodné znenie v minimálnej technickej špecifikácii: Pár bočných líšt na drobné príslušenstvo na nové znenie nasledovne: Pár bočných líšt alebo bočné háčiky na drobné príslušenstvo.

S pozdravom

.....
Doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., MHA
medicínsky riaditeľ UNM

.....
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA
generálny riaditeľ UNM