

Doplnenie súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Endoskopické prístroje“ zo dňa 12.10.2022

Verejný obstarávateľ dopĺňa/upravuje prílohu č. 7 Opis predmetu zákazky a špecifikácia ponúkaných zariadení Súťažných podkladov nasledovne:

Časť 1 – VIDEOGASTROSKOPICKÁ ZOSTAVA

VIDEOGASTROSKOP DVOJKANÁLOVÝ

Pôvodné znenie

pracovná dĺžka	1000 - 1050 mm
----------------	----------------

Správne má byť

pracovná dĺžka	min. 1000 mm
----------------	--------------

VIDEOGASTROSKOP

Pôvodné znenie

spôsob snímania	farebný CCD čip
-----------------	-----------------

Správne má byť

spôsob snímania	farebný CCD/CMOS čip
-----------------	----------------------

Pôvodné znenie

pracovná dĺžka:	1000 - 1050 mm
-----------------	----------------

Správne má byť

pracovná dĺžka:	min.1000 mm
-----------------	-------------

SVETELNÝ ZDROJ

Pôvodné znenie

xenónová výbojka s výkonom minimálne 300W	áno
---	-----

Správne má byť

xenónová výbojka s výkonom	minimálne 300W alebo LED
----------------------------	-----------------------------

Časť 2 – VIDEOKOLONOSKOPICKÁ ZOSTAVA

VIDEOKOLONOSKOP 2ks

Pôvodné znenie

spôsob snímania	farebný CCD čip
-----------------	-----------------

Správne má byť

spôsob snímania	farebný CCD/ CMOS čip
-----------------	------------------------------

Pôvodné znenie

vonkajší priemer zavádzacieho tubusu	12,8 – 13,2 mm
--------------------------------------	----------------

Správne má byť

vonkajší priemer zavádzacieho tubusu	max. 13,2 mm
--------------------------------------	---------------------

SVETELNÝ ZDROJ

Pôvodné znenie

xenónová výbojka s výkonom minimálne 300W	áno
---	-----

Správne má byť

xenónová výbojka s výkonom minimálne	minimálne 300W alebo LED
--------------------------------------	---

Časť 3 – KOLONOSKOPY S PRÍSLUŠENSTVOM

VIDEOKOLONOSKOP 2ks

Pôvodné znenie

spôsob snímania	farebný CCD čip
-----------------	-----------------

Správne má byť

spôsob snímania	farebný CCD/ CMOS čip
-----------------	------------------------------

Pôvodné znenie

vonkajší priemer zavádzacieho tubusu	12,8 – 13,2 mm
--------------------------------------	----------------

Správne má byť

vonkajší priemer zavádzacieho tubusu	max. 13,2 mm
--------------------------------------	---------------------

SVETELNÝ ZDROJ

Pôvodné znenie

xenónová výbojka s výkonom minimálne 300W	áno
---	-----

Správne má byť

xenónová výbojka s výkonom	minimálne 300W alebo LED
----------------------------	---

V rámci tohto doplnenia verejný obstarávateľ upravil prílohu č. 7 súťažných podkladov. Žiadame uchádzačov, aby v rámci ponuky predkladali túto upravenú prílohu s označením „ Príloha č.7 Opis PZ a špecifikácia – OPRAVA“