

Verejný obstarávateľ uvádza v prílohe č.1 Špecifikácia predmetu zákazky následne:

LIN OAIM	Alarmy a predalarmy	
LIN OAIM	Signalizácia alarmu zvukovo a vizuálne	áno
LIN OAIM	Textová identifikácia alarmu	áno
LIN OAIM	Možnosť nastavenia hlasitosti zvukového alarmu	áno
LIN OAIM	Alarm nesprávnej polohy a uchytienia striekačky	áno
LIN OAIM	Tlakový alarm s automatickým odbúraním bólsu do striekačky	áno
LIN OAIM	Alarm konca striekačky	áno
LIN OAIM	Alarm odpojenia od elektrickej siete	áno
LIN OAIM	Dlhá nečinnosť zapnutého prístroja/nepotvrdené zadanie	áno
LIN OAIM	Koniec Standby (dlhá pauza)	áno
LIN OAIM	Alarm vybitie batérie	áno
LIN OAIM	Porucha prístroja	áno
LIN OAIM	Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti	áno
LIN OAIM	Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah	áno
LIN OAIM	Predalarm konca striekačky	áno
LIN OAIM	Predalarm vybitia batérie	áno
LIN OAIM	Predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a času	áno

Centrálne svetelné a akustické zobrazenie stavu podávania púmp a alarmov.
Dokovacia stanica je logicky umiestnená spolu s infúznou pumpou, ktorá hlási alarm. Centrálny vizuálny alarm slúži pre lepšiu viditeľnosť a rýchlejšiu identifikáciu miesta alarmu pri pohľade z diaľky. Zvukový alarm je už ale zastúpený na infúznej pumpe.

Otázka č. 2:

Bude verejný obstarávateľ akceptovať riešenie, pri ktorom je zvukový alarm súčasťou infúznej pumpy?

Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č. 2:

Áno, cieľom parametra bolo, aby bol aj akustický alarm možný, to či vychádza z dokovacej stanice, alebo samotnej pumpy nie je preto dôležité a verejný obstarávateľ bude akceptovať aj takéto riešenie tohoto parametra.

S pozdravom

Ing. Mongi Msolly, MBA
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ