

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou

predložených uchádzačmi prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE vo verejnom obstarávaní Zákazka v DNS s názvom:

„Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Trnava MR“,

vyhlásenej zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v rámci DNS DNS#S11662018-OZZ Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu, ID 3328 číslo spisu 9/FNTT

Lehota na predkladanie ponúk: 06.05.2019 10:00:00.

Predpokladaná hodnota zákazky: 3 760,00 EUR bez DPH

Otváranie ponúk dňa 06.05.2019 o 13:50:06 hod.

Na vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a z hľadiska plnenia kritérií boli menovaní členovia komisie v nasledovnom zložení:

A) Zoznam členov komisie:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Martin Smatana, MSc. | - člen komisie |
| 2. Mgr. Emília Jamrichová | - členka komisie |
| 3. PhDr. Danka Lančaričová | - členka komisie |
| 4. Ing. Aneta Raciková | - členka komisie |

B) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku:

- B. Braun Medical, s.r.o., Hlučinská 3, 831 03 Bratislava, IČO: 31350780,
- UNOTECH, spol. s r. o. Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, IČO: 31424562

Komisia vyhodnotila ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na obsah ponuky a predmet zákazky a následne z hľadiska plnenia kritérií a konštatuje, že uvedené ponuky spĺňajú kritéria na hodnotenie ponúk pred elektronickou aukciou.

	<u>UNOTECH, spol. s r.o. 1</u>	<u>B. Braun Medical s.r.o. 2</u>
Položky		
001. Typ 1 (lineárna pumpa)	1 015,20	1 440,00
002. Typ 2 (volumetrická pumpa)	1 197,60	1 620,00

	<u>UNOTECH, spol. s</u> r.o. 1	<u>B. Braun Medical</u> s.r.o. 2
Položky		
Celkom cena s DPH	4 243,20	5 940,00
Iné hodnotiace kritériá		
001. Lineárna pumpa - režim viacnásobná dávka	áno	áno
002. Lineárna pumpa TOM (Take over mode)	nie	áno
003. Lineárna pumpa - možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku	áno	áno
004. Lineárna pumpa - špeciálny softvér na sledovanie tlakov - nastavba	áno	áno
005. Lineárna pumpa - automatické uchytenie striekačky pri vkladaní	nie	áno
006. Lineárna pumpa - alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti	áno	áno
007. Lineárna pumpa - alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah	áno	áno
008. Volumetrická pumpa - režim nábeh a pokles	áno	áno
009. Volumetrická pumpa - režim viacnásobná dávka	áno	áno
010. Volumetrická pumpa - možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie	áno	áno
011. Volumetrická pumpa - programovateľný režim	áno	áno

	<u>UNOTECH, spol. s</u> <u>r.o. 1</u>	<u>B. Braun Medical</u> <u>s.r.o. 2</u>
Položky		
012. Volumetrická pumpa - podávanie enterálnej výživy aj so setom	nie	áno
013. Volumetrická pumpa - funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom	áno	áno
014. Volumetrická pumpa - možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku	áno	áno
015. Volumetrická pumpa - výstražný alarm rozpojenia linky	áno	nie
Pomocné výpočty		
001. K2	13.75	17.5
Hodnotenie		
Celková cena	82 b	58.57616162 b
K2	14.14285714 b	18 b
Celkové hodnotenie	96.14285714 b	76.57616162 b

Komisia určila poradie ponúk pred elektronickou aukciou a odporúča verejnému obstarávateľovi, aby uchádzačov vyzvala na účasť v elektronickej aukcii, po ktorej bude určené konečné poradie ponúk z hľadiska plnenia kritérií na hodnotenie ponúk.

Členovia komisie per rollam prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE schvaľujú a prehlasujú, že súhlasia s touto zápisnicou z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou.

Martin Smatana, MSc,

Mgr. Emília Jamrichová
PhDr. Danka Lančaričová
Ing. Aneta Raciková

.....
.....
.....

Zapísal: Ing. Aneta Raciková
V Trnava dňa: 23.05.2019