

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Sídlo: Nemocničná 18, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO: 45737967

Označenie verejného obstarávania:

Názov predmetu zákazky: Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19 – nákup prevádzkových strojov, prístrojov a techniky
Vyhlásená v Ú. v. EÚ: 2023/S 022 – 063347, dňa 31.01.2023
Vyhlásená vo VVO č. 23/2023, dňa 01.02. 2023, č. ozn. 4032 – MST
Postup verejného obstarávania: nadlimitná zákazka podľa § 66 ods. 7 ZVO

VYSVETLENIE Č. 2 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV ZO DŇA 21.02.2023

Verejnému obstarávateľovi boli dňa 17.02.2023 a 21.02.2023 doručená žiadosť o vysvetlenie podmienok uvedených v súťažných podkladoch alebo v inej dokumentácii na vypracovanie ponuky (ďalej len „súťažné podklady“) na vyššie uvedený predmet zákazky prostredníctvom IS JOSEPHINE. Verejný obstarávateľ v súlade s bodom 11.2 časti A1. Súťažných podkladov týmto poskytuje vysvetlenie:

3. časť predmetu zákazky – Mobilný RTG prístroj**Otázka č. 1:**

Príloha č. 5 – TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA - 3. časť predmetu zákazky - Mobilný RTG prístroj 1 ks Parameter v bode 13. Výstupný výkon generátora min 35 kW.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať výkon 32 kW pri zachovaní všetkých požadovaných úžitkových, funkčných a prevádzkových vlastností prístroja? Akceptáciou takéhoto minimálneho rozdielu vo výkone nedôjde k zníženiu triedy požadovaného prístroja.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ na možnú úpravu zmeny výkonu poskytol vysvetlenie dňa 14.02.2023 vrátane odôvodnenia.

Otázka č. 2:

Príloha č. 5 – TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA - 3. časť predmetu zákazky - Mobilný RTG prístroj 1 ks Parameter v bode 16. Rozsah nastavenia mAs min od 0,5 mAs do 350 mAs

Bude verejný obstarávateľ akceptovať rozsah nastavenia 0,32 - 320 mAs, pri zachovaní všetkých požadovaných úžitkových, funkčných a prevádzkových vlastností prístroja? Uvedený malý rozdiel v technickom parametri nemá pre koncového užívateľa žiadny vplyv na funkčnosť zariadenia a kvalitu medicínskeho vyšetrenia. Akceptáciou zmeny tohto parametra nedôjde k zníženiu triedy požadovaného prístroja.

Odpoveď č.2:

Verejný obstarávateľ na možnú úpravu poskytol vysvetlenie dňa 14.02.2023 vrátane odôvodnenia.

Otázka č. 3:

Príloha č. 5 – TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA - 3. časť predmetu zákazky - Mobilný RTG prístroj 1 ks Parameter v bode 35. Zabudované CD/DVD a USB rozhranie áno

Navrhujeme zmeniť znenie požadovaného parameter na: "Zabudované CD/DVD alebo USB rozhranie". Akceptáciou zmeny tohto parametra nedôjde k zníženiu triedy požadovaného prístroja.

Odpoveď č. 3:

Verejný obstarávateľ poskytol vysvetlenie dňa 14.02.2023, v ktorom akceptoval navrhnuté znenie (vrátane aktualizácie prílohy č. 5)

Otázka č. 4:

Príloha č. 5 – TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA - 3. časť predmetu zákazky - Mobilný RTG prístroj 1 ks

Parameter v bode 36. Hard disk minimálne 150 GB alebo pamäť na min. 10 000 obrazov v DICOM formáte

Bude verejný obstarávateľ akceptovať hard disk s kapacitou 120 GB SSD? Uvedený malý rozdiel v kapacite hard disku nemá žiadny vplyv na funkčnosť zariadenia a kvalitu medicínskeho vyšetrenia. Akceptáciou zmeny tohto parametra nedôjde k zníženiu triedy požadovaného prístroja.

Odpoveď č. 4:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať zmenu kapacity hardisku.

8. časť predmetu zákazky – Operačná lampa

Otázka č. 5:

V 8 časti Operačná lampa technická špecifikácia ponuka.xls.... riadok 9 a riadok 22 Primárny pripojovací výkon maximálne 40 VA. Otázka znela či bude obstarávateľ akceptovať operačnú lampu so spotrebou maximálne 110W.

Odpoveď č. 5:

Verejný obstarávateľ vypúšťa parametre uvedené v položke č. 9 a č. 22 s odôvodnením:

Uvedený parameter verejný obstarávateľ považuje za menej významný, ktorý nemá priamy vplyv na vlastnosti dodaného tovaru. Vypustením tohto parametra verejný obstarávateľ predpokladá, že dôjde k širšej účasti hospodárskych subjektov a budú vytvorené lepšie podmienky pre čestnú hospodársku súťaž vo väzbe k dodržiavaniu princípov verejného obstarávania.

Zároveň týmto aktualizuje poskytnutý dokument s označením:

- 8. Operacna_lampa_tech_specifikacia_ponuka_aktualizacia_1