



Všetkým záujemcom

Váš list/zo dňa

Naše číslo

FN/ER/2019/R1097

Vybavuje/Linka

Ing. Michal Plesník

0326566838

michal.plesnik@fntn.sk

Trenčín

10.6.2019

**Vec: Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Verejný obstarávateľ:   | <b>Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín</b>   |
| Typ zákazky:            | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru  |
| Postup:                 | Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie  |
| Predmet zákazky:        | <b>CT prístroj pre vyšetrenie srdca a ciev vrátane 5 ročného servisu</b>  |
| Vyhlásené a publikované | Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ zo dňa 20.5.2019, pod č. 2019/S 096-231516 a vo Vestníku VO č. 100/2019 dňa 21.5.2019 pod sp.zn.č. 13197-MST |
| Právny predpis          | Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ku dňu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej aj „ZVO“)                     |

**Predmet**

Dňa 03.06.2019 bola v rámci vyššie uvedeného verejného obstarávania doručená verejnemu obstarávateľovi žiadosť o nápravu.

Žiadosť o nápravu podľa § 164 ods. 1 písm. b) ZVO smeruje proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých verejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobou podľa § 8.

Žiadosť o nápravu smeruje proti viacerým parametrom uvedeným v Technickej špecifikácii predmetu zákazky. **Verejný obstarávateľ v rámci tohto oznámenia uvádza tie položky Technickej špecifikácie spolu s návrhmi žiadateľa, ktoré boli na základe žiadosti o nápravu upravené:**

- 1) - Najlepšie priestorové rozlíšenie (pri stopercentnom kontraste) - menšie alebo rovné 0,3 mm

**Návrh žiadateľa:** „Najlepšie priestorové rozlíšenie v osi Z (pri stopercentnom kontraste) – menšie alebo rovné 0,3125 mm“

- 2) - LED osvetlenie tunela CT gantry

**Návrh žiadateľa:** „LED osvetlenie tunela CT gantry, pri rozmeroch gantry menej ako 1000 mm sa táto podmienka nevyžaduje“

- Ambientné LED osvetlenie vonkajšej časti CT gantry

**Návrh žiadateľa:** „Ambientné LED osvetlenie vonkajšej časti CT gantry alebo vyšetrovacej miestnosti“

V žiadosti o nápravu sa ďalej uvádza, že verejný obstarávateľ definoval svojimi požiadavkami prístroj, ktorý patri medzi najvyššiu kategóriu CT prístrojov a navrhuje sa úprava súťažných podkladov v časti technickej špecifikácie.

### **Stanovisko verejného obstarávateľa:**

Odôvodnenie vybavenia návrhov žiadateľa k jednotlivým parametrom uvedeným v Technickej špecifikácii predmetu zákazky:

#### **1)**

Vzhľadom na to, že sa jedná o CT, ktoré má mať , čo najväčšie rozlíšenie napr. pre zobrazenie koronárneho stromu, je požiadavka na čo najlepšie rozlíšenie nevyhnutná. Nakoľko je požadovaných viacero atribútov, pre zjednodušenie to meníme na tieto:

Požiadavka na rozlíšenie pri stopercentom kontraste nebude uvádzaná, pretože postačuje zadať rozlíšenie pri 10% a 50% kontraste.

Požadujeme, čo najlepšie rozlíšenie, z dôvodu malých anatomických rozmerov napr. ciev, stenóz, kalcifikátov a pod. Požadované rozlíšenie je stále limitujúci faktor, a bolo by prínosom pre medicínu, ak by bolo ešte lepšie. Preto sa požaduje aspoň rozlíšenie, ktoré je dnes možné dosiahnuť.

Čo sa týka osi, tak sa jedná o os x a y, keďže to je rovina, v ktorej sa s CT dáta snímajú. Os z je definovaná hrúbkou rezu, ktorá je definovaná v bode 1.11 opisu technicko-medicínskych parametrov.

**Verejný obstarávateľ akceptuje žiadosť o nápravu v rámci Prílohy č. 2 Súťažných podkladov v časti Technická špecifikácia predmetu zákazky – časť 1. Technické vlastnosti CT prístroj bodu 1.12. Verejný obstarávateľ preto rozhodol o úprave tohto bodu v rámci technickej špecifikácie predmetu zákazky nasledovne:**

**1.12 „Najlepšie priestorové rozlíšenie (pri stopercentnom kontraste)“ – mm – bez preferencie**

#### **2)**

Požiadavka na LED osvetlenie súvisí jednak s dĺžkou gantry prístroja a jednak komfortom pacienta. Nakoľko plánujeme vyšetřovať aj pediatrických pacientov, je pre úspešné absolvovanie vyšetřenia dôležitý aj komfort pacienta a ochota sa vyšetřeniu podriadiť a nehybať sa, aj keď Vám sa to môže javiť ako komické.

Požiadavky na LED osvetlenie nie sú nijako ohraničené veľkosťou, farbou, vyhotovením, rozmermi, ani limitujúce iným spôsobom, alebo akýmkoľvek subdodávateľom. Dodanie LED osvetlenia je možné na základe uváženia dodávateľa a nepovažujeme to už vôbec za nerealizovateľné.

Uvítali by sme aj iné atribúty, ktoré by mohli zvýšiť komfort pacienta.

**Verejný obstarávateľ akceptuje žiadosť o nápravu v rámci Prílohy č. 2 Súťažných podkladov v časti Technická špecifikácia predmetu zákazky – časť 1.**

**Technické vlastnosti CT prístroj bodu 1.33 a tiež bodu 1.34. Verejný obstarávateľ preto rozhodol o úprave týchto bodov v rámci technickej špecifikácie predmetu zákazky nasledovne:**

**1.33 „LED osvetlenie tunela CT gantry“ – áno/nie – bez preferencie**

**1.34 „Ambientné LED osvetlenie vonkajšej časti CT gantry“ – áno/nie – bez preferencie**

Verejný obstarávateľ definoval požiadavky na predmet zákazky vo vzťahu k funkčným vlastnostiam požadovaných výrobkov. Vyžadované parametre sú určené tak smerom k užívateľskému komfortu obsluhujúceho personálu ako aj k technickým vlastnostiam výrobkov.

Žiadosť o nápravu smeruje svojim opisom rozhodujúcich skutočností k možnosti obmedzenia ponúkaného sortimentu výrobkov žiadateľa, čo však nezakladá objektívny dôvod na spochybňovanie požiadaviek definovaných verejným obstarávateľom.

Zároveň je nevyhnutné poznamenať, že verejný obstarávateľ jednoznačne v súťažných podkladoch určuje možnosť predloženia ekvivalentných výrobkov. Upozorňujeme však, že v prípade predloženia ekvivalentov platia podmienky uvedené v súťažných podkladoch, pričom verejný obstarávateľ je povinný riadiť sa aj riadiacou a rozhodovacou praxou úradu.

Verejný obstarávateľ má za to, že definované požiadavky nie sú diskriminujúce, resp. obmedzujúce čestnú hospodársku súťaž.

V súlade s § 165 ods. 3 písm. a) ZVO verejný obstarávateľ oznamuje, že doručení žiadosť o nápravu z časti **akceptuje** a Prílohu č. 2 súťažných podkladov upravuje v rozsahu ( body 1.12, 1.33, 1.34 Technických vlastností – CT prístroj v rámci Technickej špecifikácie predmetu zákazky) a z dôvodu vyššie uvedených skutočností. Verejný obstarávateľ zároveň zverejní upravenú Prílohu č. 2 Súťažných podkladov)

S pozdravom,

JUDr. Marek Šedík  
Ekonomický riaditeľ FN Trenčín

Ing. Marián Juruš  
Generálny riaditeľ FN Trenčín