

Vysvetlenie SP č. 3 (na žiadosť 5)

Verejnému obstarávateľovi bola v lehote na predkladanie ponúk doručená žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch. V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám poskytujeme nasledovné vysvetlenie:

Žiadosť o vysvetlenie č.5 - (doručená 18.07.2023 o 7:51:07)

O aký typ v časti 1. má verejný obstarávateľ vlastne záujem?

v prvom bode opisu je uvedené: Stropná operačná lampa - jedno kupolová LED

V zostave musí byť konštrukčný systém do medzistropu, samotná dvojkupolová operačná lampa a sada min. 5ks resterilizovateľných rukovätí.

Má verejný obstarávateľ preto záujem o jednokupulovú (bez satelitného svietidla) alebo dvojkupulovú (so satelitným svietidlom) operačnú lampu?

Odpoveď

Verejný obstarávateľ má záujem o lampu tak ako je uvedené v bode č.1 opisu t.j. Stropnú operačnú lampu - jednokupulovú LED.

Zároveň verejný obstarávateľ ako opravu zrejmej chyby v písaní vypúšťa z bodu 14. opisu slovo dvojkupolová.

Verejný obstarávateľ týmto zároveň oznamuje všetkým záujemcom, že vysvetlenie SP zapracoval do prílohy 4.1.

V zmysle uvedeného Vás žiadame aby ste pri spracovaní a predkladaní ponúk použili aktualizované prílohy s označením:

➤ Príloha 4.1 Časť 1 Stropná operačná lampa (Aktualizácia 18.07.2023)

Predmetným vysvetlením dochádza k zmene podkladov pri spracovaní ponuky a preto verejný obstarávateľ **predĺžil lehotu na predkladanie ponúk do 25.07.2023 do 08:00 hod** a lehotu na otváranie ponúk určil 25.07.2023 o 10:00 hod

V Bojniciach 17.07.2023