

### **Vysvetlenie SP č. 4 (na žiadosť 6)**

Verejnému obstarávateľovi bola v lehote na predkladanie ponúk doručená žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch. V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám poskytujeme nasledovné vysvetlenie:

Žiadosť o vysvetlenie č.6 - (doručená 18.07.2023 o 16:47:04)

k **Časť 3 - Germicídne žiariče** potrebujem doplniť nasledovné údaje

- *K položkám 2, 4 a 5 - nástenné žiariče je potrebné doplniť dĺžku prívodného kábla pre zapojenie do elektrickej zásuvky.*

#### **Odpoveď**

Pre verejného obstarávateľa je zásadný špecifikovaný spôsob žiarenia bezpečnosť a funkčnosť na zamýšľaný účel použitia na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. Dĺžka kábla nie je pre verejného obstarávateľa zásadná a preto nedefinuje jej minimálne resp. maximálne rozmery.

- *K položke 3 - uviesť prevedenie žiariča - mobilné na kolieskach, stolové prevedenie alebo montáž na stenu (doplniť dĺžku kábla)*

#### **Odpoveď**

Pri položke 3 Germicídny žiarič uzavretý s ventilátorom a spínacími hodinami - 30W verejný obstarávateľ nemá preferenciu typu tzn. že je možné ponúknuť mobilný alebo aj pevne montovaný germicídny žiarič s požadovaným výkonom a typom žiarenia.

V Bojniciach 19.07.2023