



**Všetci uchádzači zaradení do zriadeného
dynamického nákupného systému ID: 36478**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE-VO2-2023/004516-002

Vybavuje/linka
Mgr. Majerská /+421250944567

Bratislava
04.08.2023

Vec: Vysvetlenie informácií potrebných na predloženie ponuky

Podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky v rámci konkrétneho obstarávania na predmet zákazky **Laboratórny nábytok - plán obnovy a odolnosti**, ktoré je realizované v rámci dynamického nákupného systému „Laboratórne príslušenstvo, technika a nábytok DNS“.

Otázka č. 1:

Položka č. 10 – Vákuová skriňa na vyvolávanie odtlačkov metódou VMD

V časti rozmerov uvádzate o.i. šírku zariadenia 2060 mm.

U takýchto zariadení (a pri zohľadnení ostatných parametrov) nie je takáto šírka obvyklá – max. cca 1450 mm. Je šírka 2060 mm záväzná ?

Zároveň sa chceme opýtať, či Vami povolené tolerancie ± 50 mm, resp. ± 5 kg sú nemenné, alebo je možné pripustiť aj väčšiu toleranciu.

Rozmer skrine:	<u>cylindrická vákuová komora:</u> <ul style="list-style-type: none">- min. priemer 760 mm- min. dĺžka 1300 mm povolená tolerancia rozmerov ± 50 mm <u>vonkajší rozmer:</u> <ul style="list-style-type: none">- max. výška 1980 mm- max. šírka 2060 mm- max hĺbka 1400 mm povolená tolerancia rozmerov ± 50 mm max. hmotnosť 1400 kg <ul style="list-style-type: none">- povolená tolerancia rozmerov ± 5 kg
-----------------------	--

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ v Opise predmetu zákazky/ Vzore vlastného návrhu plnenia mení špecifikáciu položky č. 10 - **Vákuová skriňa na vyvolávanie odtlačkov metódou VMD** nasledovne:

Pôvodná hodnota:

Rozmer skrine:

vonkajší rozmer:

- max. šírka 2060 mm
- max hĺbka 1400 mm

Nová hodnota:

Rozmer skrine:

vonkajší rozmer:

- max. šírka 1400 mm
- max hĺbka 2100 mm

Uvedené povolené tolerancie rozmerov v Opise predmetu zákazky/ Vzore vlastného návrhu plnenia položky **č. 10 - Vákuová skriňa na vyvolávanie odtlačkov metódou VMD** sú nemenné a verejný obstarávateľ trvá na zachovaní rovnakých tolerancií (± 50 mm, ± 5 kg) ako sú uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky a nebude ich meniť.

Otázka č. 2:

V súťažných podkladoch prosíme o vysvetlenie: V položke – č. 6, skriňa na chemikálie bezodťahová - uvádzate požiadavku na výšku 2070 mm (povolená tolerancia +/- 20 mm) a výkon ventilátora až 220 m3. To však z konštrukčných dôvodov nie je možné. Pokiaľ požadujete takýto výkon ventilátora pri zachovaní kapacity skladovania až 120 L, musí byť konštrukcia skrine vyššia ako 2070 mm (resp. 2090 mm), pretože aj telo ventilátora je väčšie. Pri takomto type ventilátora musí mať skriňa väčšiu výšku min. 2300 mm. Otázka: požadujete skriňu s výkonom ventilátora 220 m3 s výškou min. 2300 mm, alebo požadujete skriňu s výškou 2070 mm, ale pri zníženom výkone ventilátora ?

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ pri položke č. **6 – Skriňa na chemikálie bezodťahová** trvá na zachovaní rovnakých technických parametrov ako sú uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky a opis predmetu zákazky nebude meniť.

Vzhľadom na doručení žiadosť a s tým súvisiace vysvetlenie informácií potrebných na predloženie ponuky verejný obstarávateľ v súlade § 21 ods. 4 zákona mení stanovené procesné lehoty nasledovne:

Pôvodná lehota na predkladanie ponúk: 07.08.2023 10:00"

Nová lehota na predkladanie ponúk: „10.08.2023 10:00"

Pôvodná lehota otvárania ponúk: „07.08.2023 10:30"

Nová lehota otvárania ponúk: „10.08.2023 10:30“

Uvedené zmeny budú zverejnené novou verziou súťažných podkladov v rámci zadávania konkrétnej zákazky s použitím dynamického nákupného systému na elektronickej tabuli

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/42968/summary>

S pozdravom

.....
Mgr. Ľubomír Kubička

riaditeľ odboru verejného obstarávania SE MV SR