



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN
KOLLÁROVA 2, 036 59 MARTIN



všetkým záujemcom

Váš list zn./ zo dňa:

Naša značka:
R-2986/OVO-841/23/Du

v Martine, dňa:
04.08.2023

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov

Vážený záujemca,

na základe žiadosti záujemcu o vysvetlenie informácií k nadlimitnej zákazke „**Ultrazvukový prístroj**“, ktorá bola uverejnená v Dodatku k úradnému vestníku EÚ zo dňa 07.07.2023 pod číslom 2023/S 129-407608 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 134/2023 zo dňa 10.07.2023 pod označením 22471-MST, Vám v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) podávame nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

Bude verejný obstarávateľ akceptovať ponuku s dynamickým rozsahom prístroja 300 dB?

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení minimálneho technicko-medicínskeho parametru, tak ako bol nastavený Ministerstvom zdravotníctva SR pre uvedený typ ultrazvukových prístrojov s účelovým určením pre rádiológiu t.j. „1.15. Dynamický rozsah min. 320 dB“

S pozdravom

.....
MUDr. Ivan Kocan, PhD., MHA
riaditeľ UNM