

VYHODNOTENIE prípravnej trhovej konzultácie

Verejný obstarávateľ vykonal v mesiaci 08/2023 prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na predmet zákazky „Angiograf pre arytmologickú implantačnú sálu vrátane stavebných úprav“ za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcií pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať požiadavky na predmet zákazky.

Oznámenie o PTK bolo zverejnené na webovej stránke www.josephine.proebiz.com. Verejný obstarávateľ zaslal výzvu na účasť v PTK 3 potenciálnym dodávateľom. Prostredníctvom sw. Josephine sa o PTK zaujímali ďalší 2 dodávateľia. Svoju ponuku predložili 2 potenciálni dodávateľia.

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky:

Angiograf pre arytmologickú implantačnú sálu vrátane stavebných úprav

1.2 CPV:

33111720-4 Angiografické prístroje
51410000-9 Inštalácia lekárskeho zariadenia
50421000-2 Opravy a údržba lekárskeho zariadenia
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:

tovar, služba

2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požaduje sa jednorázové dodanie nového, nepoužívaného a nerepasovaného prístroja vrátane služieb uvedených v bode 13. časti 4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY a vrátane stavebných úprav.

3. ROZDELENIE A DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Rozdelenie predmetu zákazky

3.1.a) Rozdelenie na časti:

- Áno
 Nie

3.1.b) Zoznam položiek:

| Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky | MJ | Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie |
|----------------|---|-------|--|
| Položka č. 1 | Angiograf pre arytmologickú implantačnú sálu so 60 mesačnou záručnou dobou | ks | 1 |
| Položka č. 2 | Demontáž a likvidácia pôvodného angiografu | celok | 1 |
| Položka č. 3 | Stavebné úpravy | celok | 1 |
| Položka č. 4 | Ostavné služby súvisiace s dodaním angiografického systému s prislúšenstvom pre invazívnu kardiológiu | celok | 1 |

3.2 Dostupnosť na trhu:

- Bežná dostupnosť
 Nie bežná dostupnosť

4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

| Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky (Pôvodné požiadavky poskytnuté potenciálnym dodávateľom v rámci PTK) | Siemens Healthcare s. r. o. Lamačská cesta 3/B Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04 | MEDITRADE spol. s r. o. Levočská 1/2101 Bratislava 851 01 | DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY |
|--|--|--|--|
| | Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nespĺňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivalentnej hodnoty | Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nespĺňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivalentnej hodnoty | Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |
| 1. Všeobecný opis zariadenia | xxx | xxx | 1. Všeobecný opis zariadenia |
| 1.1 Podlahový angiografický prístroj umožňujúci kompletnú arytmologickú diagnostiku a liečbu | spĺňa / Artis Q floor | spĺňa | 1.1 PLATÍ PÔVODNÁ HODNOTA |
| 1.2 Zariadenie, ktoré využíva technológie umelej inteligencie na úpravu pomeru kontrastu k šumu, aby sa dosiahla minimálna dávka podľa princípu ALARA („tak nízka, ako je rozumne dosiahnuteľná“), bez nepriaznivého ovplyvnenia kvality obrazu | spĺňa | spĺňa / AutoRight | 1.2 PLATÍ PÔVODNÁ HODNOTA |
| 1.3 Prístroj vybavený plochým detektorom | spĺňa | spĺňa | 1.3 Prístroj vybavený plochým detektorom |
| 1.4 Prístroj (pracovisko) musí byť vybavený veľkoplošnou obrazovkou vo vyšetrovacej miestnosti s možnosťou prepojenia všetkých potrebných zobrazení a modality potrebných na vyšetrenia a intervenčné zákroky. Prístroj musí byť cieľene určený pre elektrofyziologické výkony s dedikovaným hardverovým tienením a/alebo SW funkciami špecificky určenými na minimalizáciu interferencie s elektrofyziologickými a 3D mapovacími systémami (EnSite, CARTO). | spĺňa | spĺňa | 1.4 Prístroj (pracovisko) musí byť vybavený veľkoplošnou obrazovkou vo vyšetrovacej miestnosti s možnosťou prepojenia všetkých potrebných zobrazení a modality potrebných na vyšetrenia a intervenčné zákroky. Prístroj musí byť cieľene určený pre elektrofyziologické výkony s dedikovaným hardverovým tienením a/alebo SW funkciami špecificky určenými na minimalizáciu interferencie s elektrofyziologickými a 3D mapovacími systémami (EnSite, CARTO). |
| 1.5 Systém musí byť možné napojiť na nemocničný informačný systém NIS, ako aj na úložisko dát a internet | spĺňa | spĺňa | 1.5 Systém musí byť možné napojiť na nemocničný informačný systém NIS, ako aj na úložisko dát a internet |
| 1.6 Postprocesorová stanica musí byť schopná vyhodnotiť všetky digitálne obrazové dáta s možnosťou ďalšieho spracovania a archivácie aj z iných zdrojov obrazu (napr. CT, MR, EKG, ECHO) | spĺňa | spĺňa | 1.6 Postprocesorová stanica musí byť schopná vyhodnotiť všetky digitálne obrazové dáta s možnosťou ďalšieho spracovania a archivácie aj z iných zdrojov obrazu (napr. CT, MR, EKG, ECHO) |
| 2. Geometria (C-ramena) | xxx | xxx | 2. Geometria (C-ramena) |
| 2.1 Flexibilné motoricky posuvné C-rameno upevnené o podlahu | spĺňa / podlahové | spĺňa | 2.1 PLATÍ PÔVODNÁ HODNOTA |
| 2.2 Možnosť motorického polohovania ramena +/- 90 stupňov voči pacientovi bez nutnosti otáčania stola. | nespĺňa / +60° a -220° | spĺňa | 2.2 PLATÍ PÔVODNÁ HODNOTA |
| 2.3 Kontúrovanie pacienta zabezpečujúce konštantnú vzdialenosť medzi detektorom a telom pacienta počas zmeny projekcie | spĺňa | spĺňa | 2.3 Kontúrovanie pacienta zabezpečujúce konštantnú vzdialenosť medzi detektorom a telom pacienta počas zmeny projekcie |
| 2.4 Možnosť automatických programovateľných pozícií. | spĺňa | spĺňa | 2.4 Možnosť automatických programovateľných pozícií. |
| 3. Diagnostický stôl pacienta | xxx | xxx | 3. Diagnostický stôl pacienta |
| 3.1 Katetrizačný stôl s „plávajúcou“ úložnou doskou s možnosťou otáčania – pivot min. ± 180°, nosnosť min. 250kg | nespĺňa / ± 120°, 390 kg | spĺňa | 3.1 NOVÁ HODNOTA Katetrizačný stôl s „plávajúcou“ úložnou doskou s možnosťou otáčania – pivot min. ± 120°, nosnosť min. 250kg |
| 3.2 Podložka hlavy | spĺňa | spĺňa | 3.2 Podložka hlavy |
| 3.3 Pacientska podložka (matrac) pre kardiologické vyšetrenia min 15cm hrúbky | spĺňa | spĺňa | 3.3 Pacientska podložka (matrac) pre kardiologické vyšetrenia min 15cm hrúbky |
| 3.4 Fixačné pomôcky pre fixovanie pacienta | spĺňa | spĺňa | 3.4 Fixačné pomôcky pre fixovanie pacienta |
| 3.5 Držiak pre podporu ramena pri prístupe z radiálnej alebo brachiálnej tepny | spĺňa | spĺňa | 3.5 Držiak pre podporu ramena pri prístupe z radiálnej alebo brachiálnej tepny |
| 3.6 Stojan infúzných roztokov a držiak káblov k stolu | spĺňa | spĺňa | 3.6 Stojan infúzných roztokov a držiak káblov k stolu |
| 3.7 Sledovanie skutočnej polohy röntgenového lúča vo vzťahu k modelu pokrývajúceho celé telo pacienta, berúc do úvahy polohu pacienta na stole, bez potreby fluoroskopie | spĺňa | spĺňa | 3.7 Sledovanie skutočnej polohy röntgenového lúča vo vzťahu k modelu pokrývajúceho celé telo pacienta, berúc do úvahy polohu pacienta na stole, bez potreby fluoroskopie |
| 4. Kolimátor | xxx | xxx | 4. Kolimátor |
| 4.1 Nastavenie clony kolimátora na monitore bez žiarenia | spĺňa | spĺňa | 4.1 Nastavenie clony kolimátora na monitore bez žiarenia |
| 4.2 Zariadenie musí mať integrovaný systém merania dávky. Produkovaná dávka a plošná dávka musia byť kumulatívne spracované a zobrazované, správa o dávke musí byť uložená do patientskej série vyšetrení v DICOM kompatibilnom štruktúrovanom reporte | spĺňa | spĺňa | 4.2 Zariadenie musí mať integrovaný systém merania dávky. Produkovaná dávka a plošná dávka musia byť kumulatívne spracované a zobrazované, správa o dávke musí byť uložená do patientskej série vyšetrení v DICOM kompatibilnom štruktúrovanom reporte |
| 5. Aplikácie na minimalizovanie dávky röntgenového žiarenia bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu | xxx | xxx | 5. Aplikácie na minimalizovanie dávky röntgenového žiarenia bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu |
| 5.1 V záujme znižovania dávky pre pacientov a personál systém musí obsahovať inteligentný riadiaci softvér, ktorý pomáha minimalizovať dávku röntgenového žiarenia, pri dodržaní princípu ALARA („As Low As Reasonably Achievable“), bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu | spĺňa | spĺňa | 5.1 V záujme znižovania dávky pre pacientov a personál systém musí obsahovať inteligentný riadiaci softvér, ktorý pomáha minimalizovať dávku röntgenového žiarenia, pri dodržaní princípu ALARA („As Low As Reasonably Achievable“), bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu |
| 5.2 Automatický riadiaci systém rtg generátora pre plne automatický výpočet a optimalizáciu údajov pre expozíciu na základe skiaskopických hodnôt | spĺňa | spĺňa | 5.2 Automatický riadiaci systém rtg generátora pre plne automatický výpočet a optimalizáciu údajov pre expozíciu na základe skiaskopických hodnôt |
| 5.3 Polohovanie primárnych kolimátorov bez radiácie pomocou grafického znázornenia kolimátorov na poslednom archivovanom obraze | spĺňa | spĺňa | 5.3 Polohovanie primárnych kolimátorov bez radiácie pomocou grafického znázornenia kolimátorov na poslednom archivovanom obraze |
| 5.4 Monitorovanie a znázornenie dávky na monitoroch v obsluhovni a vo vyšetrovni v reálnom čase | spĺňa | spĺňa | 5.4 Monitorovanie a znázornenie dávky na monitoroch v obsluhovni a vo vyšetrovni v reálnom čase |
| 5.5 Signalizácia dosiahnutia a prekročenia užívateľom stanovenej dávky | spĺňa | spĺňa | 5.5 Signalizácia dosiahnutia a prekročenia užívateľom stanovenej dávky |
| 5.6 Report o dávke s štruktúrnym reportom v DICOM formáte (DICOM SR) | spĺňa | spĺňa | 5.6 Report o dávke s štruktúrnym reportom v DICOM formáte (DICOM SR) |
| 5.7 Musí mať automatický pixel shift s kompenzáciou pohybu pacienta alebo pohybu stola počas subtrakčnej angiografie a funkcie roadmap bez nutnosti zásahu užívateľa v reálnom čase | spĺňa | spĺňa | 5.7 Musí mať automatický pixel shift s kompenzáciou pohybu pacienta alebo pohybu stola počas subtrakčnej angiografie a funkcie roadmap bez nutnosti zásahu užívateľa v reálnom čase |
| 5.8 Musí zabezpečiť v reálnom čase potlačenie pohybových artefaktov, zvýraznenie hrán vyšetovaných objektov, redukciu šumu v obraze a korekciu homogenity obrazu | spĺňa | spĺňa | 5.8 Musí zabezpečiť v reálnom čase potlačenie pohybových artefaktov, zvýraznenie hrán vyšetovaných objektov, redukciu šumu v obraze a korekciu homogenity obrazu |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|---|--|
| 5.9 | Vyberateľný raster na zníženie dávky žiarenia | spĺňa | spĺňa | 5.9 | Vyberateľný raster na zníženie dávky žiarenia |
| 6. Obrazové spracovanie | | xxx | | 6. Obrazové spracovanie | |
| 6.1 | Spracovanie obrazu a archivácia v matici min. 1024 x 1024 | spĺňa | spĺňa | 6.1 | Spracovanie obrazu a archivácia v matici min. 1024 x 1024 |
| 6.2 | Rotačná angiografia | spĺňa | spĺňa | 6.2 | Rotačná angiografia |
| 6.3 | Rozšírenie výstupu videosiñálu z veľkého monitora z vyšetrovne pre prenos obrazu do prednáškovej miestnosti pomocou počítačovej siete | spĺňa | spĺňa | 6.3 | Rozšírenie výstupu videosiñálu z veľkého monitora z vyšetrovne pre prenos obrazu do prednáškovej miestnosti pomocou počítačovej siete |
| 6.4 | DICOM obrazový interface (DICOM Store, Query/Retrieve) | spĺňa | spĺňa | 6.4 | DICOM obrazový interface (DICOM Store, Query/Retrieve) |
| 6.5 | DICOM RIS interface (DICOM WLM, MPPS, DICOM structured dose report) | spĺňa | spĺňa | 6.5 | DICOM RIS interface (DICOM WLM, MPPS, DICOM structured dose report) |
| 6.6 | Rozhranie pre pripojenie UZ prístroja | spĺňa | spĺňa | 6.6 | Rozhranie pre pripojenie UZ prístroja |
| 6.7 | Možnosť uloženia vyšetrenia na DVD | spĺňa | spĺňa | 6.7 | Možnosť uloženia vyšetrenia na DVD |
| 7. Monitor vo vyšetrovni | | xxx | | 7. Monitor vo vyšetrovni | |
| 7.1 | Medicínsky LCD HD farebný monitor s uhlopriečkou min. 57" s natívnym formátom min. 3840 x 2160 (8 Mpix), typická svietivosť min. 400 cd/m2, kontrast min. 1:1400 s možnosťou: zobrazenia min. 18 kanálov (video vstupov) na monitor | nespĺňa / 55" | nespĺňa / Medicínsky LCD HD farebný monitor s uhlopriečkou min. 57" s natívnym formátom min. 3840 x 2160 (8 Mpix), typická svietivosť min. 400 cd/m2, kontrast minimálne 1:1400 s možnosťou: zobrazenia min. 16 kanálov (video vstupov) na monitor. | 7.1 | NOVÁ HODNOTA Medicínsky LCD HD farebný monitor s uhlopriečkou min. 57" s natívnym formátom min. 3840 x 2160 (8 Mpix), typická svietivosť min. 400 cd/m2, kontrast min. 1:1400 s možnosťou: zobrazenia min. 16 kanálov (video vstupov) na monitor |
| 8. Monitor v ovládacej miestnosti | | xxx | | 8. Monitor v ovládacej miestnosti | |
| 8.1 | Min. 1 x 27" monitor s možnosťou variabilného rozdelenia obrazovej plochy, tak aby sa dal sledovať aktuálny skiaskopický obraz, roadmap ako aj vykonávať 3D, VRT rekonštrukcie ev 2 x LCD monitory s rozmerom minimálne 19" | spĺňa / 2x19" | spĺňa / áno, 2x LCD monitor s rozmerom 19" | 8.1 | PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA |
| 9. Ovládanie systému | | xxx | | 9. Ovládanie systému | |
| 9.1 | Ovládanie všetkých funkcií pohybu C-ramena a stola z testovacieho stola. Ovládaci panel sa musí dať ľahko umiestniť na obe strany vyšetrovacieho stola (buď na pravú alebo ľavú stranu pacienta, v závislosti od operátora) | spĺňa | spĺňa | 9.1 | Ovládanie všetkých funkcií pohybu C-ramena a stola z testovacieho stola. Ovládaci panel sa musí dať ľahko umiestniť na obe strany vyšetrovacieho stola (buď na pravú alebo ľavú stranu pacienta, v závislosti od operátora) |
| 9.2 | Ovládanie všetkých funkcií pohybu C-ramene z panelov na troch stranách detektora. | spĺňa | spĺňa | 9.2 | Ovládanie všetkých funkcií pohybu C-ramene z panelov na troch stranách detektora. |
| 9.3 | Dotyková obrazovka umiestnená na diagnostickom stole (môže byť umiestnená vpravo alebo vľavo v závislosti od polohy operátora) na ovládanie funkcií systému, zobrazenie funkcií systému a funkcií vybraných prídavných zariadení | spĺňa | spĺňa | 9.3 | Dotyková obrazovka umiestnená na diagnostickom stole (môže byť umiestnená vpravo alebo vľavo v závislosti od polohy operátora) na ovládanie funkcií systému, zobrazenie funkcií systému a funkcií vybraných prídavných zariadení |
| 9.4 | Bezdrôtový nožný spínač vo vyšetrovni pre ovládanie expozície, skiaskopie fluoroskopie | spĺňa | spĺňa | 9.4 | Bezdrôtový nožný spínač vo vyšetrovni pre ovládanie expozície, skiaskopie fluoroskopie |
| 9.5 | Integrácia angiografických aplikácií a aplikácií z externých zdrojov do angiografu (hemodynamický systém, externý prenosný počítač, postprocesorová stanica...) s monitorom min. 55 palcov vo vyšetrovni umožňujúce: Možnosť robiť analýzu a meranie, kalibráciu, výber scény a kopírovanie obrazu na referenčný monitor počas skiaskopie a fluoroskopie Možnosť nastavenia parametrov obrazu minimálne však kontrast, jas, ostrenie okrajov (zvýraznenie hrán) na ovládaci v ovládacej miestnosti o živým náhľadom týchto zmien na veľkom displeji | spĺňa | spĺňa | 9.5 | Integrácia angiografických aplikácií a aplikácií z externých zdrojov do angiografu (hemodynamický systém, externý prenosný počítač, postprocesorová stanica...) s monitorom min. 55 palcov vo vyšetrovni umožňujúce: Možnosť robiť analýzu a meranie, kalibráciu, výber scény a kopírovanie obrazu na referenčný monitor počas skiaskopie a fluoroskopie Možnosť nastavenia parametrov obrazu minimálne však kontrast, jas, ostrenie okrajov (zvýraznenie hrán) na ovládaci v ovládacej miestnosti o živým náhľadom týchto zmien na veľkom displeji |
| 10. Pracovné módy obrazového systému | | xxx | | 10. Pracovné módy obrazového systému | |
| 10.1 | Rozsah digitálnej obrazovej akvizície pre maticu 1024 x 1024 min. 4 – 30 obr./sec | spĺňa / 0,5 až 30 obr/s | spĺňa | 10.1 | PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA |
| 10.2 | Rozsah pulzov pri pulznej fluoroskopii min. 4 – 30 obr./sec | spĺňa / 0,5 až 30 obr/s | spĺňa | 10.2 | PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA |
| 10.3 | Uloženie min. posledných 10 sekúnd | spĺňa | spĺňa | 10.3 | Uloženie min. posledných 10 sekúnd |
| 11. Intervenčné nástroje | | xxx | | 11. Intervenčné nástroje | |
| 11.1 | Zobrazenie všetkých intervenčných nástrojov (SW) na medicínskom monitore v ovládacej miestnosti ako napr. minimálne: zobrazenie obrazov s 3D postprocesingovej pracovnej stanice, meranie a grafické vyhodnotenie stenóz, meranie a vyhodnotenie EF LK, znázornenie obrazu z externých video zdrojov ako napr. PACS, hemodynamický systém, ultrazvukový prístroj, OCT, ... | spĺňa | spĺňa | 11.1 | Zobrazenie všetkých intervenčných nástrojov (SW) na medicínskom monitore v ovládacej miestnosti ako napr. minimálne: zobrazenie obrazov s 3D postprocesingovej pracovnej stanice, meranie a grafické vyhodnotenie stenóz, meranie a vyhodnotenie EF LK, znázornenie obrazu z externých video zdrojov ako napr. PACS, hemodynamický systém, ultrazvukový prístroj, OCT, ... |
| 11.2 | Paralelné zobrazenie všetkých intervenčných nástrojov (SW) na veľkom monitore vo vyšetrovni ako napr. minimálne: zobrazenie obrazov s 3D postprocesingovej pracovnej stanice, meranie a grafické vyhodnotenie stenóz, meranie a vyhodnotenie EF LK, znázornenie obrazu z externých video zdrojov ako napr. PACS, hemodynamický systém, ultrazvukový prístroj, ... | spĺňa | spĺňa | 11.2 | Paralelné zobrazenie všetkých intervenčných nástrojov (SW) na veľkom monitore vo vyšetrovni ako napr. minimálne: zobrazenie obrazov s 3D postprocesingovej pracovnej stanice, meranie a grafické vyhodnotenie stenóz, meranie a vyhodnotenie EF LK, znázornenie obrazu z externých video zdrojov ako napr. PACS, hemodynamický systém, ultrazvukový prístroj, ... |
| 11.3 | Automatické nastavenie pozície C-ramena do optimálnej polohy podľa 3D projekcie, nasledovanie 3D obrazu v závislosti na zmene sklonu C-ramena | spĺňa | spĺňa | 11.3 | Automatické nastavenie pozície C-ramena do optimálnej polohy podľa 3D projekcie, nasledovanie 3D obrazu v závislosti na zmene sklonu C-ramena |
| 11.4 | Cone beam CT pre vizualizáciu srdcových tkanív, SW a HW vybavenie rozširujúce možnosti angiografického systému o generovanie obrazov podobné ako pri CT – 3D volumetrické zobrazenie, zobrazenie v rezoch s možnosťou nastavenia hrúbky rezov | spĺňa | spĺňa | 11.4 | Cone beam CT pre vizualizáciu srdcových tkanív, SW a HW vybavenie rozširujúce možnosti angiografického systému o generovanie obrazov podobné ako pri CT – 3D volumetrické zobrazenie, zobrazenie v rezoch s možnosťou nastavenia hrúbky rezov |
| 11.5 | Roadmapping pomocou kombinácie živej fluoroskopie a predom získaných 3D MR/CT dát, pričom obraz musí sledovať pohyby C-ramena | spĺňa | spĺňa | 11.5 | Roadmapping pomocou kombinácie živej fluoroskopie a predom získaných 3D MR/CT dát, pričom obraz musí sledovať pohyby C-ramena |
| 11.6 | SW algoritmy pre excelentnú vizualizáciu ciev v zložitých projekciách (harmonizácia obrazu, zvýšenie ostroti, kontrastu a rozlíšenia...) | spĺňa | spĺňa | 11.6 | SW algoritmy pre excelentnú vizualizáciu ciev v zložitých projekciách (harmonizácia obrazu, zvýšenie ostroti, kontrastu a rozlíšenia...) |
| 11.7 | Vysokokontrastné a nízkokontrastné znázornenie obrazov v 3D v natívnom | spĺňa | spĺňa | 11.7 | Vysokokontrastné a nízkokontrastné znázornenie obrazov v 3D v natívnom |
| 11.8 | Plánovanie o podpora zavádzania ihly do určeného objektu pomocou 3D/3D alebo 2D/3D fúzovalných obrazov z angiografického zariadenia a živého skiaskopického obrazu alebo fúzovalných obrazov z nezávislých obrazových zdrojov ako CT, MR, PET, PET/CT so živým skiaskopickým obrazom. Pri zavádzaní ihly sa využíva podpora laserového križa v kryte detektorov. | spĺňa | nespĺňa / Plánovanie a podpora zavádzania ihly do určeného objektu pomocou 2D/3D alebo 2D/3D fúzovalných obrazov z angiografického zariadenia a živého skiaskopického obrazu alebo fúzovalných obrazov z nezávislých obrazových zdrojov ako CT, MR, PET, PET/CT so živým skiaskopickým obrazom. Bez laserového križa v kryte detektorov. | 11.8 | NOVÁ HODNOTA Plánovanie o podpora zavádzania ihly do určeného objektu pomocou 3D/3D alebo 2D/3D fúzovalných obrazov z angiografického zariadenia a živého skiaskopického obrazu alebo fúzovalných obrazov z nezávislých obrazových zdrojov ako CT, MR, PET, PET/CT so živým skiaskopickým obrazom. Bez laserového križa v kryte detektorov. |
| 11.9 | SW pre fúziu fluoroskopických 2D/3D obrazov s obrazmi z nezávislých zdrojov ako MR, CT, PET/CT, PET, kedy volumetrické snímky sú následne automaticky spojené s 3D – RA rekonštrukciou | spĺňa | spĺňa | 11.9 | SW pre fúziu fluoroskopických 2D/3D obrazov s obrazmi z nezávislých zdrojov ako MR, CT, PET/CT, PET, kedy volumetrické snímky sú následne automaticky spojené s 3D – RA rekonštrukciou |
| 11.10 | SW na spracovanie obrazov aj z iných modalít s minimálnymi funkciami: MPR (multiplanárna rekonštrukcia), SSD (zobrazenia s vytlieňovaným povrchom), MIP (projekcie maximálnej intenzity) alebo MinIP (projekcie min. intenzity) | spĺňa | spĺňa | 11.10 | SW na spracovanie obrazov aj z iných modalít s minimálnymi funkciami: MPR (multiplanárna rekonštrukcia), SSD (zobrazenia s vytlieňovaným povrchom), MIP (projekcie maximálnej intenzity) alebo MinIP (projekcie min. intenzity) |
| 11.11 | Integrovaná pracovná stanica do angiografického systému alebo samostatná pracovná stanica s: | spĺňa / samostatná | spĺňa / samostatná pracovná stanica | 11.11 | PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA |
| 11.11.1 | min. dva 19" LCD farebné monitory alebo jeden min. 27" LCD farebný monitor, | spĺňa / 2x19" | spĺňa / áno, dva 19" LCD farebné monitory | 11.11.1 | PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA |
| 11.11.2 | interná RAM v prípade samostatnej pracovnej stanici min. 32GB, | spĺňa / 32GB | spĺňa | 11.11.2 | PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA |
| 11.11.3 | HDD v prípade samostatnej pracovnej stanici min. 512 GB | spĺňa / 512 GB | spĺňa | 11.11.3 | PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA |
| 11.11.4 | myš + klávesnica + laserová tlačiareň | spĺňa | spĺňa | 11.11.4 | myš + klávesnica + laserová tlačiareň |
| 11.11.5 | UPS v prípade samostatnej pracovnej stanici | spĺňa | spĺňa | 11.11.5 | UPS v prípade samostatnej pracovnej stanici |
| 11.12 | SW vybavenie umožňujúce „živú“ navigáciu vykonávať napr. katérovú abláciu; SW musí umožňovať online prepojenie 3D anatomickej mapy srdca (časť srdca) z predtým získaných a importovaných CT dát srdca a živého RTG snímku, ako aj z 3D snímok generovaných na angiografickom prístroji a živého röntgenového obrazu. možnosť označenia ablačných bodov počas procedúry. | spĺňa / syngo EP Engine | spĺňa | 11.12 | PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA |
| 11.13 | Export obrazových dát v štandardných PC formátoch (JPEG, AVI...) ako aj DICOM. | spĺňa | spĺňa | 11.13 | Export obrazových dát v štandardných PC formátoch (JPEG, AVI...) ako aj DICOM. |
| 12. Príslušenstvo: | | xxx | | 12. Príslušenstvo: | |
| 12.1 | Štít z olovnateho skla zo stropným závesom | spĺňa | spĺňa | 12.1 | Štít z olovnateho skla zo stropným závesom |
| 12.2 | Clony z olovinatej gumy s uchytением k stolu | spĺňa | spĺňa | 12.2 | Clony z olovinatej gumy s uchytением k stolu |
| 12.3 | Operačné svetidlo na stropnom závese s intenzitou svetla min. 30.000 lux | spĺňa | spĺňa | 12.3 | Operačné svetidlo na stropnom závese s intenzitou svetla min. 30.000 lux |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------|---|--|
| 12.4 | Podložky pod hlavu, a ruky pacienta | spĺňa | spĺňa | 12.4 | Podložky pod hlavu, a ruky pacienta |
| 12.5 | Dorozumievacie zariadenie pre komunikáciu medzi ovládacou miestnosťou a vyšetrovňou | spĺňa | spĺňa | 12.5 | Dorozumievacie zariadenie pre komunikáciu medzi ovládacou miestnosťou a vyšetrovňou |
| 12.6 | Záložný zdroj energie: Na zabezpečenie podpory pohybu rúk a stola a prenosu obrazových údajov | spĺňa | spĺňa | 12.6 | Záložný zdroj energie: Na zabezpečenie podpory pohybu rúk a stola a prenosu obrazových údajov |
| 13. Služby súvisiace s dodaním angiografického systému s príslušenstvom pre arytmologickú implantačnú sálu | | xxx | | 13. Služby súvisiace s dodaním angiografického systému s príslušenstvom pre arytmologickú implantačnú sálu | |
| 13.1 | Demontáž a likvidácia pôvodného angiografu | spĺňa | spĺňa | 13.1 | Demontáž a likvidácia pôvodného angiografu |
| 13.2 | Dodanie predmetu zákazky t.j. zabezpečenie dopravy do miesta plnenia, jeho vyloženie v mieste plnenia, vybalenie a likvidácia obalov | spĺňa | spĺňa | 13.2 | Dodanie predmetu zákazky t.j. zabezpečenie dopravy do miesta plnenia, jeho vyloženie v mieste plnenia, vybalenie a likvidácia obalov |
| 13.3 | Kompletizácia, inštalácia a uvedenie do prevádzky vrátane potrebných stavebných prác | spĺňa | spĺňa | 13.3 | Kompletizácia, inštalácia a uvedenie do prevádzky vrátane potrebných stavebných prác |
| 13.4 | Odkúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného predmetu zákazky, vykonanie prvej úradnej skúšky (preberacej skúšky) a vykonanie skúšky dlhodobej stability | spĺňa | spĺňa | 13.4 | Odkúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného predmetu zákazky, vykonanie prvej úradnej skúšky (preberacej skúšky) a vykonanie skúšky dlhodobej stability |
| 13.5 | Odvodzenie dokumentácie potrebnej pre riadne a bezchybné použitie predmetu zákazky na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: technologický projekt, návod na obsluhu, kompletná užívateľská dokumentácia, technická servisná dokumentácia, certifikáty, skúšobné protokoly. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre riadne a včasné splnenie dodávky prístroja v súlade s technologickým projektom a s tým súvisiacej dĺžky a zložitosti stavebných úprav priestorov, najmä: a) statický posudok transportnej trasy, b) statický posudok miesta inštalácie zariadenia, c) statický posudok ukotvenia stropných statívov, d) projekt radiačnej ochrany, e) príprava transportnej trasy, f) statické podopretie transportnej plošiny, g) ukotvenie platne stropného statívu v zmysle statického posudku o strop, h) realizáciu/dodávku technologického rozvádzača angiografu, i) iné potrebné dokumenty týkajúce sa technických požiadaviek v prípade osobitnej požiadavky. | spĺňa | spĺňa | 13.5 | Odvodzenie dokumentácie potrebnej pre riadne a bezchybné použitie predmetu zákazky na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: technologický projekt, návod na obsluhu, kompletná užívateľská dokumentácia, technická servisná dokumentácia, certifikáty, skúšobné protokoly. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre riadne a včasné splnenie dodávky prístroja v súlade s technologickým projektom a s tým súvisiacej dĺžky a zložitosti stavebných úprav priestorov, najmä: a) statický posudok transportnej trasy, b) statický posudok miesta inštalácie zariadenia, c) statický posudok ukotvenia stropných statívov, d) projekt radiačnej ochrany, e) príprava transportnej trasy, f) statické podopretie transportnej plošiny, g) ukotvenie platne stropného statívu v zmysle statického posudku o strop, h) realizáciu/dodávku technologického rozvádzača angiografu, i) iné potrebné dokumenty týkajúce sa technických požiadaviek v prípade osobitnej požiadavky. |
| 13.6 | Zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa do 21 dní odo dňa doručenia výzvy verejného obstarávateľa v rozsahu potrebnom na samostatné užívateľské ovládanie prístroja, minimálne 5 pracovných dní a zároveň ďalšie aplikačné školenie po 3 mesiacoch odo dňa uvedenia predmetu zákazky do prevádzky v rozsahu 3 pracovných dní a zároveň ďalšie aplikačné školenie po 12 mesiacoch odo dňa uvedenia predmetu zákazky do prevádzky. Všetky školenia musia byť realizované v slovenskom jazyku, resp. v prípade zahraničného školiteľa musí byť prítomný tlmočník. | spĺňa | spĺňa | 13.6 | Zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa do 21 dní odo dňa doručenia výzvy verejného obstarávateľa v rozsahu potrebnom na samostatné užívateľské ovládanie prístroja, minimálne 5 pracovných dní a zároveň ďalšie aplikačné školenie po 3 mesiacoch odo dňa uvedenia predmetu zákazky do prevádzky v rozsahu 3 pracovných dní a zároveň ďalšie aplikačné školenie po 12 mesiacoch odo dňa uvedenia predmetu zákazky do prevádzky. Všetky školenia musia byť realizované v slovenskom jazyku, resp. v prípade zahraničného školiteľa musí byť prítomný tlmočník. |
| 13.7 | Záruka na 5 rokov odo dňa uvedenia do prevádzky | spĺňa / potrebné stavebné úpravy | spĺňa | 13.7 | PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA |

5. MINIMÁLNE OSOBNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

| Požaduje sa: (Pôvodné zmluvné požiadavky poskytnuté potenciálnym dodávateľom v rámci PTK) | Siemens Healthcare s. r. o. Lamačská cesta 3/B Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04 | MEDITRADE spol. s r. o. Levočská 1/2101 Bratislava 851 01 | DEFINITÍVNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY |
|---|--|---|---|
| 1. Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy. | akceptujem | akceptujem | 1. Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy. |
| 2. Požaduje sa dodanie prístroja: | akceptujem | akceptujem | 2. Požaduje sa dodanie prístroja: |
| 2.1. do 30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy, | neakceptujem / 95 | neakceptujem / do 80 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy | 2.1. NOVÁ HODNOTA: do 95 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy. |
| 2.2. v pracovných dňoch, | akceptujem | akceptujem | 2.2. v pracovných dňoch, |
| 2.3. v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod. | akceptujem | akceptujem | 2.3. v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod. |
| 2.4. v sídle Objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko Objednávateľa a zodpovedná osoba Objednávateľa budú Dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu. | akceptujem | akceptujem | 2.4. v sídle Objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko Objednávateľa a zodpovedná osoba Objednávateľa budú Dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu. |
| 2.5. po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení Objednávateľa minimálne 5 pracovných dní vopred tak, aby Objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní. | akceptujem | akceptujem | 2.5. po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení Objednávateľa minimálne 5 pracovných dní vopred tak, aby Objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní. |
| 2.6. s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠÚKL (ak je to relevantné). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v preberacom protokole, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t. j. krajina kde bol tovar vyrobený). | akceptujem | akceptujem | 2.6. s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠÚKL (ak je to relevantné). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v preberacom protokole, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t. j. krajina kde bol tovar vyrobený). |
| 3. Inštalácia nového, nepoužívaného a nerepasovaného prístroja podľa technologického projektu úspešného uchádzača zahŕňa demontáž a likvidáciu pôvodného angiografu, všetky potrebné stavebné úpravy súvisiace s inštaláciou a montážou nového prístroja a jeho riadne uvedenie do prevádzky, pričom druhý prístroj Objednávateľa musí zostať v plnej prevádzke a celková dĺžka realizácie inštalácie a uvedenia do prevádzky nového prístroja sa požaduje do 30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy. *AK Dodávateľ neakceptuje uvedenú lehotu uvedie ním navrhovanú dĺžku lehoty. | neakceptujem / 95 | akceptujem | 3. NOVÁ HODNOTA: Inštalácia nového, nepoužívaného a nerepasovaného prístroja podľa technologického projektu úspešného uchádzača zahŕňa demontáž a likvidáciu pôvodného angiografu, všetky potrebné stavebné úpravy súvisiace s inštaláciou a montážou nového prístroja a jeho riadne uvedenie do prevádzky, pričom druhý prístroj Objednávateľa musí zostať v plnej prevádzke a celková dĺžka realizácie inštalácie a uvedenia do prevádzky nového prístroja sa požaduje do 95 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy. |
| 3.1. Požaduje sa vykonanie skúšky prístroja - elektrická revízia, odborná skúška RTG prístroja v súlade s platnou legislatívou (preberacia skúška), skúška dlhodobej stability. Po úspešnom vykonaní všetkých požadovaných skúšok a odovzdaní skúšobných protokolov Objednávateľovi dôjde k prevzatíu prístroja oprávneným zástupcom Objednávateľa. | akceptujem | akceptujem | 3.1. Požaduje sa vykonanie skúšky prístroja - elektrická revízia, odborná skúška RTG prístroja v súlade s platnou legislatívou (preberacia skúška), skúška dlhodobej stability. Po úspešnom vykonaní všetkých požadovaných skúšok a odovzdaní skúšobných protokolov Objednávateľovi dôjde k prevzatíu prístroja oprávneným zástupcom Objednávateľa. |
| 4. Prevzatie dodaného prístroja je Objednávateľ povinný Dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedná kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva Objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady Objednávateľa pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve Dodávateľa až do doby, kým Dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni Objednávateľovi prístroj riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k prístroju až po zaplatení celej kúpnej ceny za prístroj dohodnutú v Zmluve. | akceptujem | akceptujem | 4. Prevzatie dodaného prístroja je Objednávateľ povinný Dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedná kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva Objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady Objednávateľa pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve Dodávateľa až do doby, kým Dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni Objednávateľovi prístroj riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k prístroju až po zaplatení celej kúpnej ceny za prístroj dohodnutú v Zmluve. |
| 5. Súčasťou záväzku Dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie prístroja na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie prístroja v slovenskom alebo českom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalácia protokol, protokol o zaškolení zamestnancov Objednávateľa s obsluhou prístroja. | akceptujem | akceptujem | 5. Súčasťou záväzku Dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie prístroja na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie prístroja v slovenskom alebo českom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalácia protokol, protokol o zaškolení zamestnancov Objednávateľa s obsluhou prístroja. |
| 6. Súčasťou dodania prístroja a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť Dodávateľa odovzdať Objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk Dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko Dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia Zmluvy. | akceptujem | akceptujem | 6. Súčasťou dodania prístroja a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť Dodávateľa odovzdať Objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk Dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko Dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia Zmluvy. |
| 7. Dodávateľ poskytuje na prístroj a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní 60 mesiacov odo dňa, kedy je prístroj uvedený do prevádzky. Uvedenie prístroja do prevádzky a začiatok plnutia záručnej doby sa potvrdí na preberacom protokole, ktorý podpíše obe zmluvné strany, t. j. Dodávateľ a Objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemožno byť prístroj využívaný na účel, na ktorý je určený, a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka. | akceptujem | akceptujem | 7. Dodávateľ poskytuje na prístroj a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní 60 mesiacov odo dňa, kedy je prístroj uvedený do prevádzky. Uvedenie prístroja do prevádzky a začiatok plnutia záručnej doby sa potvrdí na preberacom protokole, ktorý podpíše obe zmluvné strany, t. j. Dodávateľ a Objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemožno byť prístroj využívaný na účel, na ktorý je určený, a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka. |
| 8. Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za prístroj vykonávať Dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na prístroj za účelom jeho bezporuchovej prevádzky a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii prístroja. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby, vyžiadať od Dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne: | akceptujem | akceptujem | 8. Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za prístroj vykonávať Dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na prístroj za účelom jeho bezporuchovej prevádzky a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii prístroja. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby, vyžiadať od Dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne: |
| 8.1. oprava väd a porúch prístroja, t. j. uvedenie prístroja do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom, | akceptujem | akceptujem | 8.1. oprava väd a porúch prístroja, t. j. uvedenie prístroja do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom, |
| 8.2. dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná Dodávateľom. | akceptujem / Počas trvania komplexnej záručnej doby | akceptujem | 8.2. PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA |
| 8.3. vykonanie štandardných vylepšení prístroja odporúčaných a predpísaných výrobcou prístroja podľa rozhodnutia Dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t. j. servisný update softwarového vybavenia prístroja, zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti Objednávateľa, | akceptujem | akceptujem | 8.3. vykonanie štandardných vylepšení prístroja odporúčaných a predpísaných výrobcou prístroja podľa rozhodnutia Dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t. j. servisný update softwarového vybavenia prístroja, zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti Objednávateľa, |
| 8.4. dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu a náhradných dielov, | akceptujem / Likvidácia spotrebného materiálu použitého len pri servise a nie pri bežnej prevádzke. | akceptujem | 8.4. PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA |
| 8.5. vykonanie validácií a kalibrácií prístroja (resp. jeho relevantných častí) s periodicitou podľa odporúčania výrobcu prístroja, minimálne však jedenkrát ročne, | akceptujem | akceptujem | 8.5. vykonanie validácií a kalibrácií prístroja (resp. jeho relevantných častí) s periodicitou podľa odporúčania výrobcu prístroja, minimálne však jedenkrát ročne, |
| 8.6. vykonanie pravidelných technických kontrol a prehľadov vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, minimálne však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je Dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky. | akceptujem | akceptujem | 8.6. vykonanie pravidelných technických kontrol a prehľadov vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, minimálne však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je Dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky. |

| | | | | | |
|-------|--|---|------------|-------|--|
| 8.7. | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami, | akceptujem / Okrem skúšok dlhodobej stability (povinnosť prevádzkovateľa) | akceptujem | 8.7. | PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA |
| 8.8. | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov Dodávateľa do miesta inštalácie prístroja v rámci zabezpečenia záručného servisu. | akceptujem | akceptujem | 8.8. | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov Dodávateľa do miesta inštalácie prístroja v rámci zabezpečenia záručného servisu. |
| 8.9. | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu prístroja, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy, | akceptujem | akceptujem | 8.9. | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu prístroja, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy, |
| 8.10. | technická telefonická podpora v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní prístroja prostredníctvom klientskeho pracoviska Dodávateľa 24 hodín denne a 7 dní v týždni, pričom Dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku klientskeho pracoviska. | akceptujem | akceptujem | 8.10. | technická telefonická podpora v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní prístroja prostredníctvom klientskeho pracoviska Dodávateľa 24 hodín denne a 7 dní v týždni, pričom Dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku klientskeho pracoviska. |
| 9. | Servisný technik Dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie prístroja do 24 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod., resp. do 15:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa. | akceptujem | akceptujem | 9. | Servisný technik Dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie prístroja do 24 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod., resp. do 15:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa. |
| 9.1. | V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje prítomnosť servisného technika Dodávateľa do miesta inštalácie prístroja, je Dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu a diagnostiky v lehote najneskôr do 4 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod., resp. do 15:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa. | akceptujem | akceptujem | 9.1. | V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje prítomnosť servisného technika Dodávateľa do miesta inštalácie prístroja, je Dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu a diagnostiky v lehote najneskôr do 4 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod., resp. do 15:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa. |
| 10. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu: | akceptujem | akceptujem | 10. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu: |
| 10.1. | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do 48 hodín, | akceptujem | akceptujem | 10.1. | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do 48 hodín, |
| 10.2. | oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do 72 hodín, okrem prípadu, ak sa Objednávateľ s Dodávateľom nedohodnú inak alebo ak na výkon opravy je potrebný náhradný diel, súčiastka alebo iná vec, ktorej obstaranie alebo vykonanie trvá viac ako 72 hod. | akceptujem | akceptujem | 10.2. | oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do 72 hodín, okrem prípadu, ak sa Objednávateľ s Dodávateľom nedohodnú inak alebo ak na výkon opravy je potrebný náhradný diel, súčiastka alebo iná vec, ktorej obstaranie alebo vykonanie trvá viac ako 72 hod. |
| 11. | Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť prístroj do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má Objednávateľ právo požadovať od Dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške: | akceptujem | akceptujem | 11. | Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť prístroj do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má Objednávateľ právo požadovať od Dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške: |
| 11.1. | nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 50,- € (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa. | akceptujem | akceptujem | 11.1. | nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 50,- € (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa. |
| 11.2. | nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 50,- € (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa. | akceptujem | akceptujem | 11.2. | nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 50,- € (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa. |
| 12. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na prístroji počas záručnej doby, nahlásiť Dodávateľovi online prostredníctvom klientskeho pracoviska Dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je e-mailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia e-mailovej správy Dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo e-mailového potvrdenia Objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady. | akceptujem | akceptujem | 12. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na prístroji počas záručnej doby, nahlásiť Dodávateľovi online prostredníctvom klientskeho pracoviska Dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je e-mailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia e-mailovej správy Dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo e-mailového potvrdenia Objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady. |
| 13. | V prípade použitia e-mailovej správy kvôli nedostupnosti telefónnej linky, ktorú tvrdí Objednávateľ, je Dodávateľ povinný preukázať, že telefónna linka bola dostupná, pokiaľ nebude súhlasiť s tvrdením Objednávateľa o nedostupnosti tejto linky. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nedostupnosť telefónnej linky v prípade, ak dôjde k výpadku poskytovaných telekomunikačných služieb a Dodávateľ túto skutočnosť preukáže Objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podpore nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu prístroja tiež zaslaním e-mailovej správy na vyššie uvedenú e-mailovú adresu Dodávateľa. | akceptujem / Len na základe spätného potvrďujúcej e-mailovej správy o jej doručení. | akceptujem | 13. | PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA |
| 14. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby prístroja budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám Objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností. | akceptujem | akceptujem | 14. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby prístroja budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám Objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností. |
| 15. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronickej na e-mailovú adresu: podatelna@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dižnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa. | akceptujem | akceptujem | 15. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronickej na e-mailovú adresu: podatelna@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dižnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa. |
| 16. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. V prípade úhrady faktúry za dodanie prístroja Objednávateľom do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi sa Dodávateľ zaväzuje vystaviť dobropis vo výške ... % z faktúrovanej sumy. *V prípade, ak sa predávajúci rozhodne kupujúcemu poskytnúť zľavu za tzv. predčasnú úhradu (t.j. úhradu pred uplynutím lehoty splatnosti), uvedie výšku %, v akej bude zľava z faktúrovanej sumy poskytnutá. Ak takúto zľavu predávajúci nechce poskytnúť, uvedie 0%. | akceptujem | akceptujem | 16. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. V prípade úhrady faktúry za dodanie prístroja Objednávateľom do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi sa Dodávateľ zaväzuje vystaviť dobropis vo výške ... % z faktúrovanej sumy. *V prípade, ak sa predávajúci rozhodne kupujúcemu poskytnúť zľavu za tzv. predčasnú úhradu (t.j. úhradu pred uplynutím lehoty splatnosti), uvedie výšku %, v akej bude zľava z faktúrovanej sumy poskytnutá. Ak takúto zľavu predávajúci nechce poskytnúť, uvedie 0%. |
| 17. | Kúpna cena prístroja zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t. j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu Dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, demontáž a likvidáciu pôvodného angiografu, všetky potrebné stavebné úpravy, ako aj všetky ostatné náklady Dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného prístroja a/alebo poskytnutím služieb Objednávateľovi, uvedením prístroja do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k prístroju na Objednávateľa. | akceptujem | akceptujem | 17. | Kúpna cena prístroja zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t. j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu Dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, demontáž a likvidáciu pôvodného angiografu, všetky potrebné stavebné úpravy, ako aj všetky ostatné náklady Dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného prístroja a/alebo poskytnutím služieb Objednávateľovi, uvedením prístroja do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k prístroju na Objednávateľa. |
| 18. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. | akceptujem | akceptujem | 18. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. |
| 19. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbažené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nepĺnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto nepĺnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane. | akceptujem | akceptujem | 19. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbažené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nepĺnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto nepĺnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane. |
| 20. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa. | akceptujem | akceptujem | 20. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa. |
| 21. | Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činnosti vyplývajúcej z uzatvorenej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvy. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti. | akceptujem | akceptujem | 21. | Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činnosti vyplývajúcej z uzatvorenej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvy. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti. |
| 22. | Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení Zmluvy oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe Objednávateľa. | akceptujem | akceptujem | 22. | Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení Zmluvy oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe Objednávateľa. |
| 23. | V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na internetovej stránke: www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/ | akceptujem | akceptujem | 23. | V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na internetovej stránke: www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/ |

6. MINIMÁLNE OSOBNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY

| Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: (pôvodné minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady poskytnuté potenciálnym dodávateľom v rámci PTK) | Siemens Healthcare s. r. o. Lamačská cesta 3/B Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04 | MEDITRADE spol. s r. o. Levočská 1/2101 Bratislava 851 01 | DEFINITÍVNE OSOBNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY / VZORKY |
|---|--|--|---|
| | Uchádzač uviedol informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu) | Uchádzač uviedol informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu) | Požaduje sa: |

| | | | | | |
|-----|---|------------|------------|-----|---|
| 1. | Výstupný dokument posudzovania zhody (EU vyhlásenie o zhode, označenie CE, značka zhody, certifikát, rozhodnutie, protokol, správa, stanovisko, záznam alebo iný dokument vydaný autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou, ktorý osvedčuje splnenie základných požiadaviek určeného výrobku postupom posudzovania zhody) podľa zák. č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o zhode") v prípade, ak tak ustanovuje technický predpis z oblasti posudzovania zhody v zmysle zákona o zhode. Uchádzač predloženým dokumentom preukáže, že všetky ponúkané produkty spĺňajú požiadavky, ktoré sa na nich vzťahujú podľa zákona o zhode a technického predpisu z oblasti posudzovania zhody, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom, a že určené výrobky sú správne označené. | akceptujem | akceptujem | 1. | Výstupný dokument posudzovania zhody (EU vyhlásenie o zhode, označenie CE, značka zhody, certifikát, rozhodnutie, protokol, správa, stanovisko, záznam alebo iný dokument vydaný autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou, ktorý osvedčuje splnenie základných požiadaviek určeného výrobku postupom posudzovania zhody) podľa zák. č. 58/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o zhode") v prípade, ak tak ustanovuje technický predpis z oblasti posudzovania zhody v zmysle zákona o zhode. Uchádzač predloženým dokumentom preukáže, že všetky ponúkané produkty spĺňajú požiadavky, ktoré sa na nich vzťahujú podľa zákona o zhode a technického predpisu z oblasti posudzovania zhody, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom, a že určené výrobky sú správne označené. |
| 2. | Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie | akceptujem | akceptujem | 2. | Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie |
| 3. | Potvrdenie o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaných produktov, ktorým uchádzač preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis. Ak uchádzač nemá uvedené potvrdenie, predloží neoverenú kópiu zmluvy so servisnou organizáciou, ktorá požadované potvrdenie má a zároveň potvrdenia o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaného produktu servisnej organizácie. | akceptujem | akceptujem | 3. | Potvrdenie o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaných produktov, ktorým uchádzač preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis. Ak uchádzač nemá uvedené potvrdenie, predloží neoverenú kópiu zmluvy so servisnou organizáciou, ktorá požadované potvrdenie má a zároveň potvrdenia o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaného produktu servisnej organizácie. |
| 4. | Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z. | akceptujem | akceptujem | 4. | Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z. |
| 5. | Technologický projekt návrh priestorového usporiadania | akceptujem | akceptujem | 5. | Technologický projekt návrh priestorového usporiadania |
| 6. | Odborné skúšky RTG zariadenia v súlade s legislatívou - preberacia skúška | akceptujem | akceptujem | 6. | Odborné skúšky RTG zariadenia v súlade s legislatívou - preberacia skúška |
| 7. | Odborná skúška zariadenia - elektrické revízie | akceptujem | akceptujem | 7. | Odborná skúška zariadenia - elektrické revízie |
| 8. | Skúšky dlhodobej stability v zmysle zákona č. 87/2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov | akceptujem | akceptujem | 8. | Skúšky dlhodobej stability v zmysle zákona č. 87/2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov |
| 9. | Zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy | akceptujem | akceptujem | 9. | Zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy |
| 10. | Kontaktné údaje na Klientske pracovisko uchádzača - tzv. „Hotline“, „Helpdesk“, „Call centrum ...“ pre potreby plnenia zmluvy | akceptujem | akceptujem | 10. | Kontaktné údaje na Klientske pracovisko uchádzača - tzv. „Hotline“, „Helpdesk“, „Call centrum ...“ pre potreby plnenia zmluvy |
| 11. | Prospektívny materiál (resp. iný doklad), prostredníctvom ktorého uchádzač jednoznačne preukáže, že ním ponúkaný produkt spĺňa verejným obstarávateľom požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky. (ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka). | akceptujem | akceptujem | 11. | Prospektívny materiál (resp. iný doklad), prostredníctvom ktorého uchádzač jednoznačne preukáže, že ním ponúkaný produkt spĺňa verejným obstarávateľom požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky. (ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka). |