



**Všetkým záujemcom/ uchádzačom**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje  
JUDr. Pitoňáková  
+ 42155 611 8333

Košice  
04.09.2019

**Vec: „Laminárne boxy na prípravu rádiofarmák s príslušenstvom“ - vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky**

Dňa 03.09.2019 nám bola elektronicky doručená žiadosť záujemcu o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nadlimitnej reverznej verejnej súťaže na predmet zákazky: „Laminárne boxy na prípravu rádiofarmák s príslušenstvom“ bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ č. S157 dňa 16.08.2019 pod zn. 2019/S 157-386978 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 167/2019 dňa 19.08.2019 pod zn.23067-MST.

V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vám poskytujeme nasledovné vysvetlenie a doplnenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky:

**Otázka:**

V technické špecifikácii :

**5. Zariadenie pre automatické rozplňovanie a aplikáciu dávok PET rádiofarmák na pracovisku INMM Košice**

Je na konci špecifikácie poznámka:

*\*Poznámka: Pod pojmom autonómne zariadenie má verejný obstarávateľ na mysli zariadenie, do ktorého je umiestnená materská liekovka s rádiofarmakom, a v ktorom prebieha premeranie aktivity v materskej liekovke a následne rozplňovanie rádiofarmaka z materskej liekovky do striekačiek. Aktivita v natiahnutej striekačke je premeraná v zariadení bez toho, aby bolo potrebné so striekačkou manipulovať. Nie je potrebné vyberať striekačku pri premeraní aktivity z rozplňacieho zariadenia, a nie je potrebné striekačku s aktivitou merať v externom kalibrátore dávok. V tomto prípade sú obe činnosti rozplňovanie aj meranie aktivity vykonávané v jednom tienennom zariadení.*

Dotaz:

Vyhovie tejto požiadavke zariadenie, ktoré po zadaní vstupných hodnôt aktivity v materskej liekovke pri vložení materskej liekovky do zariadenia, priebežne vyhodnocuje aktivitu v liekovke pomocou SW? Obsluha má nepretržité informáciu o aktivite v materskej liekovke. Dávka pre pacienta je naťahovaná automaticky. Aktivita v natiahnutej striekačke je premeraná v zariadení bez toho, aby bolo potrebné so striekačkou manipulovať. Nie je potrebné vyberať striekačku pri premeraní aktivity z rozplňovacieho zariadenia, a nie je potrebné striekačku s aktivitou merať v externom kalibrátore dávok.

**Odpoveď:**

Poznámka v závere špecifikácie 5. časti predmetu zákazky má doplňujúci charakter k špecifikácii, uvedenej v riadku 4: „Autonómne zariadenie\* pre automatické rozplňovanie dávok PET rádiofarmák, nezávislé na externom kalibrátore dávok“.

Verejný obstarávateľ mal pod pojmom autonómne zariadenie na mysli, tak ako bolo uvedené v danej poznámke, zariadenie, v ktorom prebieha aj premeranie aktivity v materskej liekovke, a preto verejný obstarávateľ nebude považovať zariadenie, ktoré po zadaní vstupných hodnôt aktivity v materskej liekovke pri vložení materskej liekovky do zariadenia, priebežne vyhodnocuje aktivitu v liekovke pomocou SW, za vyhovujúce.

Verejný obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, nakoľko vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti je poskytnuté v lehotách podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní a zároveň v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti nedošlo k podstatným zmenám súťažných podkladov, len k ich vysvetleniu príp. k zmenám, ktoré nemajú vplyv na cenu, resp. na iné kritérium na vyhodnotenie ponúk.

Predmetné vysvetlenie informácií, potrebných na vypracovanie ponuky pre predmet zákazky „Laminárne boxy na prípravu rádiofarmák s príslušenstvom“ zverejňujeme aj na PROFILE verejného obstarávateľa na stránke [www.uvo.gov.sk](http://www.uvo.gov.sk) ako aj na stránke: <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4620/summary>.

S pozdravom

MUDr. Viliam Čislák, MPH, MBA  
riaditeľ INMM