

Záznam o odstránení vád a nedorobkov

Predmet:	1. časť - Laminárny box pre prípravu SPECT rádiofarmák na pracovisku INMM Banská Bystrica		
	4. časť - Laminárny box na prípravu SPECT rádiofarmák na pracovisku INMM Košice		
Zmluva/objednávka č.:	Kúpna zmluva č. 452/2020, 455/2020	Zo dňa:	12.02.2020

Kupujúci:	Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny (ďalej aj ako „INMM“)
Adresa sídla:	Rastislavova 43, P. O. BOX E-23, 042 53 Košice
Predávajci:	LYNAX s.r.o.
Adresa sídla:	Půlkruhová 158/1, 160 00 Praha 6, Česká republika

Na základe Protokolov o prevzatí a odovzdaní zariadení zo dňa 12.08.2020 boli Kupujúcim vyšpecifikované nasledovné vady, ktorá nebránia užívaniu predmetu zmluvy a ktoré sa dodávateľ zaviazal odstrániť v lehote do konca kalendárneho roka 2020.

Na dokončenie zostáva / námietky / pripomienky:	<p>Odstrániteľné vady, ktoré nebránia užívaniu predmetu zmluvy: Kalibrátor dávok nemá platné metrologické overenie pre meranie aktivity nasledovných nuklidov: 111In, 90Y, 177Lu, 51Cr, 57 Co.</p> <p>Lehota a spôsob odstránenia drobných vád a nedorobkov: Lehota odstránenia vád je do konca kalendárneho roka 2020.</p>
--	---

Spôsob odstránenia nedostatkov:	<p>Kalibrátor dávok nemá platné metrologické overenie pre meranie aktivity nasledovných nuklidov: 111In, 90Y, 177Lu, 51Cr, 57 Co.</p> <p>Predávajúci zabezpečil platné metrologické overenie pre meranie aktivity nasledovných nuklidov: 111In, 90Y, 177Lu, 51Cr, 57 Co. Kalibrátor dávok spĺňa legislatívne náležitosti určeného meradla. Predávajúci uhradil všetky náklady súvisiace s predmetným procesom. Predávajúci predložil Kupujúcemu Certifikát o overení č. 06163-610-044-20 zo dňa 19.11.2020 a Certifikát o overení č. 06164-610-044-20 zo dňa 19.11.2020.</p>
--	---

Dátum:	Meno:	Podpis:
10.12.2020	MUDr. Viliam Čislák, MPH, MBA riaditeľ Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny za Kupujúceho	