



všetkým záujemcom

Váš list zn./ zo dňa:

Naša značka:  
R-4770/OVO-1366/23/Vo

v Martine, dňa:  
14.12.2023

**Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov 2**

Vážený záujemca,

na základe žiadosti záujemcu o vysvetlenie technických špecifikácii k nadlimitnej zákazke „**Ultrazvukové prístroje**“, ktorá bola uverejnená v Dodatku k úradnému vestníku EÚ zo dňa 13.11.2023 pod číslom 2023/S 218-687483 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 223/2023 zo dňa 14.11.2023 pod označením 36625-MST, Vám v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) podávame nasledovné vysvetlenie:

**Otázka č. 1:**

Bude verejný obstarávateľ akceptovať ponuku na každú z častí obstarávania na USG s dynamickým rozsahom 300 dB?

**Odpoveď č. 1:**

časť č. 1: Ultrazvukový prístroj pre potreby KAIM (spoločné operačné sály a dospávacia izba KAIM)

Verejný obstarávateľ bude akceptovať v časti č.1 ultrazvukový prístroj s dynamickým rozsahom 300 dB. Uvedený ultrazvukový prístroj spĺňa požiadavku v časti č.1 v bode 1.6 t.j. „Dynamický rozsah min. 250 dB“.

časť č. 2: Ultrazvukový prístroj pre potreby KDaD a časť č. 3: Ultrazvukový prístroj pre potreby KAIM (lôžková časť)

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať úpravu parametrov v bode 1.2 v časti č.2 a v bode 1.7 v časti č. 3.

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení týchto parametrov t.j. „Dynamický rozsah min. 320 dB“, nakoľko nižší dynamický rozsah by bol nepostačujúci napr. pri diagnostike vrodených vývojových chýb.

S pozdravom

.....  
MUDr. Ivan Kocan, PhD., MHA  
riaditeľ UNM