



všetkým záujemcom

Váš list zn./ zo dňa:

Naša značka:
R-4786/OVO-1372/23/Du

v Martine, dňa:
15.12.2023

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov 2

Vážený záujemca,

na základe žiadosti jedného zo záujemcov o vysvetlenie k zákazke „**Multifunkčný vozík so zásuvkami, 2 kolieska s aretáciou - 2 ks**“ v rámci zriadeného dynamického nákupného systému s názvom „Zdravotnícky nábytok“, uverejnenej v Dodatku k úradnému vestníku EÚ zo dňa 19.12.2022 pod číslom 2022/S 244-704413 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 268/2022 zo dňa 20.12.2022 pod označením 50614-MUT, Vám v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) podávame nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1.:

Verejný obstarávateľ požaduje v bode 2 rozmer vrchnej pracovnej dosky 600-690 x 440-490 mm, pričom v bode 4 požaduje vonkajšie rozmery stolíka bez príslušenstva (koša a poličky): dxšxv 640-750x 480-600 x 880-1080 mm Upozorňujeme verejného obstarávateľa na nesúlad v požadovaných parametroch a žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie rozmerov hĺbky pracovnej plochy v bode dva na 480-600mm.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ pre odstránenie prípadného nesúladu rozhodol, že upravuje pôvodné znenie v minimálnej technickej špecifikácii v parametri 2. nasledovne: vrchná pracovná doska z plastického materiálu alebo nerezu, minimálny rozmer 600x440 mm.

Verejný obstarávateľ upravuje opis predmetu zákazky tak, ako je uvedené vyššie, s účinnosťou odo dňa zverejnenia tohto vysvetlenia súťažných podkladov v systéme JOSEPHINE.

Z dôvodu, že dochádza k úprave minimálnej technickej špecifikácie zadefinovanej konečnými užívateľmi v Opise predmetu zákazky (Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk), uvedená úprava bude implementovaná do aktuálnej minimálnej technickej špecifikácie, ktorá bude poskytnutá všetkým známym záujemcom a zverejnená prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

V súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním Univerzitná nemocnica Martin v zmysle § 21 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 09.01.2024 do 10:00 hod. Otváranie ponúk sa uskutoční 09.01.2024 o 13:00 hod.

S pozdravom

.....
MUDr. Ivan Kocan, PhD., MHA
riaditeľ UNM

Príloha: Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky – aktualizované znenie 2

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie dvoch kusov multifunkčných vozíkov so zásuvkami, s 2 kolieskami s aretáciou, vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade, že sú vozíky dodané v demonte, tak vrátane montáže a uvedenia do prevádzky pre potreby Centra robotickej chirurgie.

Predmet zákazky musí spĺňať nasledujúce minimálne technicko-medicínske parametre:

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie

| Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota: | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
|---|--|
| 1. multifunkčný stolík, nerezová konštrukcia, nerez AISI 304 | |
| 2. vrchná pracovná doska z plastického materiálu alebo nerezu, minimálny rozmer 600x440 mm | |
| 3. nad pracovnou doskou podporná odkladacia polička | |
| 4. vonkajšie rozmery stolíka bez príslušenstva (koša a poličky): dxšxv 640-750x480-600x880-1080 mm | |
| 5. 5 zásuviek z plastického materiálu alebo z nerezu AISI 304 | |
| 6. 4 kolieska s priemerom min. 100 mm, antistatické, z toho 2 kolieska s brzdou | |
| 7. z boku vozíka odnímateľný kôš s objemom min. 13 litrov | |
| 8. dezinfikovateľný štandardnými dezinfekčnými prostriedkami používanými v zdravotníctve bez chlóru | |