



Všetci zájemci

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SVO-RVO3-2024/000504-014

Vybavuje/linka
PaedDr. Rybárik / 445 91

Miesto/dátum
Bratislava / 21.05. 2024

Vec:

Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 1

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Vám zasielame vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré verejný obstarávateľ zároveň zverejnil v Prehľade systému JOSEPHINE v rámci predmetnej zákazky:

„Plán obnovy 5_Ručný 3D skener, ID 54900“ (ďalej len „zákazka“), zadanej v rámci dynamického nákupného systému „IKT zariadenia DNS, ID 19581, vestník EÚ: 2021/S 176-456563 zo dňa 10.09.2021.

Otázka č.1

„Verejný obstarávateľ v prílohe číslo 1. s názvom Opis predmetu zákazky - Vlastný návrh plnenia vo vzťahu k položke č. 1 - ručný 3D skener požaduje okrem iného aby tento podporoval nasledovné výstupné formáty: min. OBJ, PLY, STL a WRL. Dané formáty sú si vzájomne ekvivalentné, a teda pokiaľ ponúknuté zariadenie poskytne užívateľovi čo i len jeden z nich, tak bude možné zariadenie vrátane výstupu z neho plnohodnotne užívať a využívať. Striktnou kumulatívnou požiadavkou verejného obstarávateľa na všetky vyššie uvedené formáty, verejný obstarávateľ eliminuje zariadenia, ktoré by inak uchádzač mohol ponúknuť. Jedná sa o ekvivalentné zariadenia, ktoré v ostatných parametroch prevyšujú verejným obstarávateľom požadované parametre, z užívateľského hľadiska omnoho podstatnejšie. Napríklad čo sa týka výstupného formátu, ekvivalentné zariadenia disponujú novším, modernejším a pokrokovejším výstupným formátom 3MF. Bude verejný obstarávateľ akceptovať zariadenie, ktoré bude podporovať výstupné formáty min. OBJ, PLY a STL pri zachovaní všetkých ostatných požadovaných parametrov?“

Odpoveď na otázku č. 1

Verejný obstarávateľ neakceptuje pripomienku záujemcu a trvá na znení opisu predmetu zákazky, tak ako je uvedený v súťažných podkladoch v prílohe č. 1, ktorý bol zverejnený na prehľade zákazky v JOSEPHINE dňa 07.05.2024.

Verejný obstarávateľ sa nestotožňuje s Vami uvedenou informáciou, že minimálne požadované výstupné formáty OBJ, PLY, STL a WRL sú absolútne ekvivalentné a má za to, že každý z minimálne uvedených výstupných formátov má svoje špecifiká. Podľa informácií verejného obstarávateľa väčšina relevantných výrobcov ručných 3D skenerov uvedené formáty ponúka pri svojich zariadeniach a teda verejný obstarávateľ sa nestotožňuje s Vaším tvrdením, že požadovaná špecifikácia by zužovala okruh potencionálnych dodávateľov.

Verejný obstarávateľ informuje všetkých záujemcov, že nepredlžuje lehotu na predkladanie ponúk nakoľko predložená žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky nebola doručená verejnému obstarávateľovi dostatočne vopred podľa § 48 a § 21 ods. 5 zákona a zároveň vysvetlením informácií potrebných na vypracovanie ponuky z hľadiska významu prípravy ponuky nie je podstatný.

S úctou

.....
Ing. Branislav Chlebana
generálny riaditeľ
sektie verejného obstarávania
MV SR