

Kupujúci:
Typ zákazky:
Predmet zákazky:
Dokument:

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Srdcové chlopňové protézy
Príloha č. 1 Rámcovej dohody

Predávajúci:

Biomedica Slovakia, s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava

1. Bezstehová biologická chlopňová protéza pre implantáciu do aortálnej pozície

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra)
1.	Bezstehová (sutureless), aortálna, biologická chlopňa pozostávajúca z:	áno
1.1	- tkanivového komponentu vyrobeného z bovinného perikardu a	áno
1.2	- samo-expandujúceho Nitinolového stentu	áno
1.3	- umožňujúca implantáciu do pozície bez použitia stehov s príslušenstvom (Dual Collapser, Držiak, Post-dilatačný katéter)	áno
1.4	- veľkosti: S, M, L, XL vo vymedzenom rozmedzí:	áno
1.5	S (19-21)	áno
1.6	M (21-23)	áno
1.7	L (23-25)	áno
1.8	XL (25-27)	áno

V Bratislave, dňa

.....
Mag. Karl Hirczy
konateľ