



- **všetkým záujemcom**

**Váš list číslo/zo dňa**

**Naše číslo**  
R1-9 / 363/1-06 / 2018

**Vybavuje/linka**  
Ing. Ján Mlynarčík  
02/48234088  
[jan.mlynarcik@unb.sk](mailto:jan.mlynarcik@unb.sk)

**Bratislava**  
20. 12. 2019

**Vec:** Vysvetlenie súťažných podkladov – predloženie

---

V súlade so žiadosťou záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a bodom 15. časti: „A. Pokyny na vypracovanie ponuky“ súťažných podkladov č. R1-9 / 363/1-01 / 2019 verejnej súťaže, vyhlásenej verejným obstarávateľom - Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie pod. zn. 2019/S 233-570885 z 03.12.2019 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 247/2019 zo 04.12.2019 pod zn. 34742-MST, realizovanej postupom zadávania nadlimitnej zákazky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, na predmet zákazky **Prístrojové a nástrojové vybavenie operačných sál pre neurochirurgiu.**

**„A. KOMPLEXNÝ INTEGROVANÝ NEURONAVIGAČNÝ A ZOBRAZOVACÍ SYSTÉM PRE KRANIÁLNE VÝKONY“**

pre zdravotnícke zariadenia UNB, predkladám nasledovné vysvetlenie.

S úctou

**Ing. Ján Mlynarčík, v.r.**



## VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

### Otázka č. 1:

1. Operačný mikroskop pre neurochirurgické výkony 3D,4K

Vo viacerých bodoch podkladov je uvádzaný ako prvý prístroj „Operačný mikroskop pre neurochirurgické výkony 3D,4K“, avšak v samotnej technickej špecifikácii - bod B – Opis predmetu obstarávania je pri prvom prístroji názov „Anesteziologický prístroj s príslušenstvom a so systémom vizualizácie komplexných farmakologických procesov počas anestézie“.

Otázka: Obstarávateľ má zrejme na mysli mikroskop 3D, 4K a nie anesteziologický prístroj. Je to tak?

### Odpoveď:

**ÁNO, Ide o chybu v kopírovaní špecifikácií pri tvorbe Prílohy č. 1 Opisu predmetu zákazky, za ktorú sa ospravedľujeme.**

**Správne má byť samozrejme: „Operačný mikroskop pre neurochirurgické výkony 3D,4K“**

### Otázka č. 2:

8. Vŕtací systém pre kraniál (1x konzola, 2x kraniotomický set, 2x kraniektomický set, 1x pílkový set) s príslušenstvom a základnou sadou vrtákov

V špecifikácii bod B- Opis predmetu obstarávania v riadku: „+5 ks vrtákov dĺžky z každej z nasledovných veľkostí: guľôčka fréza 2 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm a guľôčka diamant 2 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm“ nie je uvedené akej dĺžky majú byť samotné vrtáky.

Otázka: Akú dĺžku vrtákov má obstarávateľ na mysli?

### Odpoveď:

**Dĺžku 10 cm.**

**Celé znenie potom je:**

**„+5 ks vrtákov dĺžky 10 cm z každej z nasledovných veľkostí: guľôčka fréza 2 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm a guľôčka diamant 2 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm“**

### Otázka č. 3:

8. Vŕtací systém pre kraniál (1x konzola, 2x kraniotomický set, 2x kraniektomický set, 1x pílkový set) s príslušenstvom a základnou sadou vrtákov

V špecifikácii bod B- Opis predmetu obstarávania v riadku: oscilačná mikropíla 1 ks (spolu s 3 ks pílových plátkov: pre rez hĺbky 18 mm so šírkou 102 mm).

Otázka: Má obstarávateľ naozaj na mysli šírku 102 mm, alebo je tento údaj nesprávny? Aký je správny údaj?

### Odpoveď:

**Chýba desiatinná čiarka. Správne má byť 10,2 mm.**

**Celé znenie potom je:**

**„oscilačná mikropíla 1 ks (spolu s 3 ks pílových plátkov: pre rez hĺbky 18 mm so šírkou 10,2 mm)“**

**Pôvodná „Príloha č. 1 k časti Opis predmetu zákazky“ bola vo verejných dokumentoch predmetnej súťaže nahradená opravenou „Prílohou č. 1 k časti Opis predmetu zákazky\_20.12.2019“**