



**FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F. D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA**  
Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica  
Slovenská republika

## Všetkým uchádzačom

Váš list číslo/zo dňa  
17.06.2024

Naše číslo  
FNsP  
FDR/RVO/2682/2024/36482

Vybavuje /   
Ing. Katarína Husíková  
+421 48 441 3240

Banská Bystrica  
18.06.2024

### Vec:

V zmysle požiadavky o vysvetlenie k súťažným podkladom na vyhlásenú verejnú súťaž na „Dodávka pomôcok k inkontinencii pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská“ ktorá bola vyhlásená v súlade s oznámením o vyhlásení postupu verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 03.06.2024 č. 106/ 2024 ;326408-2024 a vo Vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 107/2024 zo dňa 04.06.2024 s ozn. č. 14039 – MST v zmysle § 48 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám predkladáme nasledovné stanovisko:

### Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3:

#### Otázka č. 1

Dobrý deň,

v súťažných podkladoch v opise predmetu zákazky časť B naťahovacích plienkových nohavičiek máte opis veľkostí M, L, XL avšak v Prílohe rámcovej dohody požadujete naceniť aj veľkosť S. Žiadame o vysvetlenie resp. doplnenie špecifikácie. Verejný obstarávateľ určil v opise predmetu zákazky rozpätie - obvod bokov, máme za to, že by malo byť určené aj rozpätie týkajúce sa savosti, nakoľko týmto bude umožnené predložiť optimálnejšie ponuky produktov.

#### Odpoveď č. 1

Na základe žiadosti o vysvetlenie SP č.3 a po dôkladnom zvážení verejný obstarávateľ pristúpil k úprave technickej špecifikácie a rozpätia savosti v rámci opisu predmetu zákazky pre **časť č.2** a to nasledovne:

Časť č. 2

Veľkosť S	Min. obvod bokov 60 cm až 70 cm ( uviest' rozmery)
	Max.obvod bokov 80 cm až 90 cm ( uviest' rozmery)
	<b>Savosť : 1400ml - 2 000 ml</b> ( uviest' savosť v ml)
Veľkosť M	Min. obvod bokov 70 cm až 90 cm ( uviest' rozmery)
	Max.obvod bokov 110 cm až 125 cm ( uviest' rozmery)
	<b>Savosť: 1000 ml - 2 000 ml</b> ( uviest' savosť v ml)
Veľkosť L	Min. obvod bokov 90 cm až 120 cm ( uviest' rozmery)
	Max.obvod bokov 135 cm až 150 cm

	(uviesť rozmery)
	Savosť: 1100 ml - 2 400 ml ( uviesť savosť v ml)
Veľkosť XL	Min. obvod bokov 130 cm až 150 cm ( uviesť rozmery)
	Max.obvod bokov 170 cm až 175 cm ( uviesť rozmery)
	Savosť: 1180 ml - 2 700 ml ( uviesť savosť v ml)

**Na základe uvedeného dochádza k zmenám v súťažných podkladoch, a to v editovateľnej Prílohe č.1 rámcovej dohody pre časť č.2, ktorou je Opis predmetu zákazky. Uvedená zmena je vyznačená farebne.**

**Verejný obstarávateľ má za to, že na základe vyššie uvedených zmien, nedochádza k podstatnej zmene v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, preto nie je potrebné predĺžiť termín na predkladanie ponúk a termín otvárania ponúk.**

Inštitút vysvetlenia súťažných podkladov v zmysle § 48 ZVO ako vyplýva zo samotného označenia, slúži na vysvetlenie, objasnenie alebo spresnenie súťažných podkladov zadaných verejným obstarávateľom v procese verejného obstarávania.

S pozdravom