



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
(dále jen „zákon“)

### DOTAZY A ODPOVĚDI NA DOTAZY

v rámci zavedeného dynamického nákupního systému evidenční č. uvedené ve VVZ: Z2024-008193  
evidenční číslo zakázky zadávané v DNS: DNS2024001 - 007

## Zakázka zadávaná v DNS – Dodávky rukavic kategorie VII. - Operační rukavice latexové bez pudru

Vážení dodavatelé,

dne 12. 8. 2024 obdržel zadavatel od účastníka zařazeného do výše uvedeného DNS prostřednictvím elektronického nástroje JOSEPHINE dotazy ke shora uvedenému mini tenderu č. 7. Následně byl zadavatel dne 13. 8. 2024 jiným účastníkem upozorněn na administrativní chybu v technické specifikaci, která je přílohou č. 3 Výzvy. V souladu s § 98 zákona níže uvádím přesné znění dotazů účastníků (*v textu psáno kurzívou a modře*) a odpovědi zadavatele.

#### **Dotaz č. 1:**

*Bude zadavatel akceptovat u operačních rukavic rovnou manžetu s technologií SUREFIT (přilnavý pás zabraňující rolování či sesunutí rukavice), jež je plnohodnotnou variantou k manžetě rolované?*

#### **Odpověď na dotaz č. 1:**

Ano, zadavatel bude akceptovat i rovnou manžetu, která je plnohodnotnou variantou k manžetě rolované. V tomto smyslu zadavatel upravuje přílohu č. 3 Výzvy (úprava je vyznačena červenou barvou).

#### **Dotaz č. 2:**

*Akceptoval by zadavatel úhradu vzorků vzhledem k jejich velkému množství?*

#### **Odpověď na dotaz č. 2:**

V souladu s § 39 odst. 6) zákona zadavatel, na základě písemné žádosti dodavatele po ukončení zadávacího řízení, uhradí hodnotu vzorků nebo vrátí předložené vzorky.

#### **Dotaz č. 3:**

*Zadavatel byl jedním z účastníků upozorněn na administrativní chybu v technické specifikaci uvedené v příloze č. 3 Výzvy.*

#### **Odpověď na dotaz č. 3:**

Zadavatel na základě upozornění účastníka přistupuje k úpravě v technické specifikaci – příloha č. 3 Výzvy. Upravený text je vyznačen červenou barvou a přeškrtnutím.

Toto Vysvětlení ZD č. 2 zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 zákona uveřejňuje v elektronickém nástroji JOSEPHINE <https://josephine.proebiz.com/cs/>, ve kterém je DNS administrováno.

Lhůta pro podání nabídek a vzorků **zůstává nezměněna a to do 19. 8. 2024 do 10:00**

Příloha: Upravená příloha č. 3 ze dne 13. 8. 2024 – technická specifikace zboží (tuto upravenou přílohu mohou účastníci použít pro podání nabídky, ale není to nutné)

Ing. Pavla Mocková  
administrátorka zadávacího řízení  
odborná referentka Oddělení veřejných zakázek a dotací KNL, a.s.