

Verejný obstarávateľ/Kupujúci:

Typ zákazky:

Predmet zákazky:

Dokument:

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica

Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu, rádiológiu a kardiochirurgiu

Príloha č. 1 Rámcovej dohody

Uchádzač/Predávajúci:

Surgitech s.r.o., Zárubova 1, 841 06 Bratislava-mestská časť Záhorská Bystrica, IČO: 50 197 975

Minimálne technické vlastnosti/parametre požadovaného predmetu zákazky/časti predmetu zákazky:

Intraortálne balónikové katétre (IABK) s príslušenstvom

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/hodnota parametra)	Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
1.	priemer kontrapulzačných katétrov: 7Fr / 7,5Fr / 8Fr	áno	katalóg č.2
2.	objem: 34Cc, 40Cc, 50Cc	áno	katalóg č.2
3.	dĺžka zavádzacej časti: max.723mm	áno	katalóg č.2
4.	technológia s optickým vláknom kompatibilná s intraortálnou balónikovou pumpou Cardiosave	áno	katalóg č.1 str.12
5.	možnosť automatickej in vivo kalibrácie (vynulovanie) po zavedení IABK	áno	katalóg č.1 str.6,7,13
6.	vhodné na zavedenie aj bez zavádzača	áno	katalóg č.3
7.	rovnaký vnútorný rozmer zavádzača ako vonkajší rozmer IABK	áno	katalóg č.1 str.5
8.	bez potreby zvlhčenia balónika pred zavedením	áno	katalóg č.1 str.8
9.	dobrá flexibilita bez obsahu nerezovej ocele	áno	katalóg č.1 str. 7,8,9,10
10.	veľká abrazívna odolnosť	áno	katalóg č.1 str.5
11.	doba expirácie: min.24 mesiacov	áno	katalóg č.2
12.	vrátane príslušenstva - zavádzací set, vodič	áno	katalóg č.1 str. 6,7

V Bratislave,

Ing. Peter Šumichrast - konateľ, Surgitech s. r. o.