

Kupujúci:
Typ zákazky:
Predmet zákazky:
Dokument:

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu, rádiológiu a kardiochirurgiu
Príloha č. 1 Rámcovej dohody

Predávajúci:

UNOMED spol. s r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín

Minimálne technické vlastnosti/parametre požadovaného predmetu zákazky/časti predmetu zákazky:

Súprava mitrálnej /trikuspidálnej/ svorky

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra)
1.	10mm	áno
2.	zavádzací katéter dĺžky: max.79cm	áno
3.	vonkajší priemer zavádzacieho katétra: max.7,3mm	áno
4.	vnútorný priemer zavádzacieho katétra: min.5,8mm	áno
5.	zavádzač dĺžky: max.104cm	áno
6.	implantačný katéter dĺžky: max.118cm	áno
7.	riaditeľný katéter dĺžky: max.109cm	áno
8.	šírka implantátov v pozícii zachytenia cípov mitrálnej /trikuspidálnej/ chlopne: max.26mm	áno
9.	hydrofilný poťah zavádzacieho katétra pre jednoduchšie zavádzanie	áno
10.	implantačný katéter riadi rozvinutie implantátu	áno
11.	riaditeľný katéter aktivuje ohybový mechanizmus pre umiestnenie implantátov do cieľového miesta	áno
12.	RTG kontrastná značka na konci implantačného katétra	áno
13.	horizontálny uchytač cípov v línii kolagénových vlákien	áno
14.	možnosť elongácie– najužší profil (pre bezpečnejšiu navigáciu v komorách)	áno
15.	svorka podmienenene kompatibilná s vyšetrením magnetickou rezonanciou pre statické magnetické pole 3T	áno
16.	CE certifikát pre MR a TR	áno

V Trenčíne, dňa

.....
Ing. Róbert Kútny, konateľ UNOMED spol. s r.o.