

Verejný obstarávateľ/Kupujúci:

Typ zákazky:

Predmet zákazky:

Dokument:

Uchádzač/Predávajúci:

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica

Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu, rádiológiu a kardiochirurgiu

Príloha č. 1 Rámcovej dohody

A care, s.r.o., Hraničná 5, 922 10, Trebatice

Minimálne technické vlastnosti/parametre požadovaného predmetu zákazky/časti predmetu zákazky:

**Samoexpandibilná bioprotéza určená na liečbu symptomatickej stenózy**

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/hodnota parametra)
1.1	Priemer bioprotézy: 23mm, 27mm, 31mm	áno
1.2	Minimálny priemer existujúcej degradovanej bioprotézy (Valve In Valve technológia): 16,5mm	áno
1.3	Minimálny priemer natívnej kalcifikovanej aortálnej chlopne: 19mm	áno
1.4	Počet markerov v mieste našitia bioprotézy na rám: 6ks	áno
1.5	Delivery system - kompatibilita so zavádzačom: 18French	áno
1.6	Delivery system - kompatibilita s vodičom: 0,035"	áno
1.7	Delivery system - použiteľná dĺžka: 115cm	áno
1.8	Materiál rámu - nitinol	áno
1.9	Použitý perikard - bovinný	áno
1.10	Implantačný prístup - transfemorálny	áno
1.11	Antikalcifikačná ochrana	áno
1.12	Vhodná na Valve In Valve implantáciu	áno

**Predlžovací zavádzací katéter**

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/hodnota parametra)
2.1	Vnútorý priemer zavádzacieho katétra: 0,061" - 0,071"	áno
2.2	Dĺžka extenzie: max.15cm	áno
2.3	Celková dĺžka shaftu katétra: max.150cm	áno
2.4	Kompatibilita so štandardnými vodiacimi katétami: 6/7French	áno
2.5	Rádiokontrast po celej dĺžke katétra	áno
2.6	Možnosť radiálneho zavádzania	áno

V Trebaticiach dňa

..... Andrej Filo, konateľ A care, s.r.o.