

Verejný obstarávateľ/Kupujúci:

Typ zákazky:

Predmet zákazky:

Dokument:

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica

Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu, rádiológiu a kardiochirurgiu

Príloha č. 12 súťažných podkladov/Príloha č. 1 Rámcovej dohody

Uchádzač/Predávajúci:

Aspironix, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava

Minimálne technické vlastnosti/parametre požadovaného predmetu zákazky/časti predmetu zákazky:

Systém pre optimalizáciu TAVI procedúry

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/hodnota parametra)	Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
1.	Systém pre optimalizáciu TAVI procedúry s tvarovanou špičkou	áno	SavvyWire leták
2.	systém s tlakovým senzorom na meranie vnútro srdcových tlakov pre senzorom navádzanú TAVI	áno	SavvyWire leták
3.	vodiaci drôt: max.0,35"	áno	SavvyWire leták
4.	systém monitorovania tlaku, ktorý umožňuje nepretržité meranie komorového a predsieňového tlaku	áno	SavvyWire leták
5.	výpočet kľúčových hemodynamických parametrov, ako je tlakový gradient naprieč aortou a koncový diastolický tlak ľavej komory (LVEDP) na posúdenie prítomnosti paravalvulárnych únikov (PVL) po zákroku	áno	SavvyWire leták
6.	výber priemeru špičky a dĺžky špičky pre rôzne anatómie	áno	SavvyWire leták

V Bratislave, dňa

Ing. Jiří Pavlíček

(podpis podľa bodu 15.2.3.1 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)