



všetkým záujemcom

Váš list zn./ zo dňa:

Naša značka:
R-1168/OVO-315/25/Baš

v Martine, dňa:
14.03.2025

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov

Vážení záujemci,

na základe žiadosti jedného zo záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov k nadlimitnej zákazke „**Zdravotnícke vybavenie k projektu Modernizácia oddelení ústavnej psychiatrickej starostlivosti k ZoPPM**“, ktorá bola uverejnená v Dodatku k úradnému vestníku EÚ zo dňa 26.02.2025 pod číslom 2025/S40-128556 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 238/2024 zo dňa 27.02.2025 pod označením 4134 - MST, Vám v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) podávame nasledovné vysvetlenie:

Otázka:

Verejný obstarávateľ požaduje pre časť 1: Psychiatrické postele s príslušenstvom a nočné stolíky, nosnosť lôžka minimálne 200 kg. Bude verejný obstarávateľ akceptovať nosnosť lôžka 180 kg namiesto požadovaných 200 kg pri splnení všetkých ostatných požadovaných parametrov?

Nami ponúkaná posteľ má širší rozsah polohovania stehenného dielu, čo zaručuje lepšiu prispôsobivosť pacientom rôznych veľkostí a potrieb. Tento aspekt môže prispieť k väčšiemu komfortu pacientov a ľahšiemu prístupu pre zdravotnícky personál pri manipulácii s pacientmi, čo je kľúčové v zdravotnej starostlivosti a takisto nami ponúkaná posteľ poskytuje širší rozsah nastavenia výšky ložnej plochy, čo umožňuje lepšie prispôbenie postele konkrétnym potrebám pacienta alebo zdravotníckeho personálu. Tento flexibilný nastavený rozsah je dôležitý pre optimalizáciu pracovného prostredia a uľahčuje manipuláciu s pacientmi.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ požiadavku na nosnosť lôžka 180 kg nebude akceptovať.

Lôžka na psychiatrickú kliniku majú požadovanú nosnosť z dôvodu náročnosti niektorých pacientov najmä počas intervencie deeskalácie psychomotoricky nepokojného pacienta s vyššou hmotnosťou, pričom intervencia si v okamihu zásahu vyžaduje prítomnosť aj iných pracovníkov (napr. príslušníkov PZ, alebo pomocného personálu), a je potrebné nosnosť dodržať v stanovenom rozsahu min. 200 kg.

S pozdravom

.....
MUDr. Peter Durný, PhD., MPH
riaditeľ UNM