

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

č.p. SE-OHZ6-2025/004302

1. Názov predmetu zákazky: Pásový schodolez

Predmetom zákazky je obstaranie pásových schodolezov na prepravu imobilných osôb po schodisku. Schodolezy sa budú využívať vo viacerých objektoch, ktoré spadajú pod hospodárske zabezpečenie SE MV SR.

2. Hlavný kód CPV:

33196200-2 – Prístroje pre invalidných občanov

3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Nie.

4. S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,
- vyloženie tovaru v mieste dodania.

5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných väd, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

6. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

7. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

8. Lehota plnenia je:

Do 15 dní od dňa zaslania objednávok.

9. Požadovaná zmluva a jej dodanie:

10. Miestom dodania je:

- Mojmírova 20, 827 49 Bratislava, Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave II
- Rampová 7, 040 81 Košice, Okresné riaditeľstvo PZ v Košiciach
- Bratov Baldigarovcov 7, 940 91 Nové Zámky, Okresné riaditeľstvo PZ v Nových Zámkoch

11. Technická špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky sú uvedené v tabuľke a pod tabuľkou nižšie. Predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality	
Položka č. 1 – Pásový schodolez	
Množstvo	3 ks
Charakteristika	Pásový schodolez na prepravu imobilných osôb po schodisku pre použitie v interiéri a v exteriéri za asistencie sprievodnej osoby. Elektronicky ovládateľný pomocou dobíjateľnej batérie. Indikátor stavu batérie. Bezpečnostný pás.
Nosnosť	min. 150 kg (osoba s vozíkom)
Operatívny dosah	min. 2 podlažia
Sklon schodiska	max 35° = 70%
Príslušenstvo	nabíjacia stanica, návod na použitie schodolezu
Napätie	min. 220 V / 24 V batéria

Schodolez bude využívaný na prepravu imobilných osôb na vnútorných schodiskách budovy:

- jednoramenné schodisko medzi ulicou a 1.NP so stupňami výšky 175 mm a šírky 300 mm, šírka ramena 1500 mm (vrátane zábradlia)
- dvojramenné schodisko medzi 1. NP a 2. NP: so stupňami výšky 170 mm a šírky 350 mm, šírka ramena 1450 mm (vrátane zábradlia), rozmer medzipodesty cca 3 m (šírka) x 2,2 m (hĺbka)
- Na uvedené rozmery musí byť pásový schodolez prispôbený. Verejný obstarávateľ pre podrobnejšiu informáciu predkladá aj výkres uvedených schodísk, na ktorých bude pásový schodolez využívaný.

Verejný obstarávateľ požaduje zápisničné zaškolenie užívateľa na prevádzku schodolezu v deň odovzdania tovaru.

Pásový schodolez ako určeným výrobok musí spĺňať požiadavky nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.

