

V Trenčíne, dňa 22.05.2020

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov - 3

Označenie verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Predmet zákazky:	Stropné statívy
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup:	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO
Vyhlásené a publikované	V úradnom vestníku EÚ zo dňa 07.04.2020 pod č. 2020/S 069-163566 a vo Vestníku VO č. 77/2020 zo dňa 08.04.2020 pod č. 13070 - MST

Verejný obstarávateľ na základe žiadostí o vysvetlenie poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie.

Verejný obstarávateľ nijakým spôsobom neupravoval znenie otázok záujemcu.

Otázka 1

Otázka č. 1:

Verejný obstarávateľ v Prílohe č. 2 súťažných podkladov - Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností pre položku č. 1 - Stropný zdrojový statív s 2 ramenami - I., č. 2 - Stropný zdrojový statív s 2 ramenami - II., č. 3 - Stropný most pre 2 lôžka, č. 4 - Stropný most pre 1 lôžko - I., č. 5 - Stropný most pre 1 lôžko - II. a č. 9 - Stropný tubus pevný požaduje "Vákuovú odsávačku s pohonom na SV alebo VAC s dvomi nádobami na sekréty a preplach - 1 ks".

Mohol by verejný obstarávateľ upresniť, či sa jedná o integrovaný systém, ktorý bude súčasťou spomínaných statívov, alebo o samostatné externé zariadenie, ktoré sa k statívom bude pripájať?

Odpoveď 1:

Jedná sa o zariadenie, ktoré je uchytené na statív, bude napájané zo statívu, avšak jedná sa o externé zariadenie.

Otázka 2

Verejný obstarávateľ v Prílohe č. 2 súťažných podkladov - Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností pre všetky položky požaduje "Police s pogumovanými rohmi a integrovanými eurolišťami po stranách o rozmeroch (šírka x hĺbka x hrúbka) s nosnosťou min. 30 kg" a "Police so zásuvkou a s pogumovanými rohmi a integrovanými eurolišťami po stranách o rozmeroch (šírka x hĺbka x hrúbka)" s rozmermi "od 400x400x15 do 600x450x20 mm".

Bude verejný obstarávateľ akceptovať rozmery "Police s pogumovanými rohmi a integrovanými eurolišťami po stranách o rozmeroch (šírka x hĺbka x hrúbka) s nosnosťou min. 30 kg" a "Police so zásuvkou a s pogumovanými rohmi a integrovanými eurolišťami po



stranách o rozmeroch (šírka x hĺbka x hrúbka)" 510x400x22 mm, nakoľko nami ponúkané riešenie spĺňa verejným obstarávateľom požadovanú šírku a hĺbku, čo sú podstatné parametre a prekročenie hrúbky o 2 mm považujeme pri spĺňaní všetkých ostatných parametrov za nepodstatnú odchýlku, ktorá neovplyvní kvalitatívne a výkonnostné charakteristiky, navyše nosnosť nami ponúkaných políc je až 60 kg. Takisto verejný obstarávateľ v Oddiele C. Opis predmetu zákazky v bode 2.4 Ekvivalent uvádza: "V každom prípade, kde sú uvedené špecifikácie navrhovaných výrobkov, materiálov alebo tovarov pomocou odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenia, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu platí, že môže byť ponúknutý a bude akceptovaný aj iný - ekvivalentný výrobok alebo materiál za podmienky, že predložený ekvivalent spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na kvalitatívne a výkonnostné charakteristiky, technické vlastnosti, parametre a hodnoty v rovnakom alebo vyššom rozsahu ako tie, ktoré požaduje verejný obstarávateľ."

Odpoveď 2:

Verejný obstarávateľ preskúmal dopad navrhovanej zmeny technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám a upravuje znenie technickej požiadavky v aktualizovanej Prílohe č. 2 Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností, ktorá je prílohou tohto vysvetlenia. Vykonané zmeny sú farebne odlišené.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že údaje, ktoré boli ku dňu 22.05.2020 poskytnuté týmto vysvetlením, musia byť zohľadnené v relevantných dokumentoch predložených ponúk, ktorých sa to v zmysle Súťažných podkladov týka, v súlade s informáciami uvedenými v tomto vysvetlení.

S pozdravom,

Ing. Michal Plesník
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa

Príloha: FNTN-2020-06-ŠF-NZ-VS-Statívy-SP-p2-Opis-I.-IX.-aktualizácia-1