



Elektronicky

Všetkým záujemcom

| | | | |
|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------|
| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo | Vybavuje/linka | Banská Bystrica |
| | | Mgr. Hláčik 048/4325646 | 17.07.2020 |

Vec

Informácia o zmene súťažných podkladov

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky: **Dodávka ochranných pomôcok_Výzva č. 2 (Chirurgické tvárové masky_1) (DNS)**

Postup: nadlimitná zákazka

Na základe skutočnosti, že verejný obstarávateľ identifikoval v rámci predmetnej zákazky nedostatky týkajúce sa Súťažných podkladov (konkrétne Prílohy č. 1 Opis predmetu zákazky SP), verejný obstarávateľ mení predmetnú Prílohu v nasledovnom rozsahu:

I. Príloha č. 1 SP – Opis predmetu zákazky**Pôvodné znenie:**

Predmetom zákazky (Výzvy) je dodávka jednorazových chirurgických min. trojvrstvových ochranných tvárových masiek s upevnením slučkami na uši, alebo na gumičky, vrátane ich dodania v celkovom počte 100 000 ks za dodržania nasledovných požiadaviek:

- *jednorazové chirurgické min. trojvrstvé ochranné tvárové masky s upevnením slučkami na uši, alebo na gumičky,*
- *účinnosť bakteriálnej filtrácie (BFE) vyššia ako 95% simulovaná s časticami s veľkosťou 3,0 µm,*
- *formovateľná nosová spona,*
- *minimálna životnosť výrobku 24 mesiacov od dodania tovaru,*
- *výrobok v zhode s EN 14683:2019 + AC:2019/ Typ II, alebo EN 13795-1:2019-10, alebo EN 13795-2:2019-10, alebo ekvivalentnou normou,*
- *návod na používanie v SJ/ČJ pre splnenie § 6 ods. 2 NV SR č. 395/2006 Z. z.*

Verejný obstarávateľ odoberie celé množstvo predmetu zákazky naraz.

sa nahrádza novým znením:

„Predmetom zákazky (Výzvy) je dodávka jednorazových chirurgických min. trojvrstvových ochranných tvárových masiek s upevnením slučkami na uši, alebo na gumičky, vrátane ich dodania v celkovom počte 100 000 ks za dodržania nasledovných požiadaviek:

- jednorazové chirurgické min. trojvrstvové ochranné tvárové masky s upevnením slučkami na uši, alebo na gumičky,
- účinnosť bakteriálnej filtrácie (BFE) vyššia ako 95% simulovaná s časticami s veľkosťou 3,0 µm,
- formovateľná nosová spona,
- minimálna životnosť výrobku 24 mesiacov od dodania tovaru,
- výrobok v zhode s EN 14683:2019 + AC:2019/ Typ I, alebo EN 13795-1:2019-10, alebo EN 13795-2:2019-10, alebo ekvivalentnou normou,
- návod na používanie v SJ/ČJ pre splnenie § 6 ods. 2 NV SR č. 395/2006 Z. z.

Verejný obstarávateľ odoberie celé množstvo predmetu zákazky naraz.

Verejný obstarávateľ žiada všetkých záujemcov a uchádzačov, aby predmetnú zmenu zohľadnili vo svojich ponukách. Zároveň verejný obstarávateľ zverejní v profile uskutočnené zmeny v dokumentoch, ktorých sa zmeny týkali.

Vzhľadom ku charakteru zmien ostávajú pôvodné lehoty na predkladanie a otváranie ponúk v platnosti.

S pozdravom

Mgr. Ľuboš Hláčik
kontaktná osoba verejného obstarávateľa