

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

„Dodanie respirátorov“ Výzva č. 30

Predmetom zákazky je dodanie respirátorov v celkovom množstve 10 000 ks, ktoré musia spĺňať nasledovnú špecifikáciu/požiadavky:

- normy EN149:2001+A1 2009;
- spoľahlivá a účinná ochrana pred baktériami a vírusmi, prachom a parou;
- vysokokvalitný certifikovaný respirátor bez výdychového ventilu;
- účinnosť filtrácie $\geq 94\%$;
- materiál: netkaná textília ;
- musí spĺňať európsku normu FFP2;
- integrovaná nastaviteľná spona nosa s penovou formou zvnútra nosovej časti;
- s integrovanými flexibilnými ušnými pásmi šetrnými k pokožke (mäkkými gumičkami).