



## Vysvetlenie č. 1

**Predmet zákazky: Chirurgická maska (opakovateľne použiteľná)**

**Ver. obstarávateľ:** Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Pražská 29, 812 63 Bratislava

**Otázka uchádzača:**

Dobry den

V opise požadujete astm E2149. Povazujete za ekvivalent aj astm F1671? Dakujem

**Odpoveď verejného obstarávateľa:**

Na podklade otázky uchádzača si dovoľuje verejný obstarávateľ uviesť nasledujúce stanovisko:  
Z dokumentov Súťažných podkladov „Opis predmetu zákazky“ a „Podmienky účasti“, jednoznačne vyplýva, že verejný obstarávateľ požaduje, aby predmet obstarania mal okrem iného nasledujúce vlastnosti:

Chirurgická maska (opakovateľne použiteľná) je textilné tvárové rúško určené na opakované používanie, pokrývajúce nos, ústa a bradu, bez vdychového a/alebo výdychového ventilu:

- minimálne dvojvrstvová, s antibakteriálnou úpravou,
- univerzálna veľkosť pre dospelé osoby,
- prostriedok na upevnenie – slučky okolo uší bez nastavovacieho prostriedku a bez šnúrok na zavieranie,
- musí odolať minimálne 5 čistiacim cyklom pri minimálnej teplote prania 60 °C,
- musí byť v zhode minimálne s:
  - *STN 80 0055 "Textílie. Textilné a odevné výrobky. Technické požiadavky a skúšobné metódy" a súčasne s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, alebo CWA 17553: 2020 Tvárové rúška na každodenné použitie. Príručka na minimálne požiadavky, skúšobné metódy a použitie,*
  - **normou AATCC Test Method 100 alebo normou ASTM E 2149 pre potvrdenie antibakteriálnej aktivity formou redukcie baktérií**

Na podklade uvedeného je nepochybné, že pre potvrdenie antibakteriálnej aktivity formou redukcie baktérií verejný obstarávateľ požaduje, aby bol výrobok v zhode **v súlade s normou AATCC Test Method 100 alebo normou ASTM E 2149. Norma ASTM F 1671 nie ekvivalentnou normou k verejným obstarávateľom požadovaným normám, pretože uchádzačom uvedená norma opisuje vlastnosti odolnosti proti prieniku a skúšobné metódy materiálov použitých pri výrobe ochranného odevu. Verejný obstarávateľ k uvedenému dodáva, že nezabraňuje uchádzačovi predložiť výrobok aj**



**v zhode s normou ASTM F 1671, keďže stanovil vyššie uvedené požiadavky na zhodu ako minimálne. Na druhej strane však trvá na predložení výrobku v zhode minimálne s:**

- *STN 80 0055 "Textílie. Textilné a odevné výrobky. Technické požiadavky a skúšobné metódy" a súčasne s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, alebo CWA 17553: 2020 Tvárové rúška na každodenné použitie. Príručka na minimálne požiadavky, skúšobné metódy a použitie,*
- *normou AATCC Test Method 100 alebo normou ASTM E 2149 pre potvrdenie antibakteriálnej aktivity formou redukcie baktérií*

Dňa 28.05.2021