

Všetkým záujemcom

Vec:

Vysvetlenie zverejnených podkladov k zákazke Osobné ochranné pracovné pomôcky

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom „**Osobné ochranné pracovné pomôcky**“ zverejnenej v systéme Josephine dňa 22.11.2021 pod značkou SZ_TO_OOPP_001.

PRE ČASŤ 2 Ochranný overal

Otázka (citácia):

Žiadame obstarávateľa o vysvetlenie požiadavky na plošnú hmotnosť min. 60 g/m² +-3, nakoľko je táto tolerancia podľa našej znalosti trhu nedostatočná a preto navrhujeme aby obstarávateľ umožnil predloženie Overalu s hmotnosťou 60 g/m² +- 5%, nakoľko takáto nízka tolerancia je podľa nášho názoru diskriminačná. Obvykle sa pre textilné materiály umožňuje tolerancie +-5.

Odpoveď :

Verejný obstarávateľ trvá na uvedenom parametri č. 11 „**Materiál: netkaná antistatická tkanina, min. 60 g/m², odchýlky plošnej hmotnosti (+/- 3%)**“. Zvýšením odchýlky plošnej hmotnosti, by sa výrazne znížila kvalita požadovaného materiálu. Dlhoročné skúsenosti zdravotníckeho personálu ukazujú, že už počas obliekania overalu vyrobeného s nižšou plošnou hmotnosťou ako je 60 g/m² +-3, dochádza k pretrhnutiu a poškodeniu ochranného overalu.

Osoba splnomocnená vykonávať verejné obstarávanie