



M-1654/22/7k

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN

IČO: 00365327

DIČ: 2020598019

Sídlo organizácie: Kollárova 2, 036 59 Martin

Krajina: Slovenská republika

Štatutárny zástupca: Rada riaditeľov v zložení:

MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, generálny riaditeľ

doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., MHA, medicínsky riaditeľ

Ing. Stanislav Škorňa, MBA, ekonomický riaditeľ

V mene organizácie sú oprávnení konať najmenej dvaja členovia štatutárneho orgánu spoločne.

Osoba zodpovedná za realizáciu zákazky: Ing. Martin Kontoš

Telefón: +421 43 4203 425

Fax: +421 43 4131 620

e-mail: martin.kontos@unm.sk, klobusicka@unm.skInternetová stránka: www.unm.sk**2. Kategória zákazky: tovar****3. Spoločný slovník obstarávania CPV:**

33195100-4, 51410000-9, 80511000-9, 60000000-8

4. Miesto dodania / poskytnutia / realizácie predmetu zákazky:

Univerzitná nemocnica Martin, 1. Interná klinika, Kollárová 2, 036 59 Martin

5. Predmet zákazky – opis:

Predmetom zákazky je dodávka tovaru „**Monitor vitálnych funkcií kategórie B kompatibilný s centrálou výrobcu GE Healthcare**“ pre potreby 1. Internej kliniky, UNM podľa nižšie uvedenej minimálnej technickej špecifikácie.

Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky:


Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota			Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky
1.1. Monitor a zobrazovanie			
1.1.1. Veľkosť uhlopriečky monitora	"	min 12 palcov; max 16 palcov	
1.1.2. Dotykový displej	áno / nie	áno	
1.1.3. Rozlíšenie displeja	px	min 800x600	
1.1.4. Ovládanie v slovenskom jazyku	áno / nie	svk/čzk	
1.1.5. Možnosť pripojenia sekundárneho displeja	áno / nie	áno	
1.1.6. Súčasné zobrazenie kriviek	počet	min 6	



1.1.7.	Prezeranie histórie/ pamäti prístroja (grafické aj numerické trendy všetkých parametrov)	počet hodín / meraní	min 48 hod	
1.1.8.	Možnosť tichého a tmavého režimu (stand-by)	áno / nie	áno	
1.1.9.	Voľba rýchleho prístupu	počet	min 2 funkcie	
1.2.	Technické parametre prístroja			
1.2.1.	Výdrž batérie bez napojenia na elektrickú sieť	hod	min 1,5 hod	
1.2.2.	Čas nabíjania akumulátora na 100% batérie	hod	do 7 hod	
1.2.3.	Možnosť uchytenia prístroja na stenu	áno / nie	áno	
1.2.4.	Prenosný prístroj	áno / nie	áno	
1.2.5.	Ethernetový konektor	áno / nie	áno	
1.3.	Meranie frekvencie dýchania			
1.3.1.	Rozsah merania respirácie	dychov / min	min v rozsahu 10-120 (dospelý pacient)	
1.4.	Meranie teploty			
1.4.1.	Rozsah monitorovania teploty	min / max	min v rozsahu 25-40	
1.4.2.	Meraných teplôt	počet	min 2	
1.4.3.	Presnosť merania	Δ °C	min v rozsahu +/- 0,2	
1.5.	Systém EKG			
1.5.1.	Káble + zvodky pre EKG	počet / počet	min 3 a 5 zvodový	
1.5.2.	Zobrazenie EKG krivky s možnosťou výberu zvodov	áno / nie (akých, počet)	3/5	
1.5.3.	Rozsah ST segmentu	+mm / -mm	min +/-2	
1.5.4.	Analýza ST segmentu samostatne pre všetky zvodky	áno / nie	áno	
1.6.	Meranie pulzu			
1.6.1.	Rozsah monitorovania pulzu	počet / min	min v rozsahu 30-250	
1.6.2.	Presnosť merania	Δ počet / min	max 2	
1.7.	Meranie SPO2			
1.7.1.	Režim merania	automatický / manuálny	automatický	
1.7.2.	Rozsah monitorovania SpO2	od do %	min v rozsahu 0-99	
1.8.	Meranie NIBP			
1.8.1.	Meracia metóda	typ	oscilometrická alebo dvojhadicová	
1.8.2.	Rozsah merania sys tlaku	mmHG	min v rozsahu 40-270 (dospelý pacient)	
1.8.3.	Rozsah merania dia tlaku	mmHG	min v rozsahu 15-210	



1.9. Meranie IBP			
1.9.1. Meraných kanálov	počet	min. 2	
1.9.2. Rozsah merania pre každý tlak	mmHg	min -40 až 300	
1.10. Meranie kapnografie			
1.10.1. Meranie kapnografie	áno / nie	áno (min sidestream)	
1.11. Ostatné parametre			
1.11.1. Možnosť zobrazenia z merania kontinuálneho srdcového výdaja	áno / nie	áno	
1.11.2. Je možné pripojenie na centrálnu monitorovaciu stanicu	áno / nie	áno	
1.11.3. Voľba kontinuálneho merania a tiež frekvencie merania funkcií	áno / nie / vymenovať	áno	
1.11.4. Rozhranie s nemocničným informačným systémom je možné, podpora HL7 štandardu	áno / nie	áno	
1.11.5. Odlíšenie grafických a akustických alarmov podľa stupňa závažnosti nameraných hodnôt	áno / nie	áno	
1.11.6. Možnosť potlačenia alarmu	áno / nie	áno	
1.11.7. Analýza arytmie	áno / nie	áno	
1.12. Záručný a pozáručný servis			
1.12.1. Vykonanie servisu od nahlásenia poruchy	hod	max 24	
1.12.2. Všetky dostupné aktualizácie softvéru v cene nákupu	áno / nie	áno	
1.12.3. Základné príslušenstvo (vymenovať)		1x sieťový kábel, 1x rozdvojka + 1x kábel na invazívne meranie krvného tlaku, 1x teplotná rozdvojka (v prípade, že monitor nemá min. 2 priame vstupy pre pripojenie teplotných sond), 1x teplotná sonda, 1x SpO2 silikónový senzor, 1x predĺženie SpO2, 1x hadica a 1x manžeta na meranie neinvazívneho krvného tlaku, 1x EKG kábel (3-5 zvodový), príslušenstvo na meranie kapnografie	

	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN	SM-45 MP
	Výzva na predkladanie ponúk	Strana 4/7

1.12.4. Zaškolenie personálu, doprava a inštalácia v cene nákupu	áno / nie	áno	
1.12.5. Kompatibilita s centrárou výrobcu GE Healthcare	áno / nie	áno	

Požaduje sa dodať nový, nepoužívaný a nerepasovaný monitor.

6. Cena za predmet zákazky:

Ponúknutá cena za predmet zákazky bude cena konečná, tzn. vrátane všetkých poplatkov súvisiacich s plnením predmetu zákazky.

Cenu uveďte v zložení:

- jednotková cena v € bez DPH
- sadzba DPH v %
- cena za celý predmet zákazky celkom v € bez DPH
- cena za celý predmet zákazky celkom v € s DPH

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a uvedie navrhovanú cenu v €.

7. Platnosť ponuky:

uveďte, min 90 dní

8. Dodacia lehota:

uveďte

9. Typ zmluvy: objednávka

10. Platobné podmienky: platba po dodávke so splatnosťou faktúr do 60 dní

11. Lehota na predkladanie ponúk:

Ponuky doručte elektronicky prostredníctvom elektronického prostriedku JOSEPHINE do lehoty 5 pracovných dní od odoslania výzvy vybraným uchádzačom. Cenové ponuky doručené po lehote nebudú akceptované.

12. Použije sa elektronická aukcia:

NIE


13. Kritérium hodnotenia:

Najnižšia cena za celý predmet zákazky celkom v € s DPH

14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

14.1 K ponuke je potrebné priložiť:

- 14.1.1 Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov, ktoré tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.
- 14.1.2 Opis technickej špecifikácie (vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky) s uvedením obchodného názvu, resp. typového označenia monitoru a údajmi deklarujúcimi jeho technické parametre

	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN	SM-45 MP
	Výzva na predkladanie ponúk	Strana 5/7

14.1.3 Prospekt ponúkaného predmetu zákazky

14.1.4 Kópiu certifikátu, resp. vyhlásenia o zhode ponúkaného predmetu zákazky

14.2 V cenovej ponuke prosím uveďte

záručná lehota: **(požadovaná záručná lehota je min. 24 mesiacov),**

nástup na servis: **(požadovaný nástup do servis je max. 24 hodín v pracovných dňoch).**

14.3 V cenovej ponuke, prosím uveďte skutočnosť, či Vaša spoločnosť je alebo nie je malým alebo stredným podnikom (malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR; stredné podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR).

14.4 Uchádzač vo svojej ponuke uvedie, že sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu verejného obstarávateľa nepostúpi svoje peňažné pohľadávky, ktoré vzniknú zo zmluvného vzťahu s verejným obstarávateľom, iným tretím osobám.


Postúpenie pohľadávky zo strany uchádzača tretej osobe bez súhlasu verejného obstarávateľa je neplatné. Súhlas verejného obstarávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci súhlas MZ SR.

V prípade porušenia tejto povinnosti je uchádzač povinný uhradiť verejnému obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 % z istiny pohľadávky. Uvedené sa neuplatní, ak osobitný právny predpis vzťahujúci sa na pohľadávku vyplývajúcu z takejto zmluvy vylučuje možnosť podmieniť postúpenie pohľadávky súhlasom verejného obstarávateľa ako dlžníka.

Zmluvné strany sa dohodli, že uchádzač neprijme vyhlásenie podľa § 303 a nasl. Obchodného zákonníka. V prípade porušenia tejto povinnosti je uchádzač povinný uhradiť verejnému obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 % z istiny pohľadávky. Uvedené sa neuplatní, ak osobitný právny predpis vylučuje uzavretie dohody podľa predchádzajúcej vety.

14.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzatvoriť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny v ponukách presiahnu stanovený limit finančných prostriedkov pridelených na predmet zákazky.

14.6 Verejný obstarávateľ vo vzťahu k úspešnému uchádzačovi pred vystavením objednávky overí, či uchádzač spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f), t.j. uchádzač je oprávnený poskytovať tovar a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a či u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) (konflikt záujmov). Verejný obstarávateľ zároveň môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. verejný obstarávateľ má na základe dôveryhodných informácií, bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž, a to bez ohľadu na akýkoľvek majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah medzi týmto uchádzačom alebo záujemcom a daným hospodárskym subjektom.

	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN	SM-45 MP
	Výzva na predkladanie ponúk	Strana 6/7

14.7 Splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) verejný obstarávateľ overí tak, že skontroluje, či je úspešný uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov. V prípade, že uchádzač nebude zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov, verejný obstarávateľ vyzve uchádzača na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie uvedených podmienok účasti v primeranej lehote.

14.8 Overenie neprítomnosti konfliktu záujmov bude založené na overení, či všetky zainteresované osoby verejného obstarávateľa predložili čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov a zároveň či bolo zo strany úspešného uchádzača predložené čestné vyhlásenie v zmysle prílohy č. 1 tejto výzvy.

14.9 Výsledky prieskumu trhu budú slúžiť ako podklad pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky a zároveň pre účely výberového konania.

V Martine, dňa: 20.5.2022

.....


 doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., MHA.
 medicínsky riaditeľ UNM

.....

 MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA
 generálny riaditeľ UNM

Univerzitná nemocnica Martin
 Kollárova 2, 036 59 Martin
 - 56 -

Prílohy – podľa textu

	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN	SM-45 MP
	Výzva na predkladanie ponúk	Strana 7/7

Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk

FIREMNÁ HLAVIČKA UCHÁDZAČA

Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
036 59 Martin

VEC: ČESTNÉ VYHLÁSENIE KU KONFLIKTU ZÁUJMOV

Verejné obstarávanie zákazky na predmet: „**Monitor vitálnych funkcií kategórie B kompatibilný s centrálou výrobcu GE Healthcare**“ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

My, (doplniť názov uchádzača), čestne vyhlasujeme, že v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním:

- a) sme nevyvíjali a nebudeme vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- b) sme neposkytli a neposkytneme akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- c) budeme bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- d) poskytneme verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie.

V, dňa

.....
meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača
pečiatka a podpis štatutárneho orgánu