

- **všetkým záujemcom**

**Váš list číslo/zo dňa**

**Naše číslo**  
R1-9 / 034-17/ 2019

**Vybavuje/linka**  
Ing. Ján Mlynarčík  
02/48234088  
[jan.mlynarcik@unb.sk](mailto:jan.mlynarcik@unb.sk)

**Bratislava**  
05. 03. 2019


**Vec:** Vysvetľovanie súťažných podkladov 10 – predloženie

---

V súlade so žiadosťou záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a bodom 15. časti: „A. Pokyny na vypracovanie ponuky“ súťažných podkladov č. R1-9/034-03/2019 verejnej súťaže, vyhlásenej verejným obstarávateľom - Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie pod. zn. 2019/S 027-059615 zo 07.02.2019 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 28/2019 z 08.02.2019 pod zn. 3857-MST, realizovanej postupom zadávania nadlimitnej zákazky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, na predmet zákazky „**DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY**“ pre zdravotnícke zariadenia UNB, predkladám nasledovné vysvetlenie.

S úctou

**Ing. Ján Mlynarčík, v.r.**



## VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

### Otázka č. 1:

Zadávatel' vo vysvetľovaní súťažných podkladov č.6 uvádza, že bude akceptovať "tekutý dezinfekčný prostriedok na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk **na báze propanolu**. S kombináciou isopropanol a etanol má dobré skúsenosti z praxe. Na plnej virucidnej účinnosti do 60 sekúnd verejný obstarávateľ trvá". Chceme upozorniť zadávateľa na skutočnosť, že aj napriek uvedenému vysvetleniu zadávateľa o "dobrých skúsenostiach z praxe", uvedená technická špecifikácia nie je v súlade s odporúčaniami s vyhlášky č. 192/2015. Navyše takáto technická špecifikácia - virucidny účinok do 60 sekúnd spolu s požiadavkou veľkosti balenia 75ml-100ml je v rozpore s pravidlami o verejnom obstarávaní, je diskriminačná a tendenčná, pretože je opísaná na jedného výrobcu, a neumožňuje ostatným uchádzačom uchádzať sa v tejto časti.

Bude zadávateľ akceptovať tekutý prípravok na báze propanolu, s minimálnym obsahom 75g w/w alkoholu, tak ako je to uvedené vo vyhláške č. 192/2015, a vypustí jednu z požiadaviek - buď plný virucidny účinok do 60 sekúnd, alebo na veľkosť balenia 75ml -100ml, aby bolo možné uchádzať sa viacerým uchádzačom a aj vzhľadom k tomu, že takáto požiadavka je už uvedená v časti I?

### Odpoveď:

**Na malých baleniach alkoholovej dezinfekcie na ruky obstarávateľ trvá z dôvodu výhodnosti tejto veľkosti balení pre personál, ktorý tieto balenia môže mať stále pri sebe a je neustále edukovaný a vyzývaný k nevyhnutnosti používania priebežnej dennej dezinfekcie na ruky. Zadávateľ bude akceptovať aj dezinfekčný prostriedok na báze propanolu. Na plnej virucidnej účinnosti do 60 sekúnd zadávateľ trvá.**

### Otázka č. 2:

Zadávatel' v časti IX. požaduje dezinfekčný prostriedok, ktorý je registrovaný ako zdravotnícky prostriedok.

Na základe nami dostupných informácií nemáme vedomosť o produkte, ktorý by sa vyskytoval na slovenskom trhu v takto požadovanej špecifikácii.

### Odpoveď:

**Skutočnosť, že uchádzač nemá vedomosť o takomto produkte sa verejného obstarávateľa netýka.**

### Otázka č. 3:

Zadávatel' v časti X. požaduje výrobky, ktoré sú určené na:

1. Čistenie rán
2. Hojenie rán

Takto stanovená špecifikácia je diskriminačná pre mnohé spoločnosti na trhu, ktoré sa venujú len jednej z vyššie uvedených činností.

### Odpoveď:

**Verejný obstarávateľ v časti X. požaduje sadu dekolonizačných prípravkov na MRSA.**