

## VYHODNOTENIE prípravnej trhovej konzultácie

Verejný obstarávateľ vykonal v mesiaci 02/2023 vyhodnotenie prípravnej trhovej konzultácie (ďalej len "PTK") na predmet zákazky „Špeciálny zdravotnícky materiál na liečbu rán podtlakovou terapiou a prenájom odsávacích zariadení“ za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať Vami definované požiadavky na predmet zákazky.

Vrámcami PTK boli oslovení 14 potencionálni dodávateľia, z ktorých 2 predložili svoju ponuku. Oznámenie o PTK bolo zverejnené na webovej stránke www.vusch.sk.

### 1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

#### 1.1 Názov predmetu zákazky:

Špeciálny zdravotnícky materiál na liečbu rán podtlakovou terapiou a prenájom odsávacích zariadení

#### 1.2 CPV:

33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál  
33141110-4 Chirurgické obvazy  
33141600-6 Zberače a zberné vaky, drenáže a súpravy  
33155000-1 Prístroje na fyzikálnu terapiu  
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

#### 1.3 Druh:

tovar, služba

### 2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Špeciálny zdravotnícky materiál na podtlakovú terapiu (kompatibilný s prenájatým odsávacím zariadením na liečbu rán podtlakovou terapiou) a prenájom 10 ks nových, nepoužívaných, nerepasovaných mobilných odsávacích zariadení určených na liečbu rán podtlakovou terapiou vrátane poskytovania služieb údržby a servisných služieb k zariadeniam po dobu trvania zmluvného vzťahu.

### 3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

#### 3.1 Rozdelenie predmetu zákazky

##### 3.1.a) Rozdelenie na časti:

- Áno  
 Nie

##### 3.1.b) Zoznam položiek:

Poradové číslo	Názov položky predmetu zákazky	MJ	Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie 24 mesiacov
Položka č. 1	Krytie rany, veľkosť S	ks	24
Položka č. 2	Krytie rany, veľkosť M	ks	138
Položka č. 3	Krytie rany, veľkosť L	ks	164
Položka č. 4	Biele penové krytie	ks	22
Položka č. 5	Zberná nádoba s väčším objemom	ks	356
Položka č. 6	Port (pelota) s hadičkou	ks	14
Položka č. 7	Konektor v tvare "Y"	ks	20
Položka č. 8	Prenájom odsávacích zariadení	ks	10

#### 3.2 Dostupnosť na trhu:

- Bežná dostupnosť  
 Nie bežná dostupnosť

### 4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	Hartmann Rico spol. s r.o. Einsteinova 24 Bratislava 851 01	MED-ART, spol. s r.o. Hornočermárska 4 949 01 Nitra	DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
	Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky.  V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivalentnej hodnoty	Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky.  V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivalentnej hodnoty	Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
<b>Položka č. 1 - Krytie rany, veľkosť S</b>	<b>Položka č. 1</b>	<b>Položka č. 1</b>	<b>Položka č. 1 - Krytie rany, veľkosť S</b>
1. sterilný krycí set, ktorého obsahom je:	spĺňa	xxx	1. sterilný krycí set, ktorého obsahom je:
<b>1.1 Penové krytie:</b>	neuveďené	neuveďené	<b>1.1 Penové krytie:</b>
1.1.1 veľkosť potrebná pre kategóriu S (š x d x v ) 10x7,5x3,3 cm (+/- 1 mm),	spĺňa	spĺňa / naviac vo verzii s obsahom striebra	1.1.1 <u>Platí pôvodná hodnota</u> veľkosť potrebná pre kategóriu S (š x d x v ) 10x7,5x3,3 cm (+/- 1 mm),
1.1.2 materiál otvorený sieťovaný polyuretán (PU-ester pena), hydrofóbny, hypoalergénny, veľkosť pórov 500 mikrometrov,	spĺňa	spĺňa / 400-600	1.1.2 <u>Platí pôvodná hodnota</u> materiál otvorený sieťovaný polyuretán (PU-ester pena), hydrofóbny, hypoalergénny, veľkosť pórov 500 mikrometrov,
1.1.3 uľahčuje vylučovanie exudátu,	spĺňa	spĺňa	1.1.3 uľahčuje vylučovanie exudátu,
1.1.4 účinná stimulácia granulačného procesu v rane,	spĺňa	spĺňa	1.1.4 účinná stimulácia granulačného procesu v rane,
1.1.5 v terapeutickom intervale sa v rane nesmie rozpadáť ani doň vrastať granulačné tkanivo,	spĺňa	spĺňa	1.1.5 v terapeutickom intervale sa v rane nesmie rozpadáť ani doň vrastať granulačné tkanivo,
1.1.6 vyššia pevnosť v ťahu, odolnejšia voči roztrhnutiu,	spĺňa	spĺňa	1.1.6 vyššia pevnosť v ťahu, odolnejšia voči roztrhnutiu,
1.1.7 ľahká upraviteľnosť tvaru bežnými chirurgickými nástrojmi,	spĺňa	spĺňa	1.1.7 ľahká upraviteľnosť tvaru bežnými chirurgickými nástrojmi,
1.1.8 určené na jednorazové použitie,	spĺňa	spĺňa	1.1.8 určené na jednorazové použitie,
1.1.9 protiadhezívna technológia kontaktnej vrstvy s ranou,	spĺňa	spĺňa	1.1.9 protiadhezívna technológia kontaktnej vrstvy s ranou,
1.1.10 prítomnosť antibakteriálnej zložky,	spĺňa	spĺňa	1.1.10 prítomnosť antibakteriálnej zložky,
1.1.11 možná kombinovaná terapia, pena+ochranná strieborná bariéra, pena+silikonová mriežka.	spĺňa	spĺňa	1.1.11 možná kombinovaná terapia, pena+ochranná strieborná bariéra, pena+silikonová mriežka.
<b>1.2 Fóliové krytie:</b>	spĺňa	neuveďené	<b>1.2 Fóliové krytie:</b>
1.2.1 veľkosť potrebná pre kategóriu S: 2x15x30 cm (+/- 1 mm),	spĺňa	spĺňa	1.2.1 veľkosť potrebná pre kategóriu S: 2x15x30 cm (+/- 1 mm),
1.2.2 určená na dokonalé prekrytie polyuretánovej peny a okolitej kože,	spĺňa	spĺňa	1.2.2 určená na dokonalé prekrytie polyuretánovej peny a okolitej kože,
1.2.3 transparentnou fóliou, odolnou voči pretrhnutiu, samolepiaci filmový obväz vyrobený z polopriepustného, vodotesného polyuretánového filmu,	spĺňa	spĺňa	1.2.3 transparentnou fóliou, odolnou voči pretrhnutiu, samolepiaci filmový obväz vyrobený z polopriepustného, vodotesného polyuretánového filmu,
1.2.4 umožňuje voľný priechod vodných pár a plynov,	spĺňa	spĺňa	1.2.4 umožňuje voľný priechod vodných pár a plynov,
1.2.5 chráni pred prenikaním baktérií,	spĺňa	spĺňa	1.2.5 chráni pred prenikaním baktérií,
1.2.6 zabezpečuje nepriepustnosť systému,	spĺňa	spĺňa	1.2.6 zabezpečuje nepriepustnosť systému,

1.2.7	s hypoalergénnym lepidlom, dá sa bezbolestne odstrániť bez zanechania zvyškov,
1.2.8	lepiaca vrstva zaisťuje dobrú príľnavosť aj na kónických častiach tela,
1.2.9	špeciálna fólia pre zabránenie adhezií s orgánmi,
1.2.10	fólia z plastickej hmoty s lepiacou vrstvou, ochranná vrstva na oboch stranách fólie opticky viditeľná,
1.2.11	počet kusov v balení: min 2 ks,
1.2.12	v terapeutickom intervale nesmie vyvolávať žiadne kožné zmeny, reakcie a alergie.
<b>1.3</b>	<b>Port (pelota) s hadičkou:</b>
1.3.1	určený na prepojenie penového krytia so zbernou nádobou,
1.3.2	dostatočný priemer na drenáž exudátu z rany 0,5 cm (+/- 1 mm),
1.3.3	materiál nesmie spôsobovať zrážanie krvi,
1.3.4	v spolupráci s prístrojom meranie podtlaku v rane,
1.3.5	ľahká a opakovateľná rozpojiteľnosť prepojovacieho konektoru so zbernou nádobou,
1.3.6	elasticita a malé rozmery portu, minimálna možnosť vzniku dekubitu z portu,
1.3.7	systém znemožňujúci upchatie odvodnej hadičky,
1.3.8	port plochý 2-cestný s automatickým prefukom (2x 3x9mm), jemný z flexibilného silikónu (42x47mm) zabezpečujúci komfort pacienta (+/- 1 mm),
1.3.9	v spojení s prístrojom detekcia a signalizácia upchatia, zalomenia, stlačenia hadičky a netesnosti v systéme,
1.3.10	farebne odlišené koncovky pripojenia na odsávanie a privádzacie porty (oblasť rany a prístroj),
1.3.11	automatické prefukovanie odsávacích hadičiek.
<b>Položka č. 2 - Krytie rany, veľkosť M</b>	
2.	sterilný krycí set, ktorého obsahom je:
<b>2.1</b>	<b>Penové krytie:</b>
2.1.1	veľkosť potrebná pre kategóriu M (š x d x v ) 18x12,5x3,3 cm (+/- 1 mm),
2.1.2	materiál otvorený sieťovaný polyuretán (PU-ester pena), hydrofóbny, hypoalergénny, veľkosť pórov 500 mikrometrov,
2.1.3	uľahčuje vylučovanie exudátu,
2.1.4	účinná stimulácia granulačného procesu v rane,
2.1.5	v terapeutickom intervale sa v rane nesmie rozpadáť ani doň vrastať granulačné tkanivo,
2.1.6	vyššia pevnosť v ťahu, odolnejšia voči roztrhnutiu,
2.1.7	ľahká upraviteľnosť tvaru bežnými chirurgickými nástrojmi,
2.1.8	určené na jednorazové použitie,
2.1.9	protiadhezívna technológia kontaktnej vrstvy s ranou,
2.1.10	prítomnosť antibakteriálnej zložky,
2.1.11	možná kombinovaná terapia, pena+ochranná strieborná bariéra, pena+silikonová mriežka.
<b>2.2</b>	<b>Fóliové krytie:</b>
2.2.1	veľkosť potrebná pre kategóriu M: 2x20x30 cm (+/- 1 mm),
2.2.2	určená na dokonalé prekrytie polyuretánovej peny a okolitej kože,
2.2.3	transparentnou fóliou, odolnou voči pretrhnutiu, samolepiaci filmový obväz vyrobený z polopriepustného, vodotesného polyuretánového filmu,
2.2.4	umožňuje voľný prechod vodných pár a plynov,
2.2.5	chráni pred prenikaním baktérií,
2.2.6	zabezpečuje nepriedušnosť systému,
2.2.7	s hypoalergénnym lepidlom, dá sa bezbolestne odstrániť bez zanechania zvyškov,
2.2.8	lepiaca vrstva zaisťuje dobrú príľnavosť aj na kónických častiach tela,
2.2.9	špeciálna fólia pre zabránenie adhezií s orgánmi,
2.2.10	fólia z plastickej hmoty s lepiacou vrstvou, ochranná vrstva na oboch stranách fólie opticky viditeľná,
2.2.11	počet kusov v balení: min 2 ks,
2.2.12	v terapeutickom intervale nesmie vyvolávať žiadne kožné zmeny, reakcie a alergie.
<b>2.3</b>	<b>Port (pelota) s hadičkou:</b>
2.3.1	určený na prepojenie penového krytia so zbernou nádobou,
2.3.2	dostatočný priemer na drenáž exudátu z rany 0,5 cm (+/- 1 mm),
2.3.3	materiál nesmie spôsobovať zrážanie krvi,
2.3.4	v spolupráci s prístrojom meranie podtlaku v rane,
2.3.5	ľahká a opakovateľná rozpojiteľnosť prepojovacieho konektoru so zbernou nádobou,
2.3.6	elasticita a malé rozmery portu, minimálna možnosť vzniku dekubitu z portu,
2.3.7	systém znemožňujúci upchatie odvodnej hadičky,
2.3.8	port plochý 2-cestný s automatickým prefukom (2x3x9mm), jemný z flexibilného silikónu (42x47mm) zabezpečujúci komfort pacienta (+/- 1 mm),

spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	neuveденé
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	nesplňa / port guľatý 2-cestný s automatickým prefukom jemný z flexibilného silikónu (priem. 42mm) vybavený patentovanou technológiou merania tlaku v rane SENSE T.R.A.C.
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
<b>Položka č. 2</b>	<b>Položka č. 2</b>
spĺňa	xxx
neuveденé	neuveденé
spĺňa	spĺňa / navyč vo verzii s obsahom striebra
spĺňa	spĺňa / 400-600
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
neuveденé	neuveденé
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	nesplňa / port guľatý 2-cestný s automatickým prefukom jemný z flexibilného silikónu (priem. 42mm) vybavený patentovanou technológiou merania tlaku v rane SENSE T.R.A.C.
spĺňa	spĺňa

1.2.7	s hypoalergénnym lepidlom, dá sa bezbolestne odstrániť bez zanechania zvyškov,
1.2.8	lepiaca vrstva zaisťuje dobrú príľnavosť aj na kónických častiach tela,
1.2.9	špeciálna fólia pre zabránenie adhezií s orgánmi,
1.2.10	fólia z plastickej hmoty s lepiacou vrstvou, ochranná vrstva na oboch stranách fólie opticky viditeľná,
1.2.11	počet kusov v balení: min 2 ks,
1.2.12	v terapeutickom intervale nesmie vyvolávať žiadne kožné zmeny, reakcie a alergie.
<b>1.3</b>	<b>Port (pelota) s hadičkou:</b>
1.3.1	určený na prepojenie penového krytia so zbernou nádobou,
1.3.2	dostatočný priemer na drenáž exudátu z rany 0,5 cm (+/- 1 mm),
1.3.3	materiál nesmie spôsobovať zrážanie krvi,
1.3.4	v spolupráci s prístrojom meranie podtlaku v rane,
1.3.5	ľahká a opakovateľná rozpojiteľnosť prepojovacieho konektoru so zbernou nádobou,
1.3.6	elasticita a malé rozmery portu, minimálna možnosť vzniku dekubitu z portu,
1.3.7	systém znemožňujúci upchatie odvodnej hadičky,
1.3.8	<u>Platí pôvodná hodnota</u> port plochý 2-cestný s automatickým prefukom (2x 3x9mm), jemný z flexibilného silikónu (42x47mm) zabezpečujúci komfort pacienta (+/- 1 mm),
1.3.9	v spojení s prístrojom detekcia a signalizácia upchatia, zalomenia, stlačenia hadičky a netesnosti v systéme,
1.3.10	farebne odlišené koncovky pripojenia na odsávanie a privádzacie porty (oblasť rany a prístroj),
1.3.11	automatické prefukovanie odsávacích hadičiek.
<b>Položka č. 2 - Krytie rany, veľkosť M</b>	
2.	sterilný krycí set, ktorého obsahom je:
<b>2.1</b>	<b>Penové krytie:</b>
2.1.1	<u>Platí pôvodná hodnota</u> veľkosť potrebná pre kategóriu M (š x d x v ) 18x12,5x3,3 cm (+/- 1 mm),
2.1.2	<u>Platí pôvodná hodnota</u> materiál otvorený sieťovaný polyuretán (PU-ester pena), hydrofóbny,
2.1.3	uľahčuje vylučovanie exudátu,
2.1.4	účinná stimulácia granulačného procesu v rane,
2.1.5	v terapeutickom intervale sa v rane nesmie rozpadáť ani doň vrastať granulačné tkanivo,
2.1.6	vyššia pevnosť v ťahu, odolnejšia voči roztrhnutiu,
2.1.7	ľahká upraviteľnosť tvaru bežnými chirurgickými nástrojmi,
2.1.8	určené na jednorazové použitie,
2.1.9	protiadhezívna technológia kontaktnej vrstvy s ranou,
2.1.10	prítomnosť antibakteriálnej zložky,
2.1.11	možná kombinovaná terapia, pena+ochranná strieborná bariéra, pena+silikonová mriežka.
<b>2.2</b>	<b>Fóliové krytie:</b>
2.2.1	veľkosť potrebná pre kategóriu M: 2x20x30 cm (+/- 1 mm),
2.2.2	určená na dokonalé prekrytie polyuretánovej peny a okolitej kože,
2.2.3	transparentnou fóliou, odolnou voči pretrhnutiu, samolepiaci filmový obväz vyrobený z polopriepustného, vodotesného polyuretánového filmu,
2.2.4	umožňuje voľný prechod vodných pár a plynov,
2.2.5	chráni pred prenikaním baktérií,
2.2.6	zabezpečuje nepriedušnosť systému,
2.2.7	s hypoalergénnym lepidlom, dá sa bezbolestne odstrániť bez zanechania zvyškov,
2.2.8	lepiaca vrstva zaisťuje dobrú príľnavosť aj na kónických častiach tela,
2.2.9	špeciálna fólia pre zabránenie adhezií s orgánmi,
2.2.10	fólia z plastickej hmoty s lepiacou vrstvou, ochranná vrstva na oboch stranách fólie opticky viditeľná,
2.2.11	počet kusov v balení: min 2 ks,
2.2.12	v terapeutickom intervale nesmie vyvolávať žiadne kožné zmeny, reakcie a alergie.
<b>2.3</b>	<b>Port (pelota) s hadičkou:</b>
2.3.1	určený na prepojenie penového krytia so zbernou nádobou,
2.3.2	dostatočný priemer na drenáž exudátu z rany 0,5 cm (+/- 1 mm),
2.3.3	materiál nesmie spôsobovať zrážanie krvi,
2.3.4	v spolupráci s prístrojom meranie podtlaku v rane,
2.3.5	ľahká a opakovateľná rozpojiteľnosť prepojovacieho konektoru so zbernou nádobou,
2.3.6	elasticita a malé rozmery portu, minimálna možnosť vzniku dekubitu z portu,
2.3.7	systém znemožňujúci upchatie odvodnej hadičky,
2.3.8	<u>Platí pôvodná hodnota</u> port plochý 2-cestný s automatickým prefukom (2x3x9mm), jemný z flexibilného silikónu (42x47mm) zabezpečujúci komfort pacienta (+/- 1 mm),

2.3.9	v spojení s přístrojem detekcia a signalizácia upchatia, zalomenia, stlačenia hadičky a netesnosti v systéme,	spĺňa	spĺňa	2.3.9	v spojení s přístrojem detekcia a signalizácia upchatia, zalomenia, stlačenia hadičky a netesnosti v systéme,	spĺňa	spĺňa
2.3.10	farebne odlišené koncovky pripojenia na odsávanie a privádzacie porty (oblasť rany a prístroj,	spĺňa	spĺňa	2.3.10	farebne odlišené koncovky pripojenia na odsávanie a privádzacie porty (oblasť rany a prístroj,	spĺňa	spĺňa
2.3.11	automatické prefukovanie odsávacích hadičiek.	spĺňa	spĺňa	2.3.11	automatické prefukovanie odsávacích hadičiek.	spĺňa	spĺňa
<b>Položka č. 3 - Krytie rany, veľkosť L</b>		<b>Položka č. 3</b>		<b>Položka č. 3</b>		<b>Položka č. 3 - Krytie rany, veľkosť L</b>	
3.	sterilný krycí set, ktorého obsahom je:	spĺňa	xxx	3.	sterilný krycí set, ktorého obsahom je:	spĺňa	xxx
<b>3.1</b>	<b>Penové krytie:</b>	neuvedené	neuvedené	<b>3.1</b>	<b>Penové krytie:</b>	neuvedené	neuvedené
3.1.1	veľkosť potrebná pre kategóriu L (š x d x v ) 26x15x3,3 cm (+/- 1 mm),	spĺňa	spĺňa / navyiac vo verzii s obsahom striebra	3.1.1	<u>Platí pôvodná hodnota</u> veľkosť potrebná pre kategóriu L (š x d x v ) 26x15x3,3 cm (+/- 1 mm),	spĺňa	spĺňa / navyiac vo verzii s obsahom striebra
3.1.2	materiál otvorený sieťovaný polyuretán (PU-ester pena), hydrofóbný, hypoalergénny, veľkosť pórov 500 mikrometrov,	spĺňa	spĺňa / 400-600	3.1.2	<u>Platí pôvodná hodnota</u> materiál otvorený sieťovaný polyuretán (PU-ester pena), hydrofóbný, hypoalergénny, veľkosť pórov 500 mikrometrov,	spĺňa	spĺňa / 400-600
3.1.3	uľahčuje vylučovanie exudátu,	spĺňa	spĺňa	3.1.3	uľahčuje vylučovanie exudátu,	spĺňa	spĺňa
3.1.4	účinná stimulácia granulačného procesu v rane,	spĺňa	spĺňa	3.1.4	účinná stimulácia granulačného procesu v rane,	spĺňa	spĺňa
3.1.5	v terapeutickom intervale sa v rane nesmie rozpadat' ani doň vrasť granulačné tkanivo,	spĺňa	spĺňa	3.1.5	v terapeutickom intervale sa v rane nesmie rozpadat' ani doň vrasť granulačné tkanivo,	spĺňa	spĺňa
3.1.6	vyššia pevnosť v ťahu, odolnejšia voči roztrhnutiu,	spĺňa	spĺňa	3.1.6	vyššia pevnosť v ťahu, odolnejšia voči roztrhnutiu,	spĺňa	spĺňa
3.1.7	ľahká upraviteľnosť tvaru bežnými chirurgickými nástrojmi,	spĺňa	spĺňa	3.1.7	ľahká upraviteľnosť tvaru bežnými chirurgickými nástrojmi,	spĺňa	spĺňa
3.1.8	určené na jednorazové použitie,	spĺňa	spĺňa	3.1.8	určené na jednorazové použitie,	spĺňa	spĺňa
3.1.9	protiadhezívna technológia kontaktnej vrstvy s ranou,	spĺňa	spĺňa	3.1.9	protiadhezívna technológia kontaktnej vrstvy s ranou,	spĺňa	spĺňa
3.1.10	prítomnosť antibakteriálnej zložky,	spĺňa	spĺňa	3.1.10	prítomnosť antibakteriálnej zložky,	spĺňa	spĺňa
3.1.11	možná kombinovaná terapia, pena+ochranná strieborná bariéra, pena+silikonová mriežka.	spĺňa	spĺňa	3.1.11	možná kombinovaná terapia, pena+ochranná strieborná bariéra, pena+silikonová mriežka.	spĺňa	spĺňa
<b>3.2</b>	<b>Fóliové krytie:</b>	neuvedené	neuvedené	<b>3.2</b>	<b>Fóliové krytie:</b>	neuvedené	neuvedené
3.2.1	veľkosť potrebná pre kategóriu L: 2x 20x30 cm (+/- 1 mm),	spĺňa	spĺňa	3.2.1	veľkosť potrebná pre kategóriu L: 2x 20x30 cm (+/- 1 mm),	spĺňa	spĺňa
3.2.2	určená na dokonalé prekrytie polyuretánovej peny a okolitej kože,	spĺňa	spĺňa	3.2.2	určená na dokonalé prekrytie polyuretánovej peny a okolitej kože,	spĺňa	spĺňa
3.2.3	transparentnou fóliou, odolnou voči pretrhnutiu, samolepiaci filmový obväz vyrobený z polopriepustného, vodotesného polyuretánového filmu,	spĺňa	spĺňa	3.2.3	transparentnou fóliou, odolnou voči pretrhnutiu, samolepiaci filmový obväz vyrobený z polopriepustného, vodotesného polyuretánového filmu,	spĺňa	spĺňa
3.2.4	umožňuje voľný priechod vodných pár a plynov,	spĺňa	spĺňa	3.2.4	umožňuje voľný priechod vodných pár a plynov,	spĺňa	spĺňa
3.2.5	chráni pred prenikaním baktérií,	spĺňa	spĺňa	3.2.5	chráni pred prenikaním baktérií,	spĺňa	spĺňa
3.2.6	zabezpečuje nepriedušnosť systému,	spĺňa	spĺňa	3.2.6	zabezpečuje nepriedušnosť systému,	spĺňa	spĺňa
3.2.7	s hypoalergénnym lepidlom, dá sa bezbolestne odstrániť bez zanechania zvyškov,	spĺňa	spĺňa	3.2.7	s hypoalergénnym lepidlom, dá sa bezbolestne odstrániť bez zanechania zvyškov,	spĺňa	spĺňa
3.2.8	lepiaca vrstva zaisťuje dobrú príľnavosť aj na kónických častiach tela,	spĺňa	spĺňa	3.2.8	lepiaca vrstva zaisťuje dobrú príľnavosť aj na kónických častiach tela,	spĺňa	spĺňa
3.2.9	špeciálna fólia pre zabránenie adhezií s orgánmi,	spĺňa	spĺňa	3.2.9	špeciálna fólia pre zabránenie adhezií s orgánmi,	spĺňa	spĺňa
3.2.10	fólia z plastickej hmoty s lepiacou vrstvou, ochranná vrstva na oboch stranách fólie opticky viditeľná,	spĺňa	spĺňa	3.2.10	fólia z plastickej hmoty s lepiacou vrstvou, ochranná vrstva na oboch stranách fólie opticky viditeľná,	spĺňa	spĺňa
3.2.11	počet kusov v balení: min 2 ks,	spĺňa	spĺňa	3.2.11	počet kusov v balení: min 2 ks,	spĺňa	spĺňa
3.2.12	v terapeutickom intervale nesmie vyvolávať žiadne kožné zmeny, reakcie a alergie.	spĺňa	spĺňa	3.2.12	v terapeutickom intervale nesmie vyvolávať žiadne kožné zmeny, reakcie a alergie.	spĺňa	spĺňa
<b>3.3</b>	<b>Port (pelota) s hadičkou:</b>	neuvedené	spĺňa	<b>3.3</b>	<b>Port (pelota) s hadičkou:</b>	neuvedené	spĺňa
3.3.1	určený na prepojenie penového krytia so zbernou nádobou,	spĺňa	spĺňa	3.3.1	určený na prepojenie penového krytia so zbernou nádobou,	spĺňa	spĺňa
3.3.2	dostatočný priemer na drenáž exudátu z rany 0,5 cm (+/- 1 mm),	spĺňa	spĺňa	3.3.2	dostatočný priemer na drenáž exudátu z rany 0,5 cm (+/- 1 mm),	spĺňa	spĺňa
3.3.3	materiál nesmie spôsobovať zrážanie krvi,	spĺňa	spĺňa	3.3.3	materiál nesmie spôsobovať zrážanie krvi,	spĺňa	spĺňa
3.3.4	v spolupráci s prístrojom meranie podtlaku v rane,	spĺňa	spĺňa	3.3.4	v spolupráci s prístrojom meranie podtlaku v rane,	spĺňa	spĺňa
3.3.5	ľahká a opakovateľná rozpojiteľnosť prepojavacieho konektoru so zbernou nádobou,	spĺňa	spĺňa	3.3.5	ľahká a opakovateľná rozpojiteľnosť prepojavacieho konektoru so zbernou nádobou,	spĺňa	spĺňa
3.3.6	elasticita a malé rozmery portu, minimálna možnosť vzniku dekubitu z portu,	spĺňa	spĺňa	3.3.6	elasticita a malé rozmery portu, minimálna možnosť vzniku dekubitu z portu,	spĺňa	spĺňa
3.3.7	systém znemožňujúci upchatie odvodnej hadičky,	spĺňa	spĺňa	3.3.7	systém znemožňujúci upchatie odvodnej hadičky,	spĺňa	spĺňa
3.3.8	port plochý 2-cestný s automatickým prefukom (2x 3x9mm), jemný z flexibilného silikónu (42x47mm) zabezpečujúci komfort pacienta (+/- 1 mm),	spĺňa	nespĺňa / port guľatý 2-cestný s automatickým prefukom jemný z flexibilného silikónu (priem. 42mm) vybavený patentovanou technológiou merania tlaku v rane SENS A T.R.A.C.	3.3.8	<u>Platí pôvodná hodnota</u> port plochý 2-cestný s automatickým prefukom (2x 3x9mm), jemný z flexibilného silikónu (42x47mm) zabezpečujúci komfort pacienta (+/- 1 mm),	spĺňa	spĺňa
3.3.9	v spojení s prístrojom detekcia a signalizácia upchatia, zalomenia, stlačenia hadičky a netesnosti v systéme,	spĺňa	spĺňa	3.3.9	v spojení s prístrojom detekcia a signalizácia upchatia, zalomenia, stlačenia hadičky a netesnosti v systéme,	spĺňa	spĺňa
3.3.10	farebne odlišené koncovky pripojenia na odsávanie a privádzacie porty (oblasť rany a prístroj,	spĺňa	spĺňa	3.3.10	farebne odlišené koncovky pripojenia na odsávanie a privádzacie porty (oblasť rany a prístroj,	spĺňa	spĺňa
3.3.11	automatické prefukovanie odsávacích hadičiek.	spĺňa	spĺňa	3.3.11	automatické prefukovanie odsávacích hadičiek.	spĺňa	spĺňa
<b>Položka č. 4 - Biele penové krytie</b>		<b>Položka č. 4</b>		<b>Položka č. 4 - Biele penové krytie</b>		<b>Položka č. 4</b>	
4.1	sterilné, penové, vlhké, hydrofilné krytie,	spĺňa	spĺňa	4.1	sterilné, penové, vlhké, hydrofilné krytie,	spĺňa	spĺňa
4.2	určené na aplikáciu prostredníctvom podtlakovej terapie,	spĺňa	spĺňa	4.2	určené na aplikáciu prostredníctvom podtlakovej terapie,	spĺňa	spĺňa
4.3	materiál: polyvinylakoholové vlákna,	spĺňa	spĺňa	4.3	materiál: polyvinylakoholové vlákna,	spĺňa	spĺňa
4.4	uľahčuje vylučovanie exsudátu,	spĺňa	spĺňa	4.4	uľahčuje vylučovanie exsudátu,	spĺňa	spĺňa
4.5	podporuje tvorbu granulačného tkaniva,	spĺňa	spĺňa	4.5	podporuje tvorbu granulačného tkaniva,	spĺňa	spĺňa
4.6	určená na jednorazové použitie.	spĺňa	spĺňa	4.6	určená na jednorazové použitie.	spĺňa	spĺňa
<b>Položka č. 5 - Zberná nádoba s väčším objemom</b>		<b>Položka č. 5</b>		<b>Položka č. 5 - Zberná nádoba s väčším objemom</b>		<b>Položka č. 5</b>	
5.1	požaduje sa:	neuvedené	xxx	5.1	požaduje sa:	neuvedené	xxx
5.1.1	sterilné balenie,	spĺňa	spĺňa / 300, 500 a 1000ml	5.1.1	<u>Platí pôvodná hodnota</u> sterilné balenie,	spĺňa	spĺňa / 300, 500 a 1000ml
5.1.2	objem kanistra v intervale od 500 ml do 1000 ml,	spĺňa / 800 ml	spĺňa	5.1.2	objem kanistra v intervale od 500 ml do 1000 ml,	spĺňa / 800 ml	spĺňa
5.1.3	určená na dočasné uloženie aspiračnej tekutiny a odpadu z rany,	spĺňa	spĺňa	5.1.3	určená na dočasné uloženie aspiračnej tekutiny a odpadu z rany,	spĺňa	spĺňa
5.1.4	jednoduché pripojenie na prístroj pre podtlakovú liečbu, zatlačením kanistra do prístroja v určenom mieste,	spĺňa	spĺňa	5.1.4	jednoduché pripojenie na prístroj pre podtlakovú liečbu, zatlačením kanistra do prístroja v určenom mieste,	spĺňa	spĺňa

5.1.5	uvoľnenie kanistra stlačením jediného tlačidla,
5.1.6	v spojení prístrojom detekcia a signalizácia kompletného naplnenia kanistra,
5.1.7	špeciálny filter zabraňujúci unikaniu zápachu z exudátu,
5.1.8	gél alebo látku zabezpečujúcu zmenu exudátu z tekutej na gélovú formu,
5.1.9	určená na jednorazové použitie.
<b>Položka č. 6 - Port (pelota) s hadičkou</b>	
6.1	požaduje sa:
6.1.1	sterilné balenie,
6.1.2	určený na prepojenie penového krytia so zbernou nádobou,
6.1.3	dostatočný priemer na drenáž exudátu z rany 0,5 cm (+/- 1 mm),
6.1.4	materiál nesmie spôsobovať zrážanie krvi,
6.1.5	v spolupráci s prístrojom meranie podtlaku v rane,
6.1.6	ľahká a opakovateľná rozpojiteľnosť prepojovacieho konektoru so zbernou nádobou,
6.1.7	elasticita a malé rozmery portu, minimálna možnosť vzniku dekubitu z portu,
6.1.8	systém znemožňujúci upchatie odvodnej hadičky,
6.1.9	port plochý 2-cestný s automatickým prefukom (2x 3x9mm), jemný z flexibilného silikónu (42x47mm) zabezpečujúci komfort pacienta (+/- 1 mm),
6.1.10	v spojení s prístrojom detekcia a signalizácia upchatia, zalomenia, stlačenia hadičky a netesnosti v systéme,
6.1.11	farebne odlišené koncovky pripojenia na odsávanie a privádzacie porty (oblasť rany a prístroj),
6.1.12	automatické prefukovanie odsávacích hadičiek.
<b>Položka č. 7 - Konektor v tvare "Y"</b>	
7.1	požaduje sa:
7.1.1	sterilný konektor v tvare "Y",
7.1.2	používa sa na napojenie dvoch dvojcestných portsystémov s jednotkou odsávania (prístrojom) - Technika premostenia rany (v prípade ak má pacient viac rán je možné ich liečiť jedným prístrojom),
7.1.3	materiál: PVC.
<b>Položka č. 8 - Prenájom odsávacích zariadení</b>	
8.1	požaduje sa:
8.1.1	prenájom nových, nerepasovaných, nepoužitých mobilných odsávacích zariadení určených na liečbu rán podtlakovou terapiou vrátane poskytovania služieb údržby a servisných služieb k zariadeniam po dobu trvania zmluvného vzťahu,
8.1.2	musí byť použiteľný aj v stacionárnom, aj prenosnom režime práce,
8.1.3	rozmery (š x d x v ) do 164x206x95 mm (+/- 1 mm)
8.1.4	štandardná podtlaková terapia indikovaná pri liečbe akútnych a chronických rán, infikovaných rán a rán vzniknutých dehiscenciou po chirurgických výkonoch,
8.1.5	prenosné, nezávislé na sieťovom napájaní, minimálna výdrž bez dobitia 15 hodín,
8.1.6	samostatne stojaci na podložke
8.1.7	elektronické monitorovacie funkcie v spojení s optickými a akustickými ukazovateľmi, podtlaková jednotka s automatickým monitoringom nastavených terapeutických hodnôt,
8.1.8	možnosť zavesenia prístroja s kanistrom pomocou popruhu (nie tašky) na rameno pacienta a pod.
8.1.9	hmotnosť do 1,2 kg,
8.1.10	interná pamäť min. 4 MB pre terapeutické dáta.
<b>8.1.11 Batéria</b>	
8.1.11.1	doba nabíjania do 2,5 hod.,
8.1.11.2	Kapacita batérie 2700 mAh
8.1.11.3	doba prevádzky lítio-iónového akumulátora min.16 hodín pri plnom nabíjaní.
<b>8.1.12 Displej</b>	
8.1.12.1	zobrazovanie - grafický dotykový display s podsvietením,
8.1.12.2	ovládanie v rukaviciach,
8.1.12.3	zabezpečenie - zámok nastavení s cieľom zabrániť prístupu pacienta k nastaveniam terapie,
8.1.12.4	membránové čerpadlo bezúdržbové,

spĺňa	
spĺňa	
spĺňa	
spĺňa	
spĺňa	
<b>Položka č. 6</b>	
	xxx
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	nesplňa / port guľatý 2-cestný s automatickým prefukom jemný z flexibilného silikónu (priem. 42mm) vybavený patentovanou technológiou merania tlaku v rane SENA T.R.A.C.
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
<b>Položka č. 7</b>	
neuvedené	xxx
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
<b>Položka č. 8</b>	
neuvedené	xxx
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa/nesplňa VAC ULTA: 217x269x191mm ACTI V.A.C.: 152x193x64mm
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa/nesplňa VAC ULTA: 7 hodín ACTI V.A.C.: 16 hodín
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa/nesplňa VAC ULTA: nemá vlastný popruh ACTI VAC: má vlastnú tašku chráni pred poškodením
spĺňa	spĺňa/nesplňa VAC ULTA: 3,35 kg ACTI VAC.: 1,08 kg
spĺňa	spĺňa
neuvedené	neuvedené
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa/nesplňa VAC ULTA: 7 hod. ACTI VAC.: 16 hod.
neuvedené	neuvedené
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa

5.1.5	uvoľnenie kanistra stlačením jediného tlačidla,
5.1.6	v spojení prístrojom detekcia a signalizácia kompletného naplnenia kanistra,
5.1.7	špeciálny filter zabraňujúci unikaniu zápachu z exudátu,
5.1.8	gél alebo látku zabezpečujúcu zmenu exudátu z tekutej na gélovú formu,
5.1.9	určená na jednorazové použitie.
<b>Položka č. 6 - Port (pelota) s hadičkou</b>	
6.1	požaduje sa:
6.1.1	sterilné balenie,
6.1.2	určený na prepojenie penového krytia so zbernou nádobou,
6.1.3	dostatočný priemer na drenáž exudátu z rany 0,5 cm (+/- 1 mm),
6.1.4	materiál nesmie spôsobovať zrážanie krvi,
6.1.5	v spolupráci s prístrojom meranie podtlaku v rane,
6.1.6	ľahká a opakovateľná rozpojiteľnosť prepojovacieho konektoru so zbernou nádobou,
6.1.7	elasticita a malé rozmery portu, minimálna možnosť vzniku dekubitu z portu,
6.1.8	systém znemožňujúci upchatie odvodnej hadičky,
6.1.9	<u>Platí pôvodná hodnota</u> port plochý 2-cestný s automatickým prefukom (2x 3x9mm), jemný z flexibilného silikónu (42x47mm) zabezpečujúci komfort pacienta (+/- 1 mm),
6.1.10	v spojení s prístrojom detekcia a signalizácia upchatia, zalomenia, stlačenia hadičky a netesnosti v systéme,
6.1.11	farebne odlišené koncovky pripojenia na odsávanie a privádzacie porty (oblasť rany a prístroj),
6.1.12	automatické prefukovanie odsávacích hadičiek.
<b>Položka č. 7 - Konektor v tvare "Y"</b>	
7.1	požaduje sa:
7.1.1	sterilný konektor v tvare "Y",
7.1.2	používa sa na napojenie dvoch dvojcestných portsystémov s jednotkou odsávania (prístrojom) - Technika premostenia rany (v prípade ak má pacient viac rán je možné ich liečiť jedným prístrojom),
7.1.3	materiál: PVC.
<b>Položka č. 8 - Prenájom odsávacích zariadení</b>	
8.1	požaduje sa:
8.1.1	prenájom nových, nerepasovaných, nepoužitých mobilných odsávacích zariadení určených na liečbu rán podtlakovou terapiou vrátane poskytovania služieb údržby a servisných služieb k zariadeniam po dobu trvania zmluvného vzťahu,
8.1.2	musí byť použiteľný aj v stacionárnom, aj prenosnom režime práce,
8.1.3	<u>Platí pôvodná hodnota</u> rozmery (š x d x v ) do 164x206x95 mm (+/- 1 mm)
8.1.4	štandardná podtlaková terapia indikovaná pri liečbe akútnych a chronických rán, infikovaných rán a rán vzniknutých dehiscenciou po chirurgických výkonoch,
8.1.5	<u>Platí pôvodná hodnota</u> prenosné, nezávislé na sieťovom napájaní, minimálna výdrž bez dobitia 15 hodín,
8.1.6	samostatne stojaci na podložke
8.1.7	elektronické monitorovacie funkcie v spojení s optickými a akustickými ukazovateľmi, podtlaková jednotka s automatickým monitoringom nastavených terapeutických hodnôt,
8.1.8	<u>Platí pôvodná hodnota</u> možnosť zavesenia prístroja s kanistrom pomocou popruhu (nie tašky) na rameno pacienta a pod.
8.1.9	<u>Platí pôvodná hodnota</u> hmotnosť do 1,2 kg,
8.1.10	interná pamäť min. 4 MB pre terapeutické dáta.
<b>8.1.11 Batéria</b>	
8.1.11.1	doba nabíjania do 2,5 hod.,
8.1.11.2	Kapacita batérie 2700 mAh
8.1.11.3	<u>Platí pôvodná hodnota</u> doba prevádzky lítio-iónového akumulátora min.16 hodín pri plnom nabíjaní.
<b>8.1.12 Displej</b>	
8.1.12.1	zobrazovanie - grafický dotykový display s podsvietením,
8.1.12.2	ovládanie v rukaviciach,
8.1.12.3	zabezpečenie - zámok nastavení s cieľom zabrániť prístupu pacienta k nastaveniam terapie,
8.1.12.4	membránové čerpadlo bezúdržbové,

8.1.12.5	prefukovanie hadičiek automatické,
8.1.12.6	ovládacie prvky resp. dotyková obrazovka prístroja v slovenskom (alebo českom) jazyku.
<b>8.1.13 Alarmy</b>	
8.1.13.1	netesnosť (leak),
8.1.13.2	obštrukcia,
8.1.13.3	plnosť kanistra,
8.1.13.4	slabá batéria,
8.1.13.5	stíšenie/vypnutie zvuku (nočný režim).
<b>8.1.14 Nastavenia</b>	
8.1.14.1	možnosť nastavenia kontinuálnej alebo prerušovanej terapie,
8.1.14.2	elektronická regulácia podtlaku, v rozmedzí od 20 mmHg do 250 mmHg, po 5 mmHg. (50-200),
8.1.14.3	automatická regulácia intenzity sania,
8.1.14.4	pri prerušovanom režime variabilné nastavenie časových intervalov a hodnoty podtlaku,
8.1.14.5	automatické prefukovanie odsávacích hadičiek.
<b>8.1.15 Dodávateľ prenájatých zariadení v cene prenájmu zabezpečí pre objednávateľa nasledovné služby:</b>	
8.1.15.1	doprava zariadení na miesto plnenia, manipuláciu z vozidla do a v rámci budovy, vybalenie, odber a likvidácia obalov,
8.1.15.2	inštalácia prenájatých zariadení na mieste plnenia vrátane spustenia do prevádzky a ich nastavenia, ktoré zahŕňa prácu technika v mieste inštalácie zariadenia a cestovných nákladov technika,
8.1.15.3	poskytovanie telefonických alebo on-line konzultácií týkajúcich sa prenájatých zariadení vyškolenými pracovníkmi dodávateľa,
8.1.15.4	zaškolenie min. 2 pracovníkov objednávateľa o správnom používaní a obsluhu zariadení na mieste inštalácie zariadení,
8.1.15.5	udržiavanie zariadení v prevádzkyschopnom stave vrátane údržby po opotrebovaní jednotlivých častí zariadení zahŕňajúca prácu servisného technika pri lokalizácii a odstránení poruchy zariadenia v mieste inštalácie zariadenia a cestovné náklady technika,
8.1.15.6	pravidelná údržba zariadení v termínoch a rozsahu stanovenom výrobcom zariadení,
8.1.15.7	pravidelne profilaktické prehliadky 1x za 12 mesiacov,
8.1.15.8	minimálna bezplatná kalibrácia 1x za 24 mesiacov,
8.1.15.9	servis pri poruche zariadení v mieste inštalácie tohto zariadenia, a to najmä vykonanie opráv, dodávky a montáže originálnych náhradných dielov v prípade potreby ich výmeny z dôvodu ich vady alebo opotrebovania s termínom vykonania opravy do 48 hodín od jej nahlásenia,
8.1.15.10	poskytnutie náhradného zariadenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami počas vykonania opravy v prípadoch, ak oprava poruchy zariadenia presiahne 2 dni a to počas celej doby, ktorej bude zariadenie v oprave.

spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
neuvedené	neuvedené
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
neuvedené	neuvedené
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
neuvedené	xxx
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa
spĺňa	spĺňa

8.1.12.5	prefukovanie hadičiek automatické,
8.1.12.6	ovládacie prvky resp. dotyková obrazovka prístroja v slovenskom (alebo českom) jazyku.
<b>8.1.13 Alarmy</b>	
8.1.13.1	netesnosť (leak),
8.1.13.2	obštrukcia,
8.1.13.3	plnosť kanistra,
8.1.13.4	slabá batéria,
8.1.13.5	stíšenie/vypnutie zvuku (nočný režim).
<b>8.1.14 Nastavenia</b>	
8.1.14.1	možnosť nastavenia kontinuálnej alebo prerušovanej terapie,
8.1.14.2	elektronická regulácia podtlaku, v rozmedzí od 20 mmHg do 250 mmHg, po 5 mmHg. (50-200),
8.1.14.3	automatická regulácia intenzity sania,
8.1.14.4	pri prerušovanom režime variabilné nastavenie časových intervalov a hodnoty podtlaku,
8.1.14.5	automatické prefukovanie odsávacích hadičiek.
<b>8.1.15 Dodávateľ prenájatých zariadení v cene prenájmu zabezpečí pre objednávateľa nasledovné služby:</b>	
8.1.15.1	doprava zariadení na miesto plnenia, manipuláciu z vozidla do a v rámci budovy, vybalenie, odber a likvidácia obalov,
8.1.15.2	inštalácia prenájatých zariadení na mieste plnenia vrátane spustenia do prevádzky a ich nastavenia, ktoré zahŕňa prácu technika v mieste inštalácie zariadenia a cestovných nákladov technika,
8.1.15.3	poskytovanie telefonických alebo on-line konzultácií týkajúcich sa prenájatých zariadení vyškolenými pracovníkmi dodávateľa,
8.1.15.4	zaškolenie min. 2 pracovníkov objednávateľa o správnom používaní a obsluhu zariadení na mieste inštalácie zariadení,
8.1.15.5	udržiavanie zariadení v prevádzkyschopnom stave vrátane údržby po opotrebovaní jednotlivých častí zariadení zahŕňajúca prácu servisného technika pri lokalizácii a odstránení poruchy zariadenia v mieste inštalácie zariadenia a cestovné náklady technika,
8.1.15.6	pravidelná údržba zariadení v termínoch a rozsahu stanovenom výrobcom zariadení,
8.1.15.7	pravidelne profilaktické prehliadky 1x za 12 mesiacov,
8.1.15.8	minimálna bezplatná kalibrácia 1x za 24 mesiacov,
8.1.15.9	servis pri poruche zariadení v mieste inštalácie tohto zariadenia, a to najmä vykonanie opráv, dodávky a montáže originálnych náhradných dielov v prípade potreby ich výmeny z dôvodu ich vady alebo opotrebovania s termínom vykonania opravy do 48 hodín od jej nahlásenia,
8.1.15.10	poskytnutie náhradného zariadenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami počas vykonania opravy v prípadoch, ak oprava poruchy zariadenia presiahne 2 dni a to počas celej doby, ktorej bude zariadenie v oprave.

#### 5. MINIMÁLNE OSOBNITÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

<b>Požaduje sa:</b>	
1.	Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody na dodanie špeciálneho zdravotníckeho materiálu na podtlakovú terapiu kompatibilného s prenájatými odsávacími zariadeniami (ďalej len "tovar") vrátane prenájmu mobilných odsávacích zariadení a liečbu rán podtlakovou terapiou (ďalej len "zariadenia") na obdobie dvadsiatich štyroch (24) kalendárnych mesiacov, resp. do naplnenia dohodnutého zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
2.	Predmet rámcovej dohody je bližšie špecifikovaný v časti Technická špecifikácia predmetu zákazky.
3.	Požaduje sa poskytovanie tovaru vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.
4.	Požaduje sa dodanie tovaru:
4.1	do dvadsiatichštyroch (24) hodín od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi,
4.2	v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),
4.3	v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.,
4.4	na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa budú dodávateľovi upresnené bezprostredne po nadobudnutí účinnosti rámcovej dohody),
4.5	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
4.6	V prípade, ak dodávateľ doručí objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, je objednávateľ oprávnený v lehote do troch (3) pracovných dní od dodania tovaru požiadať dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, a to v lehote najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou objednávateľa znáša v plnom rozsahu dodávateľ (napr. doprava).

<b>Hartmann Rico spol. s r.o.</b> <b>Einsteinova 24</b> <b>Bratislava 851 01</b>	<b>MED-ART, spol. s r.o.</b> <b>Hornočermárska 4</b> <b>949 01 Nitra</b>
Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky  (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu)	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky  (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu)
akceptujem	akceptujem
akceptujem	neakceptujem / Navrhujeme zmeniť technickú špecifikáciu ako aj opis predmetu zákazky, nakoľko v tomto znení je zvýhodnený iba jeden uchádzač.
akceptujem	akceptujem
akceptujem	akceptujem
akceptujem	akceptujem
akceptujem	akceptujem
akceptujem	akceptujem
akceptujem	akceptujem
akceptujem	akceptujem
akceptujem	akceptujem
akceptujem	akceptujem
akceptujem	akceptujem
akceptujem	akceptujem
akceptujem	akceptujem

<b>DEFINITÍVNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY</b>	
<b>Požaduje sa:</b>	
1.	Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody na dodanie špeciálneho zdravotníckeho materiálu na podtlakovú terapiu kompatibilného s prenájatými odsávacími zariadeniami (ďalej len "tovar") vrátane prenájmu mobilných odsávacích zariadení a liečbu rán podtlakovou terapiou (ďalej len "zariadenia") na obdobie dvadsiatich štyroch (24) kalendárnych mesiacov, resp. do naplnenia dohodnutého zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
2.	Platí pôvodná hodnota Predmet rámcovej dohody je bližšie špecifikovaný v časti Technická špecifikácia predmetu zákazky.
3.	Požaduje sa poskytovanie tovaru vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.
4.	Požaduje sa dodanie tovaru:
4.1	do dvadsiatichštyroch (24) hodín od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi,
4.2	v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),
4.3	v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.,
4.4	na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa budú dodávateľovi upresnené bezprostredne po nadobudnutí účinnosti rámcovej dohody),
4.5	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
4.6	V prípade, ak dodávateľ doručí objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, je objednávateľ oprávnený v lehote do troch (3) pracovných dní od dodania tovaru požiadať dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, a to v lehote najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou objednávateľa znáša v plnom rozsahu dodávateľ (napr. doprava).

5.	Požaduje sa dodanie tovaru s minimálnou dobou použiteľnosti (resp. expirácie) dvadsaťštyri (24) kalendárnych mesiacov odo dňa jeho dodania objednávateľovi.	akceptujem	akceptujem	5.	Požaduje sa dodanie tovaru s minimálnou dobou použiteľnosti (resp. expirácie) dvadsaťštyri (24) kalendárnych mesiacov odo dňa jeho dodania objednávateľovi.
6.	Požaduje sa, aby dodávateľ bol výlučným vlastníkom zariadení a bol oprávnený so zariadeniami nakladať.	akceptujem	akceptujem	6.	Požaduje sa, aby dodávateľ bol výlučným vlastníkom zariadení a bol oprávnený so zariadeniami nakladať.
7.	Požaduje sa dodanie nových, nerepasovaných a nepoužitých zariadení určených na liečbu rán podtlakovou terapiou, kompatibilných s tovarom za účelom poskytovania výkonov zdravotnej starostlivosti objednávateľom, ktorý je zdravotníckym zariadením, a ktoré je objednávateľ oprávnený vykonávať v rozsahu a v súlade s predmetom činnosti.	akceptujem	akceptujem	7.	Požaduje sa dodanie nových, nerepasovaných a nepoužitých zariadení určených na liečbu rán podtlakovou terapiou, kompatibilných s tovarom za účelom poskytovania výkonov zdravotnej starostlivosti objednávateľom, ktorý je zdravotníckym zariadením, a ktoré je objednávateľ oprávnený vykonávať v rozsahu a v súlade s predmetom činnosti.
8.	Požaduje sa odovzdanie zariadení objednávateľovi v stave spôsobilom na jeho riadne užívanie a prevádzku a vhodnom k zmluvne dohodnutému účelu.	akceptujem	akceptujem	8.	Požaduje sa odovzdanie zariadení objednávateľovi v stave spôsobilom na jeho riadne užívanie a prevádzku a vhodnom k zmluvne dohodnutému účelu.
9.	Požaduje sa protokolárne odovzdanie zariadení objednávateľovi. Protokol o odovzdaní a prevzatí zariadení potvrdia oprávnení zástupcovia dodávateľa a objednávateľa.	akceptujem	akceptujem	9.	Požaduje sa protokolárne odovzdanie zariadení objednávateľovi. Protokol o odovzdaní a prevzatí zariadení potvrdia oprávnení zástupcovia dodávateľa a objednávateľa.
10.	Požaduje sa dodanie zariadení do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody, a to na náklady dodávateľa, na miesto dodania, ktoré bude dodávateľovi oznámené objednávateľom.	akceptujem	akceptujem	10.	Požaduje sa dodanie zariadení do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody, a to na náklady dodávateľa, na miesto dodania, ktoré bude dodávateľovi oznámené objednávateľom.
11.	Požaduje sa inštalovať, resp. zabezpečiť inštaláciu zariadení u objednávateľa na náklady dodávateľa najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa dodania zariadení, týmto nie je dotknutá možnosť súčasného dodania a inštalácie zariadení v ten istý deň. Presný dátum dodania a inštalácie zariadení je dodávateľ povinný oznámiť objednávateľovi najmenej tri (3) kalendárne dni vopred. Objávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri inštalácii zariadení.	akceptujem	akceptujem	11.	Požaduje sa inštalovať, resp. zabezpečiť inštaláciu zariadení u objednávateľa na náklady dodávateľa najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa dodania zariadení, týmto nie je dotknutá možnosť súčasného dodania a inštalácie zariadení v ten istý deň. Presný dátum dodania a inštalácie zariadení je dodávateľ povinný oznámiť objednávateľovi najmenej tri (3) kalendárne dni vopred. Objávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri inštalácii zariadení.
12.	Požaduje sa vyhotovenie inštaláčného protokolu o inštalácii zariadení dodávateľom, ktorý podpíše oprávnení zástupcovia objednávateľa a dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	12.	Požaduje sa vyhotovenie inštaláčného protokolu o inštalácii zariadení dodávateľom, ktorý podpíše oprávnení zástupcovia objednávateľa a dodávateľa.
13.	Požaduje sa zabezpečiť odborné zaškolenie zamestnancov objednávateľa, ktorí budú s prenajatými zariadeniami pracovať, a to bezprostredne po dodaní zariadení objednávateľovi, o čom bude zo strany dodávateľa vyhotovený školiaci protokol, ktorí podpíše oprávnení zástupcovia objednávateľa a dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	13.	Požaduje sa zabezpečiť odborné zaškolenie zamestnancov objednávateľa, ktorí budú s prenajatými zariadeniami pracovať, a to bezprostredne po dodaní zariadení objednávateľovi, o čom bude zo strany dodávateľa vyhotovený školiaci protokol, ktorí podpíše oprávnení zástupcovia objednávateľa a dodávateľa.
14.	Požaduje sa poskytovanie telefonických alebo on-line konzultácií týkajúcich sa zariadení vyškolenými zamestnancami dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	14.	Požaduje sa poskytovanie telefonických alebo on-line konzultácií týkajúcich sa zariadení vyškolenými zamestnancami dodávateľa.
15.	Požaduje sa dodanie návodu na použitie prístroja v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku a dokumentácie týkajúcej sa uvedenia zariadení na trh a do etapy používania (t. j. Certifikát a Vyhlásenie o zhode).	akceptujem	akceptujem	15.	Požaduje sa dodanie návodu na použitie prístroja v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku a dokumentácie týkajúcej sa uvedenia zariadení na trh a do etapy používania (t. j. Certifikát a Vyhlásenie o zhode).
16.	Požaduje sa poistenie zariadení zo strany dodávateľa na vlastné náklady pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd, ktoré na ňom vzniknú, a to počas celej doby platnosti uzatvorenej rámcovej dohody.	akceptujem	akceptujem	16.	Požaduje sa poistenie zariadení zo strany dodávateľa na vlastné náklady pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd, ktoré na ňom vzniknú, a to počas celej doby platnosti uzatvorenej rámcovej dohody.
17.	Požaduje sa vystaviť dodávateľom faktúru za prenájom zariadení raz ročne, vždy k poslednému dňa 12-teho kalendárneho mesiaca.	akceptujem	neakceptujem / zariadenia sú dodávané formou bezplatného prenájmu	17.	Platí pôvodná hodnota Požaduje sa vystaviť dodávateľom faktúru za prenájom zariadení raz ročne, vždy k poslednému dňa 12-teho kalendárneho mesiaca.
18.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.	akceptujem	akceptujem	18.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
19.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej rámcovej dohody.	akceptujem	akceptujem	19.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej rámcovej dohody.
20.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vusuch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	20.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vusuch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
21.	Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným dodávateľom po elektronickej aukcii stane: - dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo - dodávateľ, ktorý objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: objávateľ vyzve úspešného dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia objednávateľ: 1. uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknuť ceny. 2. neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, vyhradzuje si právo odstúpiť od tejto rámcovej dohody.	akceptujem	akceptujem	21.	Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným dodávateľom po elektronickej aukcii stane: - dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo - dodávateľ, ktorý objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: objávateľ vyzve úspešného dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia objednávateľ: 1. uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknuť ceny. 2. neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, vyhradzuje si právo odstúpiť od tejto rámcovej dohody.
22.	V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v uzatvorenej zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa uzatvorenej zmluvy bude viac ako 5% v neprospech ceny podľa uzatvorenej zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa uzatvorenej zmluvy a nižšou cenou.	akceptujem	akceptujem	22.	V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v uzatvorenej zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa uzatvorenej zmluvy bude viac ako 5% v neprospech ceny podľa uzatvorenej zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa uzatvorenej zmluvy a nižšou cenou.
23.	Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 22. týchto zmluvných podmienok. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok objednávateľovi doručený, vyhradzuje si objednávateľ právo zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou jeden (1) mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého (1.) dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.	akceptujem	akceptujem	23.	Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 22. týchto zmluvných podmienok. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok objednávateľovi doručený, vyhradzuje si objednávateľ právo zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou jeden (1) mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého (1.) dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
24.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.	akceptujem	akceptujem	24.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.
25.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.	akceptujem	akceptujem	25.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
26.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.	akceptujem	akceptujem	26.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.

27.	Predávajúci je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvy. V opačnom prípade kupujúcemu zodpovedá za škodu, ktorá kupujúcemu vznikla porušením tejto povinnosti.	akceptujem	akceptujem	27.	Predávajúci je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvy. V opačnom prípade kupujúcemu zodpovedá za škodu, ktorá kupujúcemu vznikla porušením tejto povinnosti.
28.	Záujemca/Uchádzač/Člen skupiny dodávateľov sa zaväzuje dodržiavať etické zásady uvedené v Etickom kódexe záujemcu/uchádzača/člena skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (ďalej len "Etický kódex") zverejnený na webovom sídle objednávateľa/kupujúceho www.vusch.sk .	akceptujem	akceptujem	28.	Záujemca/Uchádzač/Člen skupiny dodávateľov sa zaväzuje dodržiavať etické zásady uvedené v Etickom kódexe záujemcu/uchádzača/člena skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (ďalej len "Etický kódex") zverejnený na webovom sídle objednávateľa/kupujúceho www.vusch.sk .
29.	V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/.	akceptujem	akceptujem	29.	V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/.

#### 6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY

Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:		Hartmann Rico spol. s r.o. Einsteinova 24 Bratislava 851 01	MED-ART spol. s r.o. Hornočermárska 4 949 01 Nitra	Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:	
		Uchádzač uviedol informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady  (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu)	Uchádzač uviedol informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady  (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu)		
1.	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie	akceptujem	akceptujem	1.	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
2.	Potvrdenie ŠUKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku všetkým ponúkaným produktom uvedeným v prílohe – Sortiment ponúkaného tovaru.	akceptujem	akceptujem	2.	Potvrdenie ŠUKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku všetkým ponúkaným produktom uvedeným v prílohe – Sortiment ponúkaného tovaru.
3.	Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky v Zozname ŠZM spolu s prílohou, v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname ŠZM ku všetkým ponúkaným produktom uvedeným v Prílohe - Sortiment ponúkaného tovaru.	akceptujem	akceptujem	3.	Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky v Zozname ŠZM spolu s prílohou, v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname ŠZM ku všetkým ponúkaným produktom uvedeným v Prílohe - Sortiment ponúkaného tovaru.
4.	Prospektový materiál	akceptujem	akceptujem	4.	Prospektový materiál