



FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F. D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA  
Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica  
Slovenská republika

## Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa  
23.05.2023

Naše číslo  
FNsP  
FDR/RVO/2212/2023/14520

Vybavuje / ☎  
Ing. Katarína Husíková  
+421 48 441 3240

Banská Bystrica  
25.05.2023

**Vec:** Odpoveď na otázky k Prípravným trhovým konzultáciám na predmetu zákazky „Dodávka diagnostických súprav a spotrebného materiálu pre: **1. biochemické a imunochemické laboratórne vyšetrenia, 2. chemickú analýzu moču a vyšetrenie močového sedimentu, 3. vyšetrenie kompletného krvného obrazu a iných typov telových tekutín** pre Centrálny laboratórny komplex vrátane prenájmu a servisu automatických analytických systémov“

### Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie otázok k prípravným trhovým konzultáciám

#### Otázka č. 1

Vzhľadom na zadanie PTK chce uchádzač poskytnúť validnú spätnú väzbu. Uchádzač má dlhoročné skúsenosti s vytváraním riešení pre automatizáciu laboratórií a ak má vytvoriť laboratórny projekt vhodný pre laboratórium FN BB, potrebuje viac vstupov (analýza workflow, export dát z LIS, konzultácie s pracovníkmi laboratória a manažmentom nemocnice), ktoré zvyčajne bývajú súčasťou PTK.

V nadväznosti na vyššie uvedené uchádzač žiada o zaslanie exportu údajov z LIS vo formáte (vid príloha č. 1), navrhnutie termínu na možnosť pozorovania procesov v laboratóriu (ideálne vo dni s najsilnejšou prevádzkou) a termínu konzultácie s vedením laboratória a nemocnice. Z toho dôvodu žiadame o predĺženie termínu aspoň do 30.6.2023.

#### Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ vyššie uvedené nepovažuje za otázku.

Podklady, ktoré sú zverejnené pre PTK sú jasne koncipované a požaduje od potenciálneho záujemcu, aby predložil návrh pre PTK v súlade s oznámením a prílohami

Ak potencionálni záujemcovia požiadajú o osobné stretnutie s následnou obhliadkou priestorov, bude im to umožnené v ďalšom kole PTK, pričom bude možné následne upraviť návrh pre PTK.

#### Otázka č. 2

Uchádzač nerozumie rozdielu medzi variantnou 1 a 2. Môže obstarávateľ definovať v čom sa varianty 1 a 2 líšia?

#### Odpoveď č.2

Obidva varianty 1 aj 2 musia obsahovať:

- do linky zapojený predanalytický modul s biochemickým modulom a imunochemickým modulom, pričom súčasťou ponuky sú dve takéto jednotky, rovnocenné a zastupiteľné s parametrami ako je uvedené v opise a špecifikácii predmetu zákazky,

- modul na alikvotáciu vzoriek a ostatné uvedené v časti “ďalšie požiadavky”

Variant 2 navyše obsahuje vzájomné prepojenie obidvoch uvedených jednotiek do spoločnej automatizovanej linky s automatickým transportom vzoriek medzi jednotlivými modulmi, pričom aj alikvotačný modul je integrovaný do linky, a zároveň sú súčasťou linky dve centrifúgy a zároveň do linky je zapojený analyzátor LIAISON XL.

### **Otázka č. 3**

Obstarávateľ priložil k PTK pôdorys priestorov, z ktorého však nie je zrejmé umiestenie laboratória. Uchádzač žiada o vyznačenie priestoru laboratória, kde bude projekt automatizácie realizovaný. Pre optimálne navrhnutie ergonomickkej prevádzky uchádzač potrebuje poznať trasu pohybu vzorku od príjmu po archiváciu.

### **Odpoveď č. 3**

Verejný obstarávateľ priložil k podkladom pre PTK pôdorys priestorov centrálného laboratórneho komplexu, ktorým disponuje. Účelom je, aby si záujemca vytvoril predstavu o priestorových možnostiach verejného obstarávateľa a aby si na prípadnej obhliadke priestorov, v ďalšom kole PTK, mohol zakresliť údaje, ktoré potrebuje pre spracovanie návrhu.

### **Otázka č. 4**

V rámci PTK obstarávateľ požaduje skladový systém. Pre potreby návrhu riešenia je toto veľmi obecná požiadavka. Uchádzač má k dispozícii komplexné riešenie skladového hospodárstva a potrebuje tak vedieť rozsah potreby zadávateľa.

### **Odpoveď č. 4**

V návrhu pre PTK verejný obstarávateľ očakáva informácie od záujemcu, či a akým skladový systémom disponuje a čo navrhuje ako vhodné pre verejného obstarávateľa.

**Lehotu na základe požiadavky záujemcu verejný obstarávateľ predlžuje do 30.06.2023 vrátane.**

S pozdravom

.....  
**MUDr. Zuzana Bečková**  
**Primár oddelenia CLK**  
**vecný garant**