



FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F. D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA
Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Slovenská republika

Všetkým uchádzačom

Váš list číslo/zo dňa
20.06.2023

Naše číslo
FNsP
FDR/RVO/2212/2023/16972

Vybavuje / ☎
Ing. Katarína Husíková
+421 48 441 3240

Banská Bystrica
22.06.2023

Vec: Odpoveď č. 4 na otázku k Prípravným trhovým konzultáciám na predmet zákazky „Dodávka diagnostických súprav a spotrebného materiálu pre: **1. biochemické a imunochemické laboratórne vyšetrenia, 2. chemickú analýzu moču a vyšetrenie močového sedimentu, 3. vyšetrenie kompletného krvného obrazu a iných typov telových tekutín** pre Centrálny laboratórny komplex vrátane prenájmu a servisu automatických analytických systémov“

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie otázky k prípravným trhovým konzultáciám

Otázka č. 1

Dobrý deň, prosíme Vás o vysvetlenie: Príloha č.1 Opis predmetu zákazky 2. Variant _ Plne automatizovaný systém, časť 2. Ďalšie požiadavky 2.1 alikvoter (aliquotácia vzoriek pre vyšetrenia mimo automatizovaného systému) áno. Vo zverejnenej odpovedi z 25.5.2023 Odpoveď.č.2. je uvedené : " Variant 2 navyše obsahuje vzájomné prepojenie obidvoch uvedených jednotiek do spoločnej automatizovanej linky s automatickým transportom vzoriek medzi jednotlivými modulmi, pričom aj alikvotačný modul je integrovaný do linky, a zároveň sú súčasťou linky dve centrifúgy a zároveň do linky je zapojený analyzátor LIAISON XL." Požaduje obstarávateľ vo Variante 2, alikvotačný modul integrovaný do linky a zároveň alikvoter mimo automatizačného systému?

Odpoveď č. 1

Obstarávateľ vo variante 2 požaduje len alikvotačný modul integrovaný do linky, nepožaduje ďalší alikvoter mimo automatizovaného systému.

S pozdravom

.....
MUDr. Zuzana Bečková
Primár oddelenia CLK
vecný garant