



FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F. D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA
Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Slovenská republika

Všetkým uchádzačom

Váš list číslo/zo dňa
16.10.2023

Naše číslo
FNsP
FDR/RVO/2212/2023/28243

Vybavuje / ☎
Ing. Katarína Husíková
+421 48 441 3240

Banská Bystrica
17.10.2023

Vec: Odpoveď na otázky k Prípravným trhovým konzultáciám na predmetu zákazky „Dodávka diagnostických súprav a spotrebného materiálu pre: **1. biochemické a imunochemické laboratórne vyšetrenia, 2. chemickú analýzu moču a vyšetrenie močového sedimentu, 3. vyšetrenie kompletného krvného obrazu a iných typov telových tekutín** pre Centrálny laboratórny komplex vrátane prenájmu a servisu automatických analytických systémov“

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie otázok č.2 k prípravným trhovým konzultáciám

Otázka č. 1

Dobrý deň,

na základe odpovede verejného obstarávateľa zo dňa 11.10. vid' nižšie:

"Verejný obstarávateľ bude požadovať dodanie všetkých parametrov uvedených v prílohe Počty vyšetrení, okrem nasledujúcich: Zinok fotometricky, meď fotometricky, žlčové kyseliny, rastový hormón, erythropoetín, HE 4, CA 125, SCCA, CYFRA 21-1, NSE, anti CCP, Beta-CrossLaps CTx, P1NP, ACTH, IGF-1, Proteín S100, Sirolimus, Tacrolimus, Cyklosporín, Methotrexát, HBsAg kvantitatívne, HBeAg, Anti HBe, Anti EBV IgM, Anti EBV VCA IgG, Anti EBNA IgG. Tieto parametre budú súčasťou kvalitatívnych kritérií. Pokiaľ uchádzač nie je schopný zabezpečiť dodanie niektorého z vyšetrení uvedených v prílohe (okrem vyšetrení z kvalitatívnych kritérií), predovšetkým pokiaľ sa to týka parametrov poskytovaných nepretržite 24 hodín, nebude mať možnosť účasti na výberovom konaní."

- verejný obstarávateľ požaduje na hlavnom analyzátore v linke metódu Interleukín-6 (IL-6), ktorá reprezentuje veľmi malý podiel z celkového počtu požadovaných testov a frekvencia vyšetrení je cca 21 vyšetrení/deň.

Dotaz č.1: Uchádzač chápe klinickú prioritu tohto testu alebo urgentnú povahu takej požiadavky na tento test. Napriek tomu existuje niekoľko spôsobov, ako dosiahnuť cieľovú dobu uvoľnenia výsledku tohto parametra pri zachovaní výkonnosti laboratória. Bude verejný obstarávateľ akceptoval alternatívne riešenie pro metódu IL – 6, kde všetky vzorky pacientov s požiadavkou IL-6 budú prednostne vyselektované middlewarem do určeného stojančeka a vyšetrenie bude na doplnkovom analyzátore pri zachovaní času odozvy?

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ je koncovou fakultnou nemocnicou, ktorej súčasťou je aj Perinatologické centrum, poskytujúce zdravotnú starostlivosť o extrémne nezrelých a kriticky chorých novorodencov. Vyšetrenie IL-6 poskytujeme predovšetkým pre novorodeneckých pacientov, u ktorých iné zápalové parametre (PCT) nie sú prínosom v diagnostike. Parameter je poskytovaný v režime 24/7 a z tohto dôvodu verejný obstarávateľ nemôže akceptovať jeho vyšetrenie na doplnkovom analyzátore.

Otázka č. 2

Dotaz č.2: Mohol by verejný obstarávateľ zaradiť túto metódu k metódam, ktoré budú súčasťou kvalitatívnych kritérií, čo by viedlo k tomu, že by stanovené požiadavky splnilo viac potenciálnych dodávateľov? S výnimkou metódy IL-6, ktorá je zahrnutá do povinných testov na hlavnom analyzátore, naše spoločnosť spĺňa požiadavky na ďalšie požadované testy (t.j. ako testy povinné poskytovaných nepretržite 24 hodín, tak veľkou radu testov doplnkových, ktoré budú súčasťou kvalitatívnych kritérií) a ponúka riešenie, ktoré by sa umiestnilo do laboratória s minimálnymi konštrukčnými úpravami a s environmentálnym prístupom k laboratórnej prevádzke.

Odpoveď č. 2

Z dôvodu uvedeného v odpovedi č.1 verejný obstarávateľ nezaradí metódu IL-6 k metódam, ktoré budú súčasťou kvalitatívnych kritérií.

S pozdravom

.....
MUDr. Zuzana Bečková
Primár oddelenia CLK
vecný garant